



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 9:00 HORAS, DEL 18 DE MARZO DE 2022, EN LA SALA DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADA EN: PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850 COL. LOMAS DE LA VIRGEN; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE CONTINUAR CON LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO) ASÍ COMO DEL (LOS) NUMERAL(ES) 3 Y 3.1 Y EN EL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN II DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ING. CARLOS FEDERICO CARRANZA BENÍTEZ, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, EL PRESIDENTE DEL ACTO, FUE ASISTIDO POR LA ESPECIALISTA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA MARNIE ERWIN BARBOSA SÁNCHEZ COORDINADORA DE LABORATORIOS CLÍNICOS Y DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA LA CUAL SOLVENTÓ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y EL ING. CARLOS FEDERICO CARRANZA BENÍTEZ, EL CUAL SOLVENTÓ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

SE SEÑALA QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA Y EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, TANTO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE COMO A TRAVÉS DE COMPRANET, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	LABORATORIO LICON S.A	COMPRANET	53
2	PATRICIA TREVIÑO DELGADO	COMPRANET	9
3	MEDICA SILLER S.A. DE C.V.	COMPRANET Y PRESENCIAL	6
4	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L DE C.V.	COMPRANET	23
5	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A DE C.V.	COMPRANET	61
6	IL DIAGNOSTICS SA. DE C.V.	COMPRANET	23
7	AMPHARMA S.A. DE C.V.	COMPRANET	4
		TOTAL	179

(Handwritten signatures and initials)



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

Orden	Asunto	Punto de Contacto	Fecha de Recepción	Fecha de Envío	Operación
1	LABORATORIO DE COPIA S.A.	ALTO DE PÉREZ INSTITUCIONAL VARIANTE PARA JUNTA DE ACLARACIONES	13/07/2022 09:28 a.m.	14/07/2022 09:28 a.m.	
2	FAVONIA DE CALI SAS	ACLARACION DE DUDAS PID	14/07/2022 03:48 a.m.	14/07/2022 03:48 a.m.	
3	MEDIOS KILLER SA DE CV	Preguntas para Junta de Aclaraciones	14/07/2022 03:48 a.m.	14/07/2022 03:48 a.m.	
4	LABORATORIO FEDERAL DE INVESTACIONES BIOMEDICAS Y BIOTECNOLOGIA	PREGUNTAS DE ACLARACIONES PARA LA LICITACION NACIONAL	14/07/2022 09:04 a.m.	14/07/2022 09:04 a.m.	
5	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES Y ASESORIA	Preguntas para Junta de Aclaraciones	14/07/2022 09:04 a.m.	14/07/2022 09:04 a.m.	
6	EL DIAGNOSTICO SA DE CV	Preguntas al Especifico: CS-GUP	14/07/2022 09:04 a.m.	14/07/2022 09:04 a.m.	
7	LABORATORIO DE COPIA S.A.	PREPUESTO PARA JUNTA DE ACLARACIONES	14/07/2022 09:27 a.m.	14/07/2022 09:27 a.m.	

LA CONVOCANTE REALIZA LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA LA-924016995-E1-2022

1. DICE:

TRANSPORTE.

SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO HASTA LA RECEPCION FISICA EN LAS SIGUIENTES UNIDADES: HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, UBICADO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA S/N, ZONA UNIVERSITARIA, 78290 SAN LUIS, S.L.P., LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, UBICADO EN BEGONIAS 180, DALIAS, 78380 SAN LUIS, S.L.P. Y EN EL ALMACEN CENTRAL DE LOS S.S.S.L.P., UBICADO EN AV. DE LA PAZ NO. 645, BARRIO DE TLAXCALA, C.P. 78030 SAN LUIS, S.L.P.

DEBE DECIR:

TRANSPORTE.

SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO HASTA LA RECEPCION FISICA EN LAS SIGUIENTES UNIDADES: HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, UBICADO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA S/N, ZONA UNIVERSITARIA, 78290 SAN LUIS, S.L.P., Y EL ALMACÉN DE CADA UNIDAD, CON DIRECCIÓN ESPECIFICADA EN LOS RESPECTIVOS ANEXOS.

2. DICE:

FEBRICLIN CONTROL POSITIVO PARA REACCIONES FEBRILES.
FEBRICLIN CONTROL NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES.

DEBE DECIR:

CONTROL POSITIVO PARA REACCIONES FEBRILES.
CONTROL NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES.

3. DICE:

Handwritten signatures and initials:
A large signature with a circular stamp over it.
Other initials and scribbles to the right.
A handwritten number '2' at the bottom left of this section.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

- CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CUALITATIVA DE RECONOCIMIENTO DE LOS ANTÍGENOS A, B Y D (RH1) EN LOS HEMATÍES HUMANO.
- CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN, PRINCIPALMENTE DE LOS ANTICUERPOS ESPERADOS DEL GRUPO SANGUÍNEO (ABO) Y PARA PROCEDIMIENTO DE CRIBADO DE ANTICUERPO PARA LA AGLUTINACIÓN DIRECTA.
- CASSETTES COOMBS POLIESPECIFICO CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO O GEL, PROCEDIMIENTO CUALITATIVO PARA LA DETECCIÓN DE IGG O COMPLEMENTO EN LOS HEMATÍES HUMANOS.
- CASSETTES CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO O GEL, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS C (RH2), E (RH3), C (RH4), E (RH5), K (K 1) EN LOS HEMATÍES HUMANOS.

DEBE DECIR:

- CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO, PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CUALITATIVA DE RECONOCIMIENTO DE LOS ANTÍGENOS A, B Y D (RH1) EN LOS HEMATÍES HUMANO.
- CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO PARA DETERMINACIÓN, PRINCIPALMENTE DE LOS ANTICUERPOS ESPERADOS DEL GRUPO SANGUÍNEO (ABO) Y PARA PROCEDIMIENTO DE CRIBADO DE ANTICUERPO PARA LA AGLUTINACIÓN DIRECTA.
- CASSETTES COOMBS POLIESPECIFICO CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO PROCEDIMIENTO CUALITATIVO PARA LA DETECCIÓN DE IGG O COMPLEMENTO EN LOS HEMATÍES HUMANOS.
- CASSETTES CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS C (RH2), E (RH3), C (RH4), E (RH5), K (K 1) EN LOS HEMATÍES HUMANOS.

4. DICE:
 ORTHO CONFIDENCE

DEBE DECIR:
 CONTROL CELULAR

5.

25101	080.723.0081	ALANINA AMINOTRANSFERASA. PARA DETERMINACIONES QUÍMICO CLÍNICAS POR TECNOLOGÍA QUÍMICA CLÍNICA SECA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUERO O PLASMA.	DICE	DICE	DICE
			CARTUCHO C/50 PRUEBAS	373	479
			DEBE DECIR	DEBE DECIR	DEBE DECIR
			CARTUCHO C/60 PRUEBAS	311	400

6.

25101	F19318	Anti-HBc IgM. PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGÍA	DICE	DICE	DICE
			CAJA C/100 PRUEBAS	2	4
			DEBE	DEBE	DEBE

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022**

		QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA.	DECIR CAJA C/ 52 PRUEBAS	DECIR 4	DECIR 8
--	--	-------------------------------------	--------------------------------	------------	------------

7.

25101	F19322	ACIDO VALPROICO. PARA DETERMINACIONES QUIMICO CLINICAS POR TECNOLOGIA QUIMICA CLINICA SECA.	DICE	DICE	DICE
			CAJA C/18 PRUEBAS	20	25
			DEBE DECIR	DEBE DECIR	DEBE DECIR
			CAJA C/300 PRUEBAS	2	2

8.

25101	F19325	BARBITÚRICOS. PARA DETERMINACIONES QUIMICO CLINICAS POR TECNOLOGIA QUIMICA CLINICA SECA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUERO O PLASMA.	DICE	DICE	DICE
			CAJA C/60 PRUEBAS	3	4
			DEBE DECIR	DEBE DECIR	DEBE DECIR
			CAJA C/300 PRUEBAS	1	1

9.

25101	080.723. 0081	ALANINA AMINOTRANSFERASA. PARA DETERMINACIONES QUÍMICO CLÍNICAS POR TECNOLOGÍA QUÍMICA CLÍNICA SECA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUERO O PLASMA.	DICE	DICE	DICE
			CAJA C/50 PRUEBAS	335	432
			DEBE DECIR	DEBE DECIR	DEBE DECIR
			CAJA C/60 PRUEBAS	280	360

10.

25101	F19329	FACTOR REUMATOIDE. PARA DETERMINACIONES QUIMICO CLINICAS POR TECNOLOGIA QUIMICA CLINICA SECA.	DICE	DICE	DICE
			CAJA C/60 PRUEBAS	8	10
			DEBE DECIR	DEBE DECIR	DEBE DECIR
			CAJA C/300 PRUEBAS	2	2

11.

25101	F19331	CAPTACIÓN DE HIERRO. PARA DETERMINACIONES QUÍMICO CLÍNICAS POR TECNOLOGÍA QUÍMICA CLÍNICA SECA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUERO O PLASMA.	DICE	DICE	DICE
			CAJA C/50 PRUEBAS	23	29
			DEBE DECIR	DEBE DECIR	DEBE DECIR
			CAJA C/300 PRUEBAS	4	5

[Handwritten signatures and initials]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022**

12.

25101	F19332	MICROALBUMINA. PARA DETERMINACIONES QUIMICO CLINICAS POR TECNOLOGIA QUIMICA CLINICA SECA.	DICE	DICE	DICE
			CAJA C/60 PRUEBAS	50	63
			DEBE DECIR	DEBE DECIR	DEBE DECIR
			CAJA C/300 PRUEBAS	10	13

13.

25101	F19335	ANTI-HBC IGM (CORE M). PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGIA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA.	DICE	DICE	DICE
			CAJA C/100 PRUEBAS	7	9
			DEBE DECIR	DEBE DECIR	DEBE DECIR
			CAJA C/52 PRUEBAS	14	17

14.

DICE:

25101	F19336	HAVAB IGG (HEP A). PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGÍA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA.
-------	--------	---

DEBE DECIR:

25101	F19336	HAVAB TOTAL (HEP A). PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGÍA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA.
-------	--------	---

15.

DICE:

25101	F19328	T3 UPTAKE. PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGÍA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA.
-------	--------	---

DEBE DECIR:

25101	F19328	T UPTAKE. PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGÍA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA.
-------	--------	--

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

16.
DICE:

25101	F13891	Juego de Reactivos: (Para Identificación de Levaduras)	CAJA CON 20 PRUEBAS	12	16
-------	--------	--	---------------------	----	----

DEBE DECIR:

25101	F13891	Juego de Reactivos: (Para Identificación de Levaduras y susceptibilidad de levaduras)	2 CAJAS CON 20 PRUEBAS	12	16
-------	--------	---	------------------------	----	----

17.

SE ADICIONA EN LA SECCIÓN 16.- ÁREA QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL DEL ANEXO 1A, EN LO RELATIVO AL EQUIPO 3 EN ARTÍCULOS A ADQUIRIR:

25101	F17808	Anti-ccp reactivo	CAJA CON 100 PRUEBAS	2 CAJAS	3 CAJAS
-------	--------	-------------------	----------------------	---------	---------

TODA VEZ QUE ESTE PROCEDIMIENTO ES PRESENCIAL SE PROCEDIÓ A DAR COPIA CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, DANDO UNA HORA PARA SU ANÁLISIS Y REPREGUNTAS EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DUDA SOBRE LA RESPUESTA QUE EMITIÓ ESTA CONVOCANTE.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES

1.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR LABORATORIO LICON S.A

1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO ¿FAVOR DE ACLARAR?

R. VIGENCIA DESDE UN DÍA POSTERIOR AL DÍA DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2. PUNTO 4. PROPUESTA QUE CONTENDRÁ ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS NUMERAL 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA. INCISO G) COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO EN ANVERSO Y REVERSO DEL PRODUCTO POR CADA RENGLÓN QUE SE COTIZA, MISMO QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBERÁ ESTAR VIGENTE Y EN CASO DE MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO INICIAL, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA ULTIMA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN ESTAR LEGIBLES POR AMBOS LADOS, COMPLETO, DONDE OBRE FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

QUE LO EXPIDE (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE INSUMOS PARA LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL), CON LA AUTORIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN CORRECTA PARA LA PARTIDA OFERTADA Y QUE SE ENCUENTRE A NOMBRE DEL FABRICANTE. PARA AQUELLAS CLAVES QUE LAS REQUIERAN, (FOTOCOPIAS LEGIBLES ASÍ MISMO DEBERÁ SEÑALAR EL RENGLÓN AL CUAL PERTENECE DE ACUERDO AL LISTADO DE EL ANEXO 1, Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON MARCA TEXTOS FLUORESCENTES. **SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS INSUMOS QUE DEBIDO A SU NATURALEZA NO REQUIEREN DE UN REGISTRO SANITARIO SE PRESENTE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**

R. SE ACEPTA LA PROPUESTA

3. CONTROL DE CALIDAD INTERNO: EL PROVEEDOR DEBERÁN ASEGURAR LA DOTACIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN TODOS LOS LABORATORIOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. PARA TODAS LAS ÁREAS DEBERÁ INCLUIR BIENES DE CONSUMO DE CONTROLES LÍQUIDOS Y/O LIOFILIZADOS. PARA EL CASO DEL BANCO DE SANGRE, EL PROVEEDOR, PARA LAS PRUEBAS DE SEROLOGÍA DEBERÁ PROPORCIONAR DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A CADA CONTEO MENSUAL LOS SIGUIENTES CONTROLES: NEGATIVO, POSITIVO Y POSITIVO DÉBIL, ADICIONAL AL QUE INCLUYE EL FABRICANTE, (ESTE ÚLTIMO CON UN VALOR QUE NO EXCEDA TRES VECES EL PUNTO DE CORTE Y TRAZADO A UN PATRÓN INTERNACIONAL DE ACUERDO AL INCISO A) EL APARTADO 15.9.2 DE LA NOM-253-SSA1-2012) QUE SERÁN UTILIZADOS AL INICIO DE CADA CORRIDA O CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO. **SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LOS CONTROLES DE SEROLOGÍA INFECCIOSA NO SON TRAZABLES A UN PADRÓN INTERNACIONAL DADO QUE NO CONTROLAN PRUEBAS CUANTITATIVAS SI NO CUALITATIVAS. FAVOR DE CONSIDERAR.**

R. SE ACEPTA LA PROPUESTA Y SI SE TIENE CONSIDERADO

4. PUNTO 4. PROPUESTA QUE CONTENDRÁ ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS NUMERAL 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA. INCISO I) EL PERIODO DE CADUCIDAD DE LOS INSUMOS NO DEBERÁ SER MENOR DE 18 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNO DE LOS ALMACENES Y LUGARES SEÑALADOS EN LA SECCIÓN III, NUMERAL 8 DE LAS PRESENTES BASES PARA SU RECEPCIÓN; CONFORME AL ANEXO 5. **SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE DADA SU NATURALEZA BIOLÓGICA (CÉLULAS CONTROL Y CÉLULAS REACTIVO), NOS PERMITA ENTREGAR CON CADUCIDAD DE 28 A 30 DÍAS DE ACUERDO AL REGISTRO SANITARIO, SIENDO ESTE UN DOCUMENTO OFICIAL AVALADO POR LA PROPIA SSA, BASÁNDO LA ENTREGA EN UNA PROGRAMACIÓN ANUALIZADA EN CONJUNTO CON EL USUARIO. ¿SE ACEPTA?**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EL CASO DE CÉLULAS CONTROL Y CÉLULAS REACTIVO, SE ESTABLECEN COMO INSUMOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICANDO QUE SUS CADUCIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS SON DE 20 DÍAS.

5. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 4 AREA COAGULACIÓN, ARTÍCULOS A ADQUIRIR, PARTIDAS 25101, CLAVES: F17952, F17953, F17995, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE LA CANTIDAD DE PRUEBAS MENSUALES POR HOSPITAL QUE SOLICITAN PARA ESTAS DETERMINACIONES ¿FAVOR DE ACLARAR?

R. LA CANTIDAD ES LA TOTALIDAD DE LAS NECESIDADES Y LA DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES SERA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA

6. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 9 SEROLOGÍA POR AGLUTINACIÓN, PARTIDA 25101 FEBRICLIN CONTROL POSITIVO PARA REACCIONES FEBRILES Y FEBRICLIN CONTROL NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERANDO QUE LA DESCRIPCIÓN CORRESPONDE A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA OFERTAR UN REACTIVO DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS CON PRESENTACIÓN DE 5 ML ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

7. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- ÁREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, EQUIPO TIPO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CONSIDERANDO LA BASE INSTALADA:

ANALIZADOR DE TAMAÑO MEDIO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA REALIZAR LAS TÉCNICAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL PARA LAS PRUEBAS DE GRUPO SANGUÍNEO ABO/RH COMPLETO (HEMÁTICO Y SÉRICO), FENOTIPO RH+KELL, D DÉBIL, PRUEBA CRUZADA, ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, PRUEBAS ENZIMÁTICAS, TEST DE COOMBS DIRECTO, DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS ESPECIALES Y AUTOCONTROL.

1.- PANTALLA TÁCTIL EXTERNA PARA COLOCARSE EN AMBOS LATERALES DEL INSTRUMENTO

2.- MÁXIMA VELOCIDAD: 50 TARJETAS/HORA (400 RESULTADOS /HORA)

3.- CAPACIDAD DE 35 GRUPOS COMPLETOS/ HORA.

4.- ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS (I, II, III): 72 MUESTRAS/HORA

5.- TIPAJE Y ESCRUTINIO: 23 MUESTRAS/HORA

6.- 2 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN:

PARA PICOS DE TRABAJO CON 23 REACTIVOS (17 AGITADOS, 5 NO AGITADOS, 1 DILUYENTE Y 72 MUESTRAS).

PARA UN MENÚ MÁS COMPLETO CON 46 REACTIVOS (34 AGITADOS, 10 NO AGITADOS, 2 DILUYENTES Y 48 MUESTRAS).

7.- HASTA 200 TARJETAS DG GEL.

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several initials below it.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022**

- 8.- DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS CON PROCESAMIENTO DE URGENCIAS.
- 9.- LAS TARJETAS SON TRANSPORTADAS HASTA EL LECTOR DONDE UNA CÁMARA TOMA LAS FOTOGRAFÍAS.
- 10.- INCUBACIÓN A LA TEMPERATURA REQUERIDA DE ACUERDO AL TIPO DE PRUEBA
- 11.- CUENTA CON DOS CENTRIFUGAS INDEPENDIENTES PARA 12 TARJETAS CADA UNA.
- 12.- UTILIZACIÓN DE CUALQUIER TAMAÑO DE TUBO PRIMARIO DE PLÁSTICO O VIDRIO YA QUE MANEJA DIMENSIONES: $9 \leq \varnothing \leq 16$ MM Y LONGITUD ≤ 100 MM.
- 13.- CONECTIVIDAD BIDIRECCIONAL AL LIS PARA CONECTARSE A COMPUTADORA CENTRAL. SOFTWARE EN LÍNEA PARA SOPORTE DE SERVICIO VÍA REMOTA.
- 14.- IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS DE MUESTRAS Y REACTIVOS.
- 15.- CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO.
- 16.- REALIZA PRESUPUESTO DE REACTIVOS, DILUYENTES Y TARJETAS.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

- 8. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- ÁREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, EQUIPO TIPO 2, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CONSIDERANDO LA BASE INSTALADA:

- 1. SISTEMA MANUAL PARA REALIZAR GRUPO DIRECTO E INVERSO, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD, FENOTIPO RH, COOMBS DIRECTO, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON TARJETAS DE GEL.
- 2. CENTRIFUGACIÓN SIMULTÁNEA DE 24 TARJETAS DG GEL.
- 3. VELOCIDAD DE CENTRIFUGACIÓN: 990 RPM + 10 RPM
- 4. TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN: 9 MINUTOS.
- 5. ALARMA ACÚSTICA PROGRAMABLE QUE INDICA TERMINO DE CENTRIFUGACIÓN
- 6. CONTROL DE DESEQUILIBRIO.
- 7. DETECCIÓN DE APERTURA DE PUERTA
- 8. CIERRE DE SEGURIDAD.
- 9. 100—240 V / 50—60 HZ.
- 10. INUBADOR
- 11. CAPACIDAD DE CARGA DE 24 TARJETAS DG GEL Y 24 TUBOS DE MUESTRA.
- 12. 2 ZONAS DE INCUBACIÓN INDEPENDIENTES.
- 13. DISPLAY DIGITAL CON 2 TEMPORIZADORES INDEPENDIENTES.
- 14. TIEMPO DE INCUBACIÓN: 15 MINUTOS.
- 15. SENSORES INDEPENDIENTES DE MONITOREO Y CONTROL DE LA TEMPERATURA.
- 16. ALARMA AUDIBLE CUANDO TERMINA LA INCUBACIÓN.
- 17. VOLTAJE 100—240 V/50—60 HZ.
- 18. CONSUMIBLES: TARJETAS, REACTIVOS Y DILUYENTES DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

9. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLÁVE F12133, CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CUALITATIVA DE RECONOCIMIENTO DE LOS ANTÍGENOS A, B Y D (RH1) EN LOS HEMATÍES HUMANO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL CONTENIENDO LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI D, Y CTL, CONTEMPLANDO DOS DETERMINACIONES POR TARJETA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS DEL SISTEMA

ABO, RH PARA CONFIRMACIÓN DE GRUPO DIRECTO. CAJA CON 100 PRUEBAS. CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA BASE INSTALADA QUE UTILIZA DICHA TECNOLOGÍA EN LAS UNIDADES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

10. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12134, CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN, PRINCIPALMENTE DE LOS ANTICUERPOS ESPERADOS DEL GRUPO SANGUÍNEO (ABO) Y PARA PROCEDIMIENTO DE CRIBADO DE ANTICUERPO PARA LA AGLUTINACIÓN DIRECTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE 8 MICROCOLUMNAS DE GEL. CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA BASE INSTALADA QUE UTILIZA DICHA TECNOLOGÍA EN LAS UNIDADES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

11. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12134, CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN, PRINCIPALMENTE DE LOS ANTICUERPOS ESPERADOS DEL GRUPO SANGUÍNEO (ABO) Y PARA PROCEDIMIENTO DE CRIBADO DE ANTICUERPO PARA LA AGLUTINACIÓN DIRECTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO ABO DIRECTO E INVERSO, DEBERÁ REALIZARSE EN UNA SOLA TARJETA CONTENIENDO LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CTL, A1 Y B DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NOM-253-SSA1-2012. CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA BASE INSTALADA QUE UTILIZA DICHA TECNOLOGÍA EN LAS UNIDADES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

12. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12136, CASSETTES COOMBS POLIESPECIFICO CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO, PROCEDIMIENTO CUALITATIVO PARA LA DETECCIÓN DE IGG O COMPLEMENTO EN LOS HEMATÍES HUMANOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022**

OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE 8 MICROCOLUMNAS DE GEL PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECIFICA PARA LA PRUEBA DE COOMBS. CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA BASE INSTALADA QUE UTILIZA DICHA TECNOLOGÍA EN LAS UNIDADES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

13. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12136, CASSETTES COOMBS POLIESPECIFICO CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO, PROCEDIMIENTO CUALITATIVO PARA LA DETECCIÓN DE IGG O COMPLEMENTO EN LOS HEMATÍES HUMANOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE COOMBS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PRUEBA MAYOR, PRUEBA MENOR Y AUTOCONTROL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R. NO ES CORRECTA SU APRECIACION , SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

14. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12137 DILUYENTE DE HEMATÍES AL 0.8% SOLUCIÓN DE CONCENTRACIÓN IÓNICA BAJA PARA LA PREPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE HEMATÍES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES NOS PERMA OFERTAR, SOLUCIÓN DE BAJA FUERZA IÓNICA QUE SE UTILIZA PARA LA SUSPENSIÓN DE HEMATÍES AL 0.8%, CON UNA PRESENTACIÓN DE 2 FRASCOS DE 100 ML, PARA 200 DETERMINACIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

15. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12140 CASSETTES CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS C (RH2), E (RH3), C (RH4), E (RH5), K (K 1) EN LOS HEMATÍES HUMANOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NÚMERO DE OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE 8 MICROCOLUMNAS DE GEL PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH Y KELL: ANTI-D, ANTI- C, ANTI- E, ANTI- C, ANTI- E, ANTI-KELL Y CTL. CAJA CON 100 PRUEBAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

16. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVES: F12133, F12134, F12136, F12137, F12140. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE LA CANTIDAD DE PRUEBAS MENSUALES POR HOSPITAL QUE SOLICITAN PARA ESTAS DETERMINACIONES, ¿FAVOR DE ACLARAR?

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

R. LA CANTIDAD ES LA TOTALIDAD DE LAS NECESIDADES Y LA DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES SERA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA AREA

17. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 10.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERÁN INCLUIR ANTISUEROS FUERA DEL SISTEMA ABO Y RH (K,K, KPA, KPB, FYA, FYB, JKA, JKB, LEZ, LEB, P, M, N, S,,S, DIA,). ¿FAVOR DE ACLARAR?

R. ACLARANDO SU PREGUNTA FAVOR DE CONSIDERAR QUE LOS ANTISUEROS PARA BANCO DE SANGRE ESTÁN DESCRITOS EN EL ÁREA 14. SEROLOGÍA POR AGLUTINACIÓN BANCO DE SANGRE, POR LO QUE DEBE DE OFERTAR SEGÚN LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

18. EN CASO DE SER FAVORABLE LA PREGUNTA ANTERIOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES MENSUAL A ENTREGAR.

R. FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR

19. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 14.- SEROLOGÍA POR AGLUTINACIÓN BANCO DE SANGRE PARTIDA 25101 CLAVE 080.074.1456 ANTÍGENO TEÑIDO CON ROSA DE BENGALA, AGLUTINACIÓN EN PLACA PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS. FRASCO CON 5 ML. PRESENTACIÓN EQUIPO CON 50 PRUEBAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NÚMERO DE OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR ANTÍGENO TEÑIDO CON ROSA DE BENGALA, AGLUTINACIÓN EN PLACA PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS. FRASCO CON 1.5 ML PARA 50 PRUEBAS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

20. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 11 SEROLOGÍA DE BANCO DE SANGRE, ARTÍCULOS A ADQUIRIR PARTIDA 25101, CLAVE F12141, F13892, F13893. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSA-2012 EN EL PUNTO 15.9.2 DEBEMOS ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN CUYO VALOR NO EXCEDA TRES VECES DEL PUNTO DE CORTE, EL CUAL ES INDEPENDIENTE DE LOS CONTROLES QUE INCLUYE EL FABRICANTE PARA LOS ANALITOS: HIV, HCV, HBC, SIFILIS, Y CHAGAS Y DEBERÁ SER RESPALDADO CON CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DEL CONTROL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

21. REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE NUMERAL 19.- ÁREA COAGULACIÓN HOSPITAL CENTRAL. EQUIPO TIPO 1 HOSPITAL CENTRAL, PUNTO 2, LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENER UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES Y UNA MEJOR PROPUESTA, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

CON TECNOLOGÍA NEFELOMETRICA, MECÁNICA Y/O FOTO ÓPTICA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

22. REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE NUMERAL 19.- AREA COAGULACIÓN HOSPITAL CENTRAL EQUIPO TIPO 1 HOSPITAL CENTRAL, PUNTO 5.- CON CAPACIDAD DE DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA SIN GASTO DE REACTIVO EXTRA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENER UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES Y UNA MEJOR PROPUESTA, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON LA DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO ATRAVEZ DEL MÉTODO DE CLAUS, CONSIDERANDO QUE ESTE MÉTODO ES GOLD ESTÁNDAR PARA LA CUANTIFICACIÓN, RECOMENDADO POR LAS GUÍAS INTERNACIONALES CLSI, CAP, YA QUE EL FIBRINÓGENO DERIVADO PUEDE LLEVAR A SUBESTIMACIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

23. REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE NUMERAL 19.- ÁREA COAGULACIÓN HOSPITAL CENTRAL. EQUIPO TIPO 1 HOSPITAL CENTRAL, NUMERAL 7.- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA REACTIVOS Y CON CAPACIDAD PARA 22 REACTIVOS A BORDO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ME PERMITA OFERTAR EQUIPO CON 31 VIALES DE CARGA DE REACTIVOS, CON UN MODULO REFRIGERADO PARA REACTIVOS Y 4 POSICIONES CON AGITACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

24. REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE NUMERAL 19.- ÁREA COAGULACIÓN HOSPITAL CENTRAL EQUIPO TIPO 1 HOSPITAL CENTRAL, PUNTO 11.- DOS CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES PARA TÉCNICAS COAGULOMÉTRICAS, CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN CON 8 CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES PARA ANÁLISIS DE PRUEBAS COAGOLUMETRICAS, CROMOGÉNICAS E INMUNO TURBIDIMETRICAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

25. REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE NUMERAL 19.- AREA COAGULACIÓN HOSPITAL CENTRAL EQUIPO TIPO 1 HOSPITAL CENTRAL, PUNTO 12.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD CON GRÁFICAS DE LEVEY-JENNINGS, CAPACIDAD PARA PROGRAMAR HASTA 10 CONTROLES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN CON EMPRESORA EXTERNA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

26. REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE NUMERAL 19.- AREA COAGULACIÓN HOSPITAL CENTRAL EQUIPO TIPO 1 HOSPITAL CENTRAL, PUNTO 13.- IMPRESORA INTEGRADA. SOLICITO A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN EN EL CUAL SE PUEDEN PROGRAMAR HASTA 3 NIVELES DE CONTROL POR TÉCNICA, UNA VES PROGRAMADAS SE EJECUTAN LOS CONTROLES HASTA EL NUMERO DE TÉCNICAS DESEADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

27. REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE NUMERAL 19.- AREA COAGULACIÓN HOSPITAL CENTRAL EQUIPO TIPO 1 HOSPITAL CENTRAL, PUNTO 17.- VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TENER UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES Y UNA MEJOR PROPUESTA, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 EN BASE AL TTP / TTPA / FIB ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

28. REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE NUMERAL 19.- AREA COAGULACIÓN HOSPITAL CENTRAL EQUIPO TIPO 1 HOSPITAL CENTRAL, PUNTO 19.- ANCHURA: 92 CM FONDO: 60 CM ALTURA: 27 CM-60 CM (CON PANTALLA), PESO: 63 KG. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES ME PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES, ANCHO 89CM, PROFUNDIDAD 68 CM, ALTURA 59 CM Y UN PESO DE 65 KG. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

29. REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE NUMERAL 19.- AREA COAGULACIÓN HOSPITAL CENTRAL EQUIPO TIPO 1 HOSPITAL CENTRAL, DETERMINACIÓN A REALIZAR PARTIDA 25501 CLAVE F19355, F19356, F19357, F19358, F19359, F19360, SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR, SI LA CANTIDAD DE LAS DETERMINACIONES SOLICITADAS ES MENSUAL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE LA CANTIDAD DE PRUEBAS MENSUALES QUE SOLICITAN PARA ESTAS DETERMINACIONES ¿FAVOR DE ACLARAR?

R. LA CANTIDAD ES EL TOTAL DE LA COMPRA Y LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL SE DARA A CONOCER EN LAS SOLICITUDES BIMESTRALES

30. NUMERAL 22 SEROLOGÍA LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL CENTRAL, PARTIDA 25101 CLAVE 080.835.0573 FEBRICLIN CONTROL POSITIVO PARA REACCIONES FEBRILES Y CLAVE 080.835.0581 FEBRICLIN CONTROL NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERANDO QUE LA DESCRIPCIÓN CORRESPONDE A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA OFERTAR UN REACTIVO DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS CON PRESENTACIÓN DE 5 ML ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

4



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

31. NUMERAL 22.- SEROLOGÍA LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL CENTRAL, PARTIDA 25101 CLAVE 080.074.1456 ANTÍGENO TEÑIDO CON ROSA DE BENGALA, AGLUTINACIÓN EN PLACA PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS. FRASCO CON 5 ML. PRESENTACIÓN EQUIPO CON 50 PRUEBAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NÚMERO DE OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR ANTÍGENO TEÑIDO CON ROSA DE BENGALA, AGLUTINACIÓN EN PLACA PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS. FRASCO CON 1.5 ML PARA 50 PRUEBAS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

32. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 23 SEROLOGÍA BANCO DE SANGRE, ARTÍCULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12141, F13892, F13893. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSA-2012 EN EL PUNTO 15.9.2 DEBEMOS ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN CUYO VALOR NO EXCEDA TRES VECES DEL PUNTO DE CORTE, EL CUAL ES INDEPENDIENTE DE LOS CONTROLES QUE INCLUYE EL FABRICANTE PARA LOS ANALITOS: HIV, HCV, HBC, SIFILIS, Y CHAGAS Y DEBERÁ SER RESPALDADO CON CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DEL CONTROL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

33. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- AREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, EQUIPO TIPO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, CONSIDERANDO LA BASE INSTALADA:

ANALIZADOR DE TAMAÑO MEDIO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA REALIZAR LAS TÉCNICAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL PARA LAS PRUEBAS DE GRUPO SANGUÍNEO ABO/RH COMPLETO (HEMÁTICO Y SÉRICO), FENOTIPO RH+KELL, D DÉBIL, PRUEBA CRUZADA, ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, PRUEBAS ENZIMÁTICAS, TEST DE COOMBS DIRECTO, DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS ESPECIALES Y AUTOCONTROL.

- 1.- PANTALLA TÁCTIL EXTERNA PARA COLOCARSE EN AMBOS LATERALES DEL INSTRUMENTO
- 2.- MÁXIMA VELOCIDAD: 50 TARJETAS/HORA (400 RESULTADOS /HORA)
- 3.- CAPACIDAD DE 35 GRUPOS COMPLETOS/ HORA.
- 4.- ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS (I, II, III): 72 MUESTRAS/HORA
- 5.- TIPAJE Y ESCRUTINIO: 23 MUESTRAS/HORA
- 6.- 2 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN:
 PARA PICOS DE TRABAJO CON 23 REACTIVOS (17 AGITADOS, 5 NO AGITADOS, 1 DILUYENTE Y 72 MUESTRAS).
 PARA UN MENÚ MÁS COMPLETO CON 46 REACTIVOS (34 AGITADOS, 10 NO AGITADOS, 2 DILUYENTES Y 48 MUESTRAS).
- 7.- HASTA 200 TARJETAS DG GEL.
- 8.- DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS CON PROCESAMIENTO DE URGENCIAS.
- 9.- LAS TARJETAS SON TRANSPORTADAS HASTA EL LECTOR DONDE UNA CÁMARA TOMA LAS FOTOGRAFÍAS.
- 10.- INCUBACIÓN A LA TEMPERATURA REQUERIDA DE ACUERDO AL TIPO DE PRUEBA

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-924016995-E1-2022

- 11.- CUENTA CON DOS CENTRIFUGAS INDEPENDIENTES PARA 12 TARJETAS CADA UNA.
 - 12.- UTILIZACIÓN DE CUALQUIER TAMAÑO DE TUBO PRIMARIO DE PLÁSTICO O VIDRIO YA QUE MANEJA DIMENSIONES: $9 \leq \emptyset \leq 16$ MM Y LONGITUD ≤ 100 MM.
 - 13.- CONECTIVIDAD BIDIRECCIONAL AL LIS PARA CONECTARSE A COMPUTADORA CENTRAL. SOFTWARE EN LÍNEA PARA SOPORTE DE SERVICIO VÍA REMOTA.
 - 14.- IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS DE MUESTRAS Y REACTIVOS.
 - 15.- CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO.
 - 16.- REALIZA PRESUPUESTO DE REACTIVOS, DILUYENTES Y TARJETAS.
- ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

34. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- AREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, EQUIPO TIPO 2, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, CONSIDERANDO LA BASE INSTALADA:

1. SISTEMA MANUAL PARA REALIZAR GRUPO DIRECTO E INVERSO, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD, FENOTIPO RH, COOMBS DIRECTO, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON TARJETAS DE GEL.
2. CENTRIFUGACIÓN SIMULTÁNEA DE 24 TARJETAS DG GEL.
3. VELOCIDAD DE CENTRIFUGACIÓN: 990 RPM + 10 RPM
4. TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN: 9 MINUTOS.
5. ALARMA ACÚSTICA PROGRAMABLE QUE INDICA TERMINO DE CENTRIFUGACIÓN
6. CONTROL DE DESEQUILIBRIO.
7. DETECCIÓN DE APERTURA DE PUERTA
8. CIERRE DE SEGURIDAD.
9. 100—240 V / 50—60 HZ.
10. INUBADOR
11. CAPACIDAD DE CARGA DE 24 TARJETAS DG GEL Y 24 TUBOS DE MUESTRA.
12. 2 ZONAS DE INCUBACIÓN INDEPENDIENTES.
13. DISPLAY DIGITAL CON 2 TEMPORIZADORES INDEPENDIENTES.
14. TIEMPO DE INCUBACIÓN: 15 MINUTOS.
15. SENSORES INDEPENDIENTES DE MONITOREO Y CONTROL DE LA TEMPERATURA.
16. ALARMA AUDIBLE CUANDO TERMINA LA INCUBACIÓN.
17. VOLTAJE 100—240 V/50—60 HZ.
18. CONSUMIBLES: TARJETAS, REACTIVOS Y DILUYENTES DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

35. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- AREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12133, CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CUALITATIVA DE RECONOCIMIENTO DE LOS ANTÍGENOS A, B Y D (RH1) EN LOS HEMATÍES HUMANO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL CONTENIENDO LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI D, Y CTL, CONTEMPLANDO DOS DETERMINACIONES POR TARJETA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022**

DEL SISTEMA ABO, RH PARA CONFIRMACIÓN DE GRUPO DIRECTO. CAJA CON 100 PRUEBAS, CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA BASE INSTALADA QUE UTILIZA DICHA TECNOLOGÍA EN LAS UNIDADES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA SE SOLICITA SE APEGUE A LAS TARJETAS COMPATIBLES CON LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO

36. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- ÁREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, ARTÍCULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12134, CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN, PRINCIPALMENTE DE LOS ANTICUERPOS ESPERADOS DEL GRUPO SANGUÍNEO (ABO) Y PARA PROCEDIMIENTO DE CRIBADO DE ANTICUERPO PARA LA AGLUTINACIÓN DIRECTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE 8 MICROCOLUMNAS DE GEL, CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA BASE INSTALADA QUE UTILIZA DICHA TECNOLOGÍA EN LAS UNIDADES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA SE SOLICITA SE APEGUE A LAS TARJETAS COMPATIBLES CON LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO

37. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- ÁREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, ARTÍCULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12134, CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN, PRINCIPALMENTE DE LOS ANTICUERPOS ESPERADOS DEL GRUPO SANGUÍNEO (ABO) Y PARA PROCEDIMIENTO DE CRIBADO DE ANTICUERPO PARA LA AGLUTINACIÓN DIRECTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO ABO DIRECTO E INVERSO, DEBERÁ REALIZARSE EN UNA SOLA TARJETA CONTENIENDO LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CTL, A1 Y B DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NOM-253-SSA1-2012. CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA BASE INSTALADA QUE UTILIZA DICHA TECNOLOGÍA EN LAS UNIDADES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R. NO SE ACEPTA SE SOLICITA SE APEGUE A LAS TARJETAS COMPATIBLES CON LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO

38. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- AREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12136, CASSETTES COOMBS POLIESPECIFICO CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO, PROCEDIMIENTO CUALITATIVO PARA LA DETECCIÓN DE IGG O COMPLEMENTO EN LOS HEMATÍES HUMANOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE 8 MICROCOLUMNAS DE GEL PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECIFICA PARA LA PRUEBA DE COOMBS, CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA BASE INSTALADA QUE UTILIZA DICHA TECNOLOGÍA EN LAS UNIDADES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA SE SOLICITA SE APEGUE A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS BASES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

39. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- ÁREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, ARTÍCULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12136, CASSETTES COOMBS POLIESPECIFICO CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO, PROCEDIMIENTO CUALITATIVO PARA LA DETECCIÓN DE IGG O COMPLEMENTO EN LOS HEMATÍES HUMANOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE COOMBS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PRUEBA MAYOR, PRUEBA MENOR Y AUTOCONTROL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R. NO SE ACEPTA SE SOLICITA SE APEGUE A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS BASES

40. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- ÁREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, ARTÍCULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12137 DILUYENTE DE HEMATÍES AL 0.8% SOLUCIÓN DE CONCENTRACIÓN IÓNICA BAJA PARA LA PREPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE HEMATÍES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES NOS PERMITE OFERTAR, SOLUCIÓN DE BAJA FUERZA IÓNICA QUE SE UTILIZA PARA LA SUSPENSIÓN DE HEMATÍES AL 0.8%, CON UNA PRESENTACIÓN DE 2 FRASCOS DE 100 ML, PARA 200 DETERMINACIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA SE SOLICITA SE APEGUE A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS BASES

41. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- ÁREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, ARTÍCULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVE F12140 CASSETTES CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS C (RH2), E (RH3), C (RH4), E (RH5), K (K 1) EN LOS HEMATÍES HUMANOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NÚMERO DE OFERENTES NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE 8 MICROCOLUMNAS DE GEL PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH Y KELL: ANTI-D, ANTI- C, ANTI- E, ANTI- C, ANTI- E, ANTI-KELL Y CTL. CAJA CON 100 PRUEBAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA SE SOLICITA SE APEGUE A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS BASES

42. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- AREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, ARTÍCULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CLAVES: F12133, F12134, F12136, F12137, F12140. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE LA CANTIDAD DE PRUEBAS MENSUALES POR HOSPITAL QUE SOLICITAN PARA ESTAS DETERMINACIONES ¿FAVOR DE ACLARAR?

R. LA CANTIDAD ES EL TOTAL DE LA COMPRA Y LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL SE DARA A CONOCER EN LAS SOLICITUDES BIMESTRALES

43. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL NUMERAL 27.- ÁREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERÁN INCLUIR ANTISUEROS FUERA DEL SISTEMA ABO Y RH (K,K, KPA, KPB, FYA, FYB, JKA, JKB,LEZ, LEB, P, M, N, S,,S, DIA,). ¿FAVOR DE ACLARAR?

R. FAVOR DE CONSIDERAR QUE LOS ANTISUEROS PARA BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL ESTÁN DESCRITOS EN EL ÁREA 24. SUSTANCIAS QUÍMICAS BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, POR LO QUE DEBE DE OFERTAR SEGÚN LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA

48





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

44. EN CASO DE SER FAVORABLE LA PREGUNTA ANTERIOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES MENSUAL A ENTREGAR.

R. FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR

45. PRODUCTO SUSPENSIÓN AL 0.8% DE CÉLULAS DE DONANTES INDIVIDUALES DE GRUPO O PARA DETECTAR ANTICUERPOS IRREGULARES DE GRUPOS SANGUÍNEOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTE PUNTO, ADICIONAL A LAS CÉLULAS DE RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SE DEBERÁ INCLUIR LA CÉLULA DIEGO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R. NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERÁ APEGARSE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN

46. EN CASO DE SER FAVORABLE LA PREGUNTA ANTERIOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES MENSUAL A ENTREGAR. FAVOR DE ACLARAR

R. FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR

47. PRODUCTO ORTHO CONFIDENCE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES ME PERMITA OFERTAR UN REACTIVO DE IGUAL O DE SUPERIORES ESPECIFICACIONES, CONTROL DE CALIDAD KIT DE 4 X 6 ML ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. SE SOLICITA QUE EL REACTIVO SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE TECNOLOGÍA DESCRITO EN LAS BASES

48. ANEXO 1B (UNO B) COAGULACION TIPO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE TENER UNA MEJOR PROPUESTA, CONSIDERANDO LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES, H.B.C. SALINAS DE HIDALGO, H.B.C. CIUDAD DEL MAÍZ, H.B.C. ÉBANO, H.B.C. TAMAZUNCHALE, H.B.C. AQUISMON, ME PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA: TIEMPO DE PROTOMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, TIEMPO DE TROMBINA, FIBRINOGENO, FACTORES DE COAGULACIÓN Y PRUEBAS ESPECIALES

- 1.- PRUEBAS POR HORA: TP 60.
 - 2.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE COÁGULO: MECÁNICO (ELECTROMECAÁNICO).
 - 3.- SISTEMA DE INCUBACIÓN PARA MUESTRAS Y REACTIVOS.
 - 4.- AREA DE INCUBACIÓN PARA 8 MUESTRAS Y 5 REACTIVOS.
 - 5.- PIPETA ELECTRÓNICA EXTERNA PARA REACTIVOS.
 - 6.- 12 POSICIONES DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS.
 - 7.- VOLUMEN DE MUESTRA: 50 µL.
 - 8.- VOLUMEN DE REACTIVOS: 50 A 100 µL.
 - 9.- LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS OPCIONAL.
 - 10.- COMUNICACIÓN UNIDIRECCIONAL.
 - 11.- CORRIENTE ELÉCTRICA 120V / 60 HZ.
 - 12.- MONITOR LCD INTEGRADO.
 - 13.- IMPRESORA EXTERNA.
 - 14.- TECLADO INTEGRADO.
 - 15.- MANEJO DE MUESTRAS SIMPLES O POR DUPLICADO.
 - 16.- CARGA CONTINUA PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS URGENTES.
 - 17.- CANALES DE MEICION: 4 MECANICOS.
- ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

49. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO: LA PROPUESTA DEBE CITAR EL COMPROMISO DE INSCRIBIR A TODOS LOS LABORATORIOS ANTE UN PROVEEDOR COMPETENTE DE PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD RECONOCIDO BAJO ILAC-G13:08/2007 PARA LAS ÁREAS ADJUDICADAS Y APLICA PARA QUÍMICA SANGUÍNEA (PACAL), CITOMETRÍA HEMÁTICA (PACAL), COAGULACIÓN (PACAL), UROANÁLISIS Y PARASITOLOGÍA (PACAL), GASOMETRÍA (QUALITAT), MICROBIOLOGÍA (PACAL), LO ANTERIOR POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 10 MESES A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ME PERMITA OFERTAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ACREDITADO BAJO LA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN DEL REINO UNIDO (UKAS) Y/O ISO 174043:2010. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

50. PARTIDA 25101 CLAVE 080.835.0573 FEBRICLIN CONTROL POSITIVO PARA REACCIONES FEBRILES Y CLAVE 080.835.0581 FEBRICLIN CONTROL NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACION, CONSIDERANDO QUE LA DESCRIPCION CORRESPONDE A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA OFERTAR UN REACTIVO DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERISTICAS CON PRESENTACIÓN DE 5 ML ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

51. PARTIDA 25101 PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFÍA, CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (VIH-1) Y TIPO 2 (VIH-2) EN FLUIDO ORAL, SANGRE CAPILAR, SANGRE TOTAL Y PLASMA. PARA USO COMO PRUEBA DE TAMIZAJE." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL PARA EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y 2 EN MEMBRANA SOLIDA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. NO SE ACEPTA SE SOLICITA SE APEGUE A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS BASES

52. 23.- ANEXO 1A CONTROL DE CALIDAD EXTERNO: PARA EL CASO DE BANCO DE SANGRE, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ CUBRIR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN A TODOS LOS BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN Y SUS PUESTOS DE SANGRADO A DONDE LES APLIQUE, SEGÚN CORRESPONDA A LOS PAQUETES QUE LE SEAN ASIGNADOS Y CONFORME A LA NOM-253-SSA1-2012, A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE APLICA EL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. ADICIONALMENTE, EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LAS PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN, Y A LAS PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, DEBERÁ INSCRIBIR A TODOS LOS BANCOS DE SANGRE, SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN Y SUS PUESTOS DE SANGRADO A DONDE LES APLIQUE, A UN CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ADICIONAL CON UN PROVEEDOR QUE CUENTE CON EL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONFIABILIDAD POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD, CONFORME AL CAPÍTULO 15 DE LA NOM-253-SSA1-2012. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI ES CORRECTO OFERTAR UN CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMATOLOGÍA PARA LOS BANCOS DE SANGRE, HOSPITAL GENERAL CD VALLES, CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, HOSPITAL CENTRAL Y PUESTOS DE SANGRADO, HOSPITAL GENERAL MATEHUALA, HOSPITAL GENERAL SOLEDAD, HOSPITAL GENERAL DEL NIÑO Y LA MUJER, HOSPITAL GENERAL RIO VERDE, Y UN CONTROL EXTERNO DE

20



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA LOS BANCOS DE SANGRE HOSPITAL GENERAL CD. VALLES, CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Y HOSPITAL CENTRAL ACREDITADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) CON 4 EVALUACIONES, ENTREGA TRIMESTRALES Y ENTREGA DE CONSTANCIA ANUAL DE PARTICIPACIÓN. FAVOR DE ACLARAR.

R. ES CORRECTO EN CUANTO A LOS HOSPITALES MENCIONADOS, SE LE ACEPTA OFERTAR SU PROPUESTA

53. ANEXO 1A CONTROL DE CALIDAD EXTERNO: EL PROVEEDOR DEBERÁ INSCRIBIR A LOS LABORATORIOS QUE LE SEAN ADJUDICADOS A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 7.2 DE LA NOM-007-SSA3-2011; Y DEBERÁN ENTREGAR A MÁS TARDAR A LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO, LA DOCUMENTACIÓN O COMPROBACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA RESPECTIVO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL JEFE O ENCARGADO DEL SERVICIO, EL RESULTADO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES: HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA, HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD, HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VALLES, JUAN H SÁNCHEZ EN EL ÁREA DE COAGULACIÓN UN CONTROL EXTERNO POR UN PROVEEDOR DE PRUEBAS DE COMPETENCIA ACREDITADO BAJO LA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN DEL REINO UNIDO (UKAS) Y/O ISO 174043:2010, ENTREGAS MENSUALES

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

2.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR PATRICIA TREVIÑO

1.- EN EL PUNTO REFERENTE A TRANSPORTE, SE ESPECIFICA PARA RECEPCIÓN FÍSICA LOS ALMACENES:

- 1.- ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL
- 2.- ALMACÉN LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
- 3.- ALMACÉN CENTRAL

AÚN CUANDO EN LA PRESENTE, NO HAY ESPECIFICACIÓN ALGUNA PARA ADQUISICIÓN DE REACTIVO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,

¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA ENTREGA DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES NO SE REALIZARÁ EN NINGUNA DE LAS UNIDADES DE SALUD CON REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y QUE ÚNICAMENTE ES NECESARIO ENTREGAR TODO LO SOLICITADO EN LOS 3 ALMACENES ANTES MENCIONADOS?

R. CITO EL DOCUMENTO DE LAS BASES:

CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El proveedor a quien se les adjudique el surtimiento de los bienes realizará la entrega en las instalaciones de los Servicios de Salud de San Luis Potosí según la Tabla 1, los equipos y bienes, así como sus respectivos reactivos, controles y bienes de consumo a fin de realizar los estudios solicitados para cada Unidad Médica adjudicada, según el presente Anexo 1A (Uno A) y Anexo 1B (Uno B)

2.- EN EL CASO DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, ¿CUÁL SERÁ EL PERIODO DE CONTRATACIÓN?

R. A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA EMISIÓN FALLO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

3.- REFERENTE AL PUNTO 4.1 SOBRE DOCUMENTACIÓN PARA INTEGRAR, EN EL INCISO G SE SOLICITA QUE LOS REGISTROS SANITARIOS SE ENCUENTREN VIGENTES, DEBEMOS ENTENDER QUE TODO REGISTRO SANITARIO QUE CUENTE ÚNICAMENTE CON PRÓRROGA Y EL PAGO DE LA MISMA EN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

VENTANILLAS DE COFEPRIS, NO PODRÁ SER VÁLIDO SI EL TRÁMITE NO ESTÁ COMPLETO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R. NO ES CORRECTO, EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR:

1. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA.
2. COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS.
3. CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA.

4. COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS.

4.- REFERENTE AL PUNTO 4.1 SOBRE DOCUMENTACIÓN PARA INTEGRAR, EN EL INCISO I, ESPECIFICA LA CADUCIDAD ES 18 MESES PARA LOS INSUMOS A ENTREGAR, DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS, QUE LOS MISMOS EN SU MAYORÍA SON DE IMPORTACIÓN, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA CADUCIDAD ANTES MENCIONADA SERÁ LA NECESARIA PARA TODOS LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS EN LA PRESENTA LICITACIÓN?

R. LA CADUCIDAD ESTABLECIDA PARA CADA TIPO DE INSUMO, SEGÚN SU NATURALEZA, SE ESTABLECE DEBAJO DE LOS RECUADROS DE LOS REACTIVOS. LA CADUCIDAD DE 18 MESES SE MANEJA COMO CADUCIDAD MÁXIMA

5.- REFERENTE AL PUNTO 4.1 SOBRE DOCUMENTACIÓN PARA INTEGRAR, EN EL INCISO AI, DONDE SE SEÑALADA QUE EL LICITANTE CUENTA CON EXPERIENCIA EN EL SURTIMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AL QUE SE PRETENDE CELEBRAR, LA CUAL DEBERÁ SER MAYOR DE DOS AÑOS Y QUE ACREDITARÁ MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CONTRATOS (MÍNIMO 10 CONTRATOS)

¿DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA SOLICITUD SE TENDRÁ QUE CUMPLIR CON CONTRATOS ESTABLECIDOS CON DEPENDENCIAS DE SALUD EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LO CUAL DENOTARA QUE SE CUENTA CON EXPERIENCIA PARA ATENDER UNA DEMANDA COMO LA ESTABLECIDA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ?

R. PUEDEN SER INSTITUCIONES FEDERALES O ESTATALES

6.- REFERENTE AL PUNTO 4.1 SOBRE DOCUMENTACIÓN PARA INTEGRAR, EN EL INCISO AH ESPECIFICA QUE SE DEBE CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001:2015, ENTENDEMOS QUE, EN EL CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, DICHO CERTIFICADO APLICARÁ PARA LA CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ESTABLEZCAN EL VÍNCULO EN PARTICIPACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R. NO ES CORRECTO, LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES SE ESTABLECEN EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN, POR LO QUE AHÍ SE ESTABLECERÁ A QUÉ SE COMPROMETE CADA PARTICIPANTE, PUDIENDO PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001:2005 UNO O TODOS LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ INDICADO EN EL MENCIONADO CONVENIO DE PARTICIPACIÓN.

ANEXO 1A

7.- EN EL PUNTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN EL CASO DE LAS PRUEBAS DE URGENCIA QUE DEBEN LLEVARSE A PROCESO EN EL CASO DE LA NO REPARACIÓN INMEDIATA DEL EQUIPO, CON EL

[Handwritten signatures and initials]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

FIN DE NO FALTAR A LA NOM-007-SSA3-2011, EN SU PUNTO 6 LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE REFERENCIA O SUBCONTRATACIÓN.

DEBEMOS ENTENDER QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE REALIZAR CONTRATO ENTRE LAS UNIDADES DE SALUD MENCIONADAS EN EL ANEXO Y UN LABORATORIO QUE CUENTE CON ACREDITACIÓN COMO LABORATORIO O DE REFERENCIA Y QUE A SU VEZ ESTO DEBEN SER NOTIFICADO COMO UN CONVENIO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE ESTATAL (COEPRIS), LO ANTERIOR A CUENTA Y CARGO DEL PROVEEDOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R. NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ÚNICAMENTE SE ESTABLECE UN LABORATORIO DE REFERENCIA SIN HACER UN CONVENIO ANTE LA COEPRIS

8.- RESPECTO A LOS INSUMOS A COTIZAR, LOS MISMOS NO CUENTA CON NÚMERO DE RENGLÓN, EN EL ENTENDIDO QUE EL ANEXO ESTÁ DIVIDO POR ÁREAS, SERÁ POSIBLE CONTAR CON UN NÚMERO CONSECUTIVO DE RENGLONES, YA QUE COMO MENCIONAN LAS MISMAS BASES, LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN SEPARARSE POR PARTIDA, EL NO CONTAR CON NÚMEROS CONSECUTIVOS DIFICULTARÁ LO ANTERIOR.

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DE INSERTAR NUMERO CONSECUTIVO PARA CADA RENGLON

9.- RESPECTO AL SISTEMA ANALÍTICO PREAMALITICO SOLICITADO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, EL CUAL

ANEXO 1 B

ÁREA UROANALISIS

EL REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL EQUIPO SOLICITADO, ESPECIFICA UNA CARACTERÍSTICA DE AL MENOS 300 PRUEBAS POR HORA, ¿ES CORRECTA ESTA CARACTERÍSTICA?

R. AÚN CUANDO MENCIONA AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, ÉSTE NO ESTÁ INCLUIDO EN EL ANEXO 1B, SIN EMBARGO SI SU PREGUNTA ES AL RESPECTO DEL EQUIPO TIPO 1 DEL ÁREA UROANÁLISIS DEL ANEXO 1B, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA EQUIPO DE AL MENOS 300 PRUEBAS POR HORA.

3.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR MEDICA SILLER SA DE CV

PREGUNTA NO. 1.- ANEXO 1A

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.

LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SERÁ INDISPENSABLE QUE EL PROVEEDOR QUE MUESTRE INTERÉS EN LA PRESENTE, COTICE EN LA TOTALIDAD LOS ARTÍCULOS DEL PRESENTE ANEXO Y ASI COMO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN ESTE ANEXO 1A (UNO A), PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.

LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR TODOS LOS REACTIVOS DE FORMA INDIVIDUAL QUE SE USARÁN EN LAS UNIDADES MÉDICAS.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA UNA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA COTIZAR POR RENGLÓN,
ES DECIR /
ANEXO 1 A
RENGLÓN 1 : LABORATORIO CLÍNICO

RENGLÓN 2.- BANCO DE SANGRE Y PUESTOS DE SANGRADO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

CON LA GARANTÍA QUE OBTENDRÁN MEJORES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ¿SE ACEPTA .?

R. NO SE ACEPTA. SE SOLICITA EL APEGO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1A

PREGUNTA NO. 2.- ANEXO 1A

11. SEROLOGÍA DE BANCO DE SANGRE.

EQUIPO TIPO 1:

ANALIZADOR PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

- 1.- EL ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS QUE CUMPLE LAS ERICTAS EXIGENCIAS DE SU LABORATORIO.
- LA PRESENTACIÓN DE LOS KITS DE REACTIVOS ES DE 100 Y 500 TEST
- SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 12,500 PRUEBAS AL MISMO TIEMPO.
- CADA BOTELLA CONTIENE CÓDIGOS DE BARRAS 2D: NOMBRE DEL ENSAYO, NÚMERO DE LOTE, TAMAÑO DE PRUEBA, FECHA DE VENCIMIENTO Y DATOS DE CALIBRACIÓN MAESTRA.
- 2.- EN EL ÁREA DE PROCESAMIENTO 2 SONDAS (AGUJAS/PIPETAS) DE MUESTRAS DE ACERO INOXIDABLE NO REQUIERE EL USO DE PUNTAS DESECHABLES.
3. - MÉTODOS: CHEMIFLEX
- 4.- RENDIMIENTO MÁXIMO: HASTA 200 PRUEBAS/HORA
- 5.- TIPOS DE MUESTRAS: SUERO, PLASMA, SANGRE COMPLETA, ORINA
- 6.- TUBOS DE MUESTRA: ALTURA: 72 A 102 MM, DIÁMETRO: 9,6 A 16,1 MM
- 7.- COPA DE MUESTRAS: SÍ (VOLUMEN MUERTO DE 50 µL)
- 8.- CAPACIDAD DE MUESTRA: 135
- 9.- TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA MUESTRAS: CODE 39, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, CODE 128
- 10.- ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS DE MUESTRAS: 50000
- 11.- VOLUMEN DE MUESTRA: 10 A 150 ML, PROMEDIO: 57 ML
- 12.- DILUCIÓN AUTOMÁTICA: SI
- 13.- ARRASTRE DE MUESTRA POR LA SONDA: $\leq 0,1$ PARTES POR MILLÓN
- 14.- CAPACIDAD DE REACTIVOS: 25 POSICIONES REFRIGERADAS
- 15.- TIPO DE REACTIVO: 100 % DE LÍQUIDO LISTO PARA USAR
- 16.- ESTABILIDAD DEL REACTIVO EN EL SISTEMA: DE 14 A 30 DÍAS
- 17.- FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN: CALIBRAR CON NUEVO NÚMERO DE LOTE SI LOS CONTROLES ESTÁN FUERA DE INTERVALO O SI SE ESPECIFICA OTRA COSA EN EL PROSPECTO
- 18.- DETECCIÓN DE MUESTRAS, COÁGULOS Y BURBUJAS: SI
- 19.- MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DEL REACTIVO: SI
- 20.- MEDICIÓN DE INTERFERENCIAS DE LA MUESTRA: NO
- 21.- CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA: 1 CCS, CON MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL EN COLOR, TECLADO Y RATÓN
- 22.- REGISTROS DE MANTENIMIENTO INTEGRADOS: SI
- 23.- AYUDA EN LÍNEA CON CÓDIGOS DE ERROR :SI
- 24.- INTERFAZ DEL HOST: INTERFAZ SERIE RS-232 BIDIRECCIONAL, OPCIÓN DE CONSULTA AL HOST DISPONIBLE
- 25.- DIAGNÓSTICO REMOTO: ABBOTTLINK
- 26.- DIMENSIONES (AL X AN X PR): 121.9X154.9X124.5 CM
- 27.- PESO: 190.3 KG
- 28.- REQUISITOS ELÉCTRICOS: AC 180-264V,47-63HZ

04

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

- 29.- REQUISITOS DE AGUA: AGUA PURIFICADA PARA DILUIR EL CONCENTRADO DEL TAMPÓN
- 30.- POTENCIA CALORÍFICA*: 4280BTU/HR EN FUNCIONAMIENTO
- 31.- CARGA DE MUESTRAS: RSH

EQUIPO TIPO 2:

ANALIZADOR PARA INMUNOLOGÍA POR QUIMIOLUMINISCENCIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

- 1.- MÉTODOS: CHEMIFLEX
- 2.- RENDIMIENTO MÁXIMO: HASTA 100 PRUEBAS/HORA
- 3.- TIPOS DE MUESTRAS: SUERO, PLASMA, SANGRE COMPLETA, ORINA
- 4.- TUBOS DE MUESTRA: ALTURA: 72 A 102 MM DIÁMETRO: 9,6 A 16,1 MM
- 5.- COPA DE MUESTRAS: SÍ (VOLUMEN MUERTO DE 50 µL)
- 6.- CAPACIDAD DE MUESTRA: 65
- 7.- TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA MUESTRAS: CODE 39, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, CODE 128
- 8.- ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS DE MUESTRAS: 50 000
- 9.- VOLUMEN DE MUESTRA: 10 A 150 ML, PROMEDIO: 62 ML
- 10.- DILUCIÓN AUTOMÁTICA: SÍ
- 11.- ARRASTRE DE MUESTRA POR LA SONDA: ≤0,1 PARTES POR MILLÓN
- 12.- CAPACIDAD DE REACTIVOS: 25 POSICIONES REFRIGERADAS
- 13.- TIPO DE REACTIVO: 100 % DE LÍQUIDO LISTO PARA USAR
- 14.- ESTABILIDAD DEL REACTIVO EN EL SISTEMA: DE 14 A 30 DÍAS
- 15.- FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN: CALIBRAR CON NUEVO NÚMERO DE LOTE SI LOS CONTROLES ESTÁN FUERA DE INTERVALO O SI SE ESPECIFICA OTRA COSA EN EL PROSPECTO
- 16.- DETECCIÓN DE MUESTRAS, COÁGULOS Y BURBUJAS: SÍ
- 17.- MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DEL REACTIVO: SÍ
- 18.- MEDICIÓN DE INTERFERENCIAS DE LA MUESTRA: NO
- 19.- CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA: 1 CCS, CON MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL EN COLOR, TECLADO Y RATÓN
- 20.- REGISTROS DE MANTENIMIENTO INTEGRADOS: SÍ
- 21.- AYUDA EN LÍNEA CON CÓDIGOS DE ERROR: SÍ
- 22.- INTERFAZ DEL HOST: INTERFAZ SERIE RS-232 BIDIRECCIONAL, OPCIÓN DE CONSULTA AL HOST DISPONIBLE
- 23.- DIAGNÓSTICO REMOTO: ABBOTTLINK
- 24.- DIMENSIONES (AL X AN X PR): 49" X 59" X 30" 124,5 X 149,9 X 76,2 CM
- 25.- PESO: 636 LB 288 KG
- 26.- REQUISITOS ELÉCTRICOS: 110-120 V DE CA O 200-240 V DE CA, ±10 %, 50 O 60 HZ CON AJUSTE POR PARTE DEL USUARIO
- 27.- REQUISITOS DE AGUA: AGUA PURIFICADA PARA DILUIR EL CONCENTRADO DEL TAMPÓN
- 28.- POTENCIA CALORÍFICA*: 2400 BTU/H EN FUNCIONAMIENTO
- 29.- CARGA DE MUESTRAS: RSH

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

ANALIZADOR DE QUIMILUMINISCENCIA TOTALMENTE AUTOMATIZADO, QUE REALIZA UN PROCESAMIENTO COMPLETO DE LAS MUESTRAS (PREDILUCIONES DE MUESTRAS, DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS, INCUBACIONES, PROCESOS DE LAVADO, ETC.) ASÍ COMO LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN.

[Handwritten signatures and initials]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

EL SISTEMA PERMITEN QUE MEJORE LA EFICIENCIA EN LOS LABORATORIOS DE INMUNOENSAYO. SOLUCIÓN TOTALMENTE AUTOMATIZADA CALIDAD DE LOS RESULTADOS CONFIGURACIÓN FLEXIBLE ALTA EFICIENCIA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TECNOLOGÍA DE ENSAYO EES UN ANALIZADOR DE QUIMILUMINISCENCIA TOTALMENTE AUTOMATIZADO, QUE REALIZA EL PROCESAMIENTO COMPLETO DE LA MUESTRA. ADOPTA UNA TECNOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA "FLASH" (CLIA) CON MACROPARTÍCULAS PARAMAGNÉTICAS EN FASE SÓLIDA. LA MISMA TECNOLOGÍA TAMBIÉN SE UTILIZA EN EL ANALIZADOR OFRECIENDO UNA PERFECTA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS SISTEMAS. ÁREA DE REACTIVOS EL ÁREA DE REACTIVOS TIENE UNA TEMPERATURA CONTROLADA. EL MUELLE DE CARGA DE REACTIVOS PERMITE LA CARGA CONTINUA DEL SISTEMA DE REACTIVOS INTEGRALES O AUXILIARES. PARA MAYOR CLARIDAD, UN LED BAJO CADA CARRIL INDICA EL ESTADO DE USO PERTINENTE. SE PUEDEN CARGAR HASTA 25 INTEGRALES Y HASTA 4 REACTIVOS AUXILIARES A LA VEZ. LAS INTEGRALES SE PUEDEN CARGAR DIRECTAMENTE EN UNO DE LOS 25 CARRILES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO Y SI ES NECESARIO PUEDEN ESTAR PRESENTES VARIAS DE LAS MISMAS INTEGRALES EN EL ÁREA DE REACTIVOS A LA VEZ. LAS INTEGRALES DE LOS REACTIVOS SE GESTIONAN CON UNA FUNCIÓN DE "LIBERACIÓN RÁPIDA" Y EL SISTEMA LAS LIBERA TAN PRONTO COMO SE COMPLETA EL PROCESO SOLICITADO. LOS REACTIVOS DE ARRANQUE, RESPONSABLES DE INICIAR LA REACCIÓN QUIMIOLUMINISCENTE, ESTÁN DISPONIBLES A BORDO EN UN ÁREA DEDICADA Y MONITORIZADA CONTINUAMENTE (NÚMERO DE LOTE, CANTIDAD DISPONIBLE) Y PERMITEN UNA CARGA CONTINUA

¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA. SE SOLICITA EL APEGO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1A

PREGUNTA NO.3

EL ANEXO I SE DIIDE POR PAQUETES, ESTOS SERAN ASIGNADOS POR PAQUETE O EL ANEXO I SE COTIZARA POR PARTIDA UNICA. FAVOR DE ACLARAR.

R. SE COTIZA POR LA TOTALIDAD DEL ANEXO 1A 0 1B

PREGUNTA NO.4

LOS AQUETES DEL ANEXO I, EN LAS CANTIDADES VIENEN INDICADOS MINIMOS Y MAXIMOS. EN ESTOS PAQUETES SE REALIZARA UNA SOLA ENTREGA O SE REALIZARAN VARIAS ENTREGAS. FAVOR DE ACLARAR.

R. LA PRIMERA ENTREGA SERA A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A LA EMISIÓN DEL FALLO Y POSTERIORMENTE DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA EN EL PÁRRAFO DEL ANEXO 1A

"De acuerdo a la capacidad de almacenaje, disponibilidad de refrigeradores y el conocimiento de los artículos, los cuales en su mayoría son de importación, se harán entregas bimestrales directas a los laboratorios clínicos de los Hospitales del Estado, puestos de transfusión sanguínea, bancos de sangre, centro estatal de la transfusión sanguínea y almacén de cotejo denominado almacén laboratorios. Lo anterior a solicitud expresa en orden de compra emitida posterior a la adjudicación".

PREGUNTA NO.5

EN EL PUNTO" 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA." DICE : "INCISO I) - EL PERIODO DE CADUCIDAD DE LOS INSUMOS NO DEBERÁ SER MENOR DE 18 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNO DE LOS ALMACENES Y LUGARES SEÑALADOS EN LA SECCIÓN III, NUMERAL 8 DE LAS PRESENTES BASES PARA SU RECEPCIÓN; CONFORME AL ANEXO 5."

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

SIN EMBARGO EN CADA PAQUETE DE ANEXO I, SE INDICAN LA CADUCIDAD REQUERIDA PARA LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS. FAVOR DE ACLARAR SI LA CADUCIDAD QUE SE DEBE OFERTAR ES LA INDICADA EN CADA PAQUETE. FAVOR DE ACLARAR.

R. DEBIDO A LA NATURALEZA DE CADA REACTIVO SE ESTABLECE UNA CADUCIDAD MÍNIMA DESCRITA DESPUÉS DE CADA PAQUETE Y COMO CADUCIDAD MÁXIMA REQUERIDA SE ESTABLECE 18 MESES

PREGUNTA NO.6

EN EL PUNTO 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA." DICE : "INCISO U) DICE "ANEXO 11, FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR UN AÑO, DE ACUERDO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE ABRIL DE 2013."

ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO DEBEREMOS METER ORATO DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO YA QUE LA FIANZA SE DEBERA DE ENTREGAR A LA FIRMA DEL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS. ¿ES CORRECTO?

R. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO LA ENTREGARA EL LICITANTE QUE OBTENGA LA ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE PRESENTARA CONFORME AL ANEXO 11

4.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS S DE RL DE CV

1- 4.1 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA. D. CUANDO SE TRATE DE DISTRIBUIDORES PRIMARIOS, ESTOS DEBERÁN ACREDITAR FEHACIENTEMENTE QUE EL FABRICANTE DEL CUAL VAN A DISTRIBUIR SUS PRODUCTOS, CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y QUE SE OBLIGA SOLIDARIAMENTE CON EL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LA OFERTA PRESENTADA RESPECTO AL ANEXO 1, DE ESTA LICITACIÓN, ANEXO 7 EN PAPEL MEMBRETEADO DEL FABRICANTE, QUIEN DEBERÁ EXTENDER UN DOCUMENTO (EN ORIGINAL DEL FABRICANTE) DE RESPALDO EN EL CUAL SEÑALE TODOS LOS RENGLONES QUE RESPALDE A SU REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. LOS DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO SE PRESENTEN, TENDRÁN QUE SER EN ORIGINAL SEÑALANDO ESTA LICITACIÓN EN ESPECIFICO, EL NÚMERO DE PARTIDAS QUE DEBERÁ INCLUIR TODOS LO BIENES QUE LO INTEGRAN Y QUE SE COTICE, NO ACEPTANDO COPIAS FOTOSTÁTICAS.

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PUEDE PRESENTAR DICHA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE O EN SU CASO DE LA EMPRESA FILIAL EN MÉXICO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO?

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

2.- G. COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO EN ANVERSO Y REVERSO DEL PRODUCTO POR CADA RENGLÓN QUE SE COTIZA, MISMO QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBERÁ ESTAR VIGENTE Y EN CASO DE MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO INICIAL, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA ULTIMA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN ESTAR LEGIBLES POR AMBOS LADOS, COMPLETO, DONDE OBRE FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD QUE LO EXPIDE (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE INSUMOS PARA LA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL), CON LA AUTORIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN CORRECTA PARA LA PARTIDA OFERTADA Y QUE SE ENCUENTRE A NOMBRE DEL FABRICANTE. PARA AQUELLAS CLAVES QUE LAS REQUIERAN, (FOTOCOPIAS LEGIBLES ASÍ MISMO DEBERÁ SEÑALAR EL RENGLÓN AL CUAL PERTENECE DE ACUERDO AL LISTADO DE EL ANEXO 1, Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON MARCA TEXTOS FLUORESCENTES.

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE AQUELLOS RENGLONES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO POR SU PROPIA NATURALEZA SE PERMITA REFERENCIAR EN LA PUBLICACIÓN DEL DOF "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DE FECHA DEL 22/12/2014, ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA

3.- G. COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO EN ANVERSO Y REVERSO DEL PRODUCTO POR CADA RENGLÓN QUE SE COTIZA, MISMO QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBERÁ ESTAR VIGENTE Y EN CASO DE MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO INICIAL, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA ULTIMA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN ESTAR LEGIBLES POR AMBOS LADOS, COMPLETO, DONDE OBRE FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD QUE LO EXPIDE (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE INSUMOS PARA LA SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL), CON LA AUTORIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN CORRECTA PARA LA PARTIDA OFERTADA Y QUE SE ENCUENTRE A NOMBRE DEL FABRICANTE. PARA AQUELLAS CLAVES QUE LAS REQUIERAN, (FOTOCOPIAS LEGIBLES ASÍ MISMO DEBERÁ SEÑALAR EL RENGLÓN AL CUAL PERTENECE DE ACUERDO AL LISTADO DE EL ANEXO 1, Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON MARCA TEXTOS FLUORESCENTES.

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO NECESARIAMENTE ESTA A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL INSUMO, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS QUE BASTE CON PRESENTAR REGISTRO SANITARIO OTORGADO POR COFERPIS AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN MÉXICO O REFERENCIACIÓN EN EL LISTADO DEL DOF DEL 14/12/2014, CITADO EN MI PREGUNTA ANTERIOR. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA

4.- 4.2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, AG CATALOGO POR CADA RENGLÓN OFERTADO

ALGUNOS DE LOS INSUMOS SOLICITADOS DENTRO DEL ANEXO 1A Y 1B SON CONSIDERADOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA HACER LAS PRUEBAS Y NO FORMAN PARTE DE LOS CATÁLOGOS COMERCIALES DE LOS FABRICANTES, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PERMITA INCLUIR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL INSUMO ENTREGADO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE APEGARÁ A LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PARA AQUELLOS RENGLONES CONSIDERADOS CONSUMIBLES, EN EL ENTENDIDO QUE PRESENTAREMOS TODOS LOS CATÁLOGOS CORRESPONDIENTES A LOS REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022**

R. SE ACEPTA

5.- ANEXO 1A Y 1B

DENTRO DE LOS RENGLONES SOLICITADOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE, NOTAMOS QUE HAY ALGUNAS DESCRIPCIONES QUE HAN SIDO ACTUALIZADAS POR EL FABRICANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, PERMITA PARA ESTOS CASOS OFRECER LA PRESENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE VIGENTE, RESPETANDO LAS CANTIDADES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA

6.- ANEXO 1A, 1.- AREA QUÍMICA CLÍNICA. EQUIPO TIPO 2, 27.- DETECCIÓN DE COÁGULOS, BURBUJAS, SENSADO DE NIVEL DE LÍQUIDOS, DETECCIÓN DE MUESTRA ESCASA Y 28.- REDUCCIÓN DE HEMOLISIS, ICTERICIA Y TURBIDEZ

SOLICITAMOS ATENTAMENTE ESTOS DOS PUNTOS SEAN OPCIONALES PARA ESTE NIVEL DE EQUIPAMIENTO. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

7.- CLAVE, 25101, F17780 HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA DETERMINACIONES QUIMICO CLINICAS POR TECNOLOGIA QUIMICA CLINICA SECA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUERO O PLASMA.

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LO QUE SE REQUIERE ES REACTIVO LÍQUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA SU PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE QUÍMICA SECA, SOLICITADOS EN EL TIPO 1. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA

8.- ANEXO 1A, 8. ÁREA DE INMUNOLOGÍA EQUIPO TIPO 1, 6.- CON CAPACIDAD DE DETECTAR INTERFERENCIAS COMO HEMÓLISIS, ICTERICIA Y TURBIDEZ (LIPEMIA)

SOLICITAMOS ATENTAMENTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA ESTE NIVEL DE EQUIPAMIENTO. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

9.- ANEXO 1A BANCOS DE SANGRE Y PUESTOS DE TRANSFUSIÓN, 10. AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓGICA, GARRAFA 4L



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022**

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA ENTREGAR EN SU CASO GARRAFA DE 1 GALÓN, QUE EQUIVALE A 3.87 LTS ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA

10.- ANEXO 1A BANCOS DE SANGRE Y PUESTOS DE TRANSFUSIÓN, 10. AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, GARRAFA 1L

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA ENTREGAR EN SU CASO GARRAFA DE 1 GALÓN, QUE EQUIVALE A 3.87 LTS ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA

11- ANEXO 1A BANCOS DE SANGRE Y PUESTOS DE TRANSFUSIÓN, 10. AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, HIDRÓXIDO DE SODIO GARRAFA C/4L

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA ENTREGAR EN SU CASO PRESENTACIÓN DE 1 LITRO. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA

12.- ANEXO 1A EQUIPO TIPO 1 QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL, 9.- VOLUMEN DE MUESTRA: 2-10 µL DEPENDIENDO LA PRUEBA

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA ACEPTE VOLUMEN DE MUESTRA DE 2 A 80 µL, CONTEMPLADO QUE TAMBIÉN SE HACE PRUEBAS DE HORMONAS EN ESTE EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

13.- ANEXO 1A EQUIPO TIPO 1 QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL, 12.- CAPACIDAD DE REACTIVOS: HASTA 150 POSICIONES REFRIGERADAS INCLUYE ISE (NA+, K+ Y CL-)

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA ACEPTE EQUIPO QUE CUENTA CON 150 POSICIONES DE REACTIVO, DE LAS CUALES 89 NO SON REFRIGERADAS YA QUE SON PARA QUÍMICA SECA QUE NO REQUIERE REFRIGERACIÓN A BORDO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

14.- ANEXO 1A EQUIPO TIPO 1 QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL, 13.- TIPO DE REACTIVOS: >95 % DE LÍQUIDO LISTO PARA USAR

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE MANEJE TANTO REACTIVOS SECOS COMO LÍQUIDOS DEPENDIENDO DEL ANALITO A PROCESAR. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

15.- ANEXO 1A EQUIPO TIPO 1 QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL, 19.- CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA: 1 CCS, CON MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL EN COLOR, TECLADO Y RATÓN

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE EL RATÓN SEA OPCIONAL PARA LOS EQUIPOS QUE UTILIZAN LA PANTALLA TÁCTIL. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

16. ANEXO 1A 27. AREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓGICA, GARRAFA 4L

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA ENTREGAR EN SU CASO GARRAFA DE 1 GALÓN, QUE EQUIVALE A 3.87 LTS. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA

17.- ANEXO 1A EQUIPO TIPO 1 QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL, 24.- DIMENSIONES, ANCHO: 2.79 M/110 PULGADAS, PROFUNDIDAD: 0.89 M/34.9 PULGADAS, ALTO: 1.73 M/68 PULGADAS, 25.- PESO: 1070.5 KG/2360 LIBRAS

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA AL CONVOCANTE NOS INFORME SI ¿ESTOS VALORES SON LOS MÁXIMOS Y QUE PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO QUE ESTE DEBAJO DE ESTOS VALORES, LO QUE SE TRADUCE ES QUE ES MAS COMPACTO Y MAS LIGERO PARA CABER DENTRO DEL HOSPITAL?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

18.- ANEXO 1A EQUIPO TIPO 2 QUÍMICA CLÍNICA HOSPITAL CENTRAL, 27.- DETECCIÓN DE COÁGULOS, BURBUJAS, SENSADO DE NIVEL DE LÍQUIDOS, DETECCIÓN DE MUESTRA ESCASA, 28.- REDUCCIÓN DE HEMOLISIS, ICTERICIA Y TURBIDEZ

SOLICITAMOS ATENTAMENTE ESTOS DOS PUNTOS SEAN OPCIONALES PARA ESTE NIVEL DE EQUIPAMIENTO. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

19.- ANEXO 1A EQUIPO TIPO 3 INMUNOLOGIA HOSPITAL CENTRAL, 6.- CON CAPACIDAD DE DETECTAR INTERFERENCIAS COMO HEMÓLISIS, ICTERICIA Y TURBIDEZ (LIPEMIA)

SOLICITAMOS ATENTAMENTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA ESTE NIVEL DE EQUIPAMIENTO. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

20.- 25101 F19336 HAVAB IGG (HEP A). PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGIA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA. CAJA C/100 PRUEBAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFRECER LA PRUEBA DE HAVAB TOTALES.
¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN

21.- 25101 F19349 TACROLIMUS. PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGIA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA. CAJA C/100 PRUEBAS Y 25101 F19350 CICLOSPORINA. PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGIA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA. CAJA C/100 PRUEBAS

SOLICITAMOS PERMITA OFRECER ESTAS PRUEBAS POR TURBIDIMETRÍA DENTRO DEL EQUIPO INTEGRADO PARA QUÍMICA Y HORMONAS SOLICITADO, YA QUE NO CORRESPONDEN A QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

22.- ANEXO 1B, QUÍMICA CLÍNICA, EQUIPO TIPO 1, 27.- DETECCIÓN DE COÁGULOS, BURBUJAS, SENSADO DE NIVEL DE LÍQUIDOS, DETECCIÓN DE MUESTRA ESCASA Y 28.- REDUCCIÓN DE HEMOLISIS, ICTERICIA Y TURBIDEZ

SOLICITAMOS ATENTAMENTE ESTOS DOS PUNTOS SEAN OPCIONALES PARA ESTE NIVEL DE EQUIPAMIENTO. ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL


23.- ANEXO 1-A 11. SEROLOGÍA DE BANCO DE SANGRE. EQUIPO TIPO 1 Y TIPO 2

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMO UNA OPCIÓN OFRECER EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES QUE SON LOS ACTUALMENTE INSTALADOS Y QUE CUBREN CON LAS NECESIDADES ACTUALES DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Y EL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VALLES. ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN.

5.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.

1. EN EL NUMERAL 3.- PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE MENCIONA "LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ES PRESENCIAL, POR LO QUE LOS LICITANTES EXCLUSIVAMENTE PODRÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EN FORMA DOCUMENTAL Y POR ESCRITO, EN SOBRE CERRADO, DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, O BIEN, SI ASÍ SE DESEA, PODRÁ ENVIARSE EL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA A TRAVÉS DEL USO DEL SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA SIEMPRE QUE SE ENTREGUE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA SECCIÓN II "PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN", NUMERAL 1 "CALENDARIO DE EVENTOS" CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN AL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.", SIN EMBARGO, EN EL NUMERAL 3.2.- INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

PROPUESTAS, SE MENCIONA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO "NO SE RECIBEN ENTREGAS PARCIALES NI BAJO EL SISTEMA DE PAQUETERIA NI DE MENSAJERIA.", POR LO QUE HAY UNA CONTRADICCIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI SERÁN ACEPTADAS PROPUESTAS ENVIADAS POR PAQUETERÍA O MENSAJERÍA. FAVOR DE ACLARAR.

R: RESPUESTA: SE RATIFICA QUE NO SE RECIBEN ENTREGAS PARCIALES NI BAJO EL SISTEMA DE PAQUETERÍA NI DE MENSAJERÍA."

2. EN EL NUMERAL 5.- DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRE CERRADO, SE MENCIONA "LOS LICITANTES QUE ASI LO DESEEN Y EN CASO DE NO PODER ESTAR PRESENTES EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, PODRÁN ENVIAR SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SITA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, C.P. 78380, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TELEFONO (01 444) 834-11-00 HASTA UN DIA ANTES DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.", SIN EMBARGO, EN EL NUMERAL 3.2.- INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS, SE MENCIONA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO "NO SE RECIBEN ENTREGAS PARCIALES NI BAJO EL SISTEMA DE PAQUETERIA NI DE MENSAJERIA.", POR LO QUE PARECE HABER UNA CONTRADICCIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI SERÁN ACEPTADAS PROPUESTAS ENVIADAS POR PAQUETERÍA O MENSAJERÍA. FAVOR DE ACLARAR.

R: SE RATIFICA QUE NO SE RECIBEN ENTREGAS PARCIALES NI BAJO EL SISTEMA DE PAQUETERÍA NI DE MENSAJERÍA."

3. EN LA TABLA DE DEDUCCIONES SE MENCIONAN CONCEPTOS Y NIVELES DE SERVICIO RELACIONADOS CON SERVICIOS, A MANERA DE EJEMPLO: "CUANDO EL LICITANTE NO PROPORCIONE LOS SERVICIOS SOLICITADOS PROGRAMADOS POR SITUACIONES IMPUTABLES AL MISMO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO" Y "POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A CONTRATO Y EN BASE AL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO PREVENTIVO Y NO SEA ATENDIDA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A PARTIR DE QUE EL LICITANTE RECIBA EL REPORTE DE INCUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIO POR ESCRITO, VÍA CORREO ELECTRÓNICO O TELEFÓNICO." SIN EMBARGO, EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS", POR LO QUE NO HAY UNA BASE DE COSTO MENSUAL DEL SERVICIO PREVENTIVO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CÓMO HARÍA EL CÁLCULO DE LA BASE PARA LAS DEDUCCIONES MENCIONADAS EN DICHA TABLA. FAVOR DE ACLARAR.

R: LA BASE PARA EL CALCULO DE LAS DEDUCCIONES SERA EL IMPORTE DE LOS REACTIVOS QUE SE HUBIERAN UTILIZADO PARA LA S PRUEBAS QUE NO SE PUDIERON PROCESAR DURANTE EL TIEMPO QUE LOS EQUIPOS ESTÉN DETENIDOS Y NO SEA POSIBLE PROCESAR PRUEBAS

4. EN EL NUMERAL 4.1.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA, INCISO D SE MENCIONA: "CUANDO SE TRATE DE DISTRIBUIDORES PRIMARIOS, ESTOS DEBERÁN ACREDITAR FEHACIENTEMENTE QUE EL FABRICANTE DEL CUAL VAN A DISTRIBUIR SUS PRODUCTOS, CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y QUE SE OBLIGA SOLIDARIAMENTE CON EL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LA OFERTA

38 



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

PRESENTADA RESPECTO AL ANEXO 1, DE ESTA LICITACIÓN, ANEXO 7 EN PAPEL MEMBRETEADO DEL FABRICANTE, QUIEN DEBERÁ EXTENDER UN DOCUMENTO (EN ORIGINAL DEL FABRICANTE) DE RESPALDO EN EL CUAL SEÑALE TODOS LOS RENGLONES QUE RESPALDE A SU REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. LOS DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO SE PRESENTEN, TENDRÁN QUE SER EN ORIGINAL SEÑALANDO ESTA LICITACIÓN EN ESPECIFICO, EL NÚMERO DE PARTIDAS QUE DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS BIENES QUE LO INTEGRAN Y QUE SE COTICE, NO ACEPTANDO COPIAS FOTOSTÁTICAS.", DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS FABRICANTES DE LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SON DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE RESPALDO SOLICITADAS EN ESTE INCISO, QUE SEA EXPEDIDAS POR FABRICANTES O EN SU CASO DE LA EMPRESA FILIAL EN MÉXICO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, QUIENES SON LOS TITULARES DE LOS REGISTROS SANITARIOS, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

5. EN EL NUMERAL 4.1.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA, INCISO G SE SOLICITA COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO EN ANVERSO Y REVERSO DEL PRODUCTO POR CADA RENGLÓN QUE SE COTIZA. TOMANDO EN CUENTA QUE EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS", ENTENDEMOS QUE SOLAMENTE ES NECESARIO Y SERÁ LO QUE SE EVALÚE, LA ENTREGA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS PRODUCTOS QUE HAY QUE COTIZAR Y NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN EL NO ENTREGAR COPIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS A ENTREGAR EN COMODATO, ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.

R: ES REQUERIDO QUE TODOS LOS EQUIPOS EN COMODATO CUENTEN CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE

6. EN EL NUMERAL 4.1.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA, INCISO G SE SOLICITA COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO EN ANVERSO Y REVERSO DEL PRODUCTO POR CADA RENGLÓN QUE SE COTIZA. TOMANDO EN CUENTA QUE EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS", ENTENDEMOS QUE SOLAMENTE ES NECESARIO Y SERÁ LO QUE SE EVALÚE, LA ENTREGA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS PRODUCTOS QUE HAY QUE COTIZAR Y NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN EL NO ENTREGAR COPIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS INSUMOS, CONSUMIBLES, CONTROLES Y CALIBRADORES QUE NO TIENEN CLAVE Y PARTIDA, PUES DICHOS INSUMOS NO SERÁN VENDIDOS A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, SINO QUE SE ENTREGAN SIN COSTO, ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.

R: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA QUE DEBERÁ DE ENTREGAR REGISTRO SANITARIO DE LOS PRODUCTOS A COTIZAR Y DE TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

7. EN EL NUMERAL 4.1.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE

34



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 No. LA-924016995-E1-2022**

CERRADO DE LA PROPUESTA, INCISO G SE SOLICITA COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO EN ANVERSO Y REVERSO DEL PRODUCTO POR CADA RENGLÓN QUE SE COTIZA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE AQUELLOS RENGLONES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO POR SU PROPIA NATURALEZA SE PERMITA REFERENCIAR EN LA PUBLICACIÓN DEL DOF "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DE FECHA DEL 22/12/2014, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA

8. EN EL NUMERAL 4.1.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA, INCISO G SE SOLICITA COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO EN ANVERSO Y REVERSO DEL PRODUCTO POR CADA RENGLÓN QUE SE COTIZA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO NECESARIAMENTE ESTÁ A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL INSUMO, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS QUE BASTE CON PRESENTAR REGISTRO SANITARIO OTORGADO POR COFERPIS AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN MÉXICO O REFERENCIACIÓN EN EL LISTADO DEL DOF DEL 14/12/2014, CITADO EN MI PREGUNTA ANTERIOR, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA

9. EN EL NUMERAL 4.1.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA, INCISOS N, O, P Y Q, SE MENCIONA "PARTICIPACIÓN CONJUNTA" POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EN CASO DE NO PRESENTAR PARTICIPACIÓN CONJUNTA, NO SERÁ NECESARIO ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN DICHS INCISOS, Y LA NO PRESENTACIÓN NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.

R: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO CON LA LEYENDA "NO APLICA".

10. EN EL NUMERAL 4.1.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA, INCISO U DICE: "U. ANEXO 11, FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR UN AÑO, DE ACUERDO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE ABRIL DE 2013", ENTENDEMOS QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO LA PRESENTARÁN LOS LICITANTES ADJUDICADOS, POR LO QUE DENTRO DE LA PROPUESTA NO ES NECESARIO PRESENTAR FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y SOLAMENTE SE PRESENTARÁ EL ANEXO 11 COMO EVIDENCIA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 11 PARA SOLVENTAR EL INCISO U



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

11. EN EL NUMERAL 4.1.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA, INCISO V DICE "V. CARTA NO SUJETO A GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO", ENTENDEMOS SE REFIEREN AL ANEXO 14, ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 14 PARA SOLVENTAR EL INCISO V

12. EN EL NUMERAL 4.2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, INCISO Y, SE SOLICITA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, ASÍ COMO COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE QUE ASISTA A LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN, ENTREGA Y APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SIN EMBARGO LA IDENTIFICACIÓN ORIGINAL DEL ASISTENTE A LOS EVENTOS TAMBIÉN SE SOLICITA EN EL NUMERAL 4.1, INCISO B, POR LO QUE NO SERÍA POSIBLE ENTREGARLA EN AMBOS INCISOS (EN EL ENTENDIDO QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SE PUEDE PRESENTAR OPCIONALMENTE DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA), POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE COMO PARTE DE CUÁL DE LOS DOS INCISOS SE DEBE DE PRESENTAR LA IDENTIFICACIÓN ORIGINAL DEL REPRESENTANTE ASISTENTE AL EVENTO DE PRESENTACIÓN, ENTREGA Y APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. FAVOR DE ACLARAR.

R: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEBERÁ ESTAR DENTRO DEL SOBRE Y LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEBERÁ ESTAR SEÑALADA EN LOS INCISOS QUE SE SOLICITA.

13. EN EL NUMERAL 4.2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, INCISO AG, SE SOLICITAN CATALOGO POR CADA RENGLÓN OFERTADO, EN CASO DE REQUERIR VARIOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES A FIN DE REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS Y/O EQUIPOS OFERTADOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA, A FIN DE NO HACER MÁS VOLUMINOSA LA PROPUESTA, ENTREGAR LA PORTADA Y LAS PÁGINAS UTILIZADAS PARA LA REFERENCIA, SIN TENER QUE IMPRIMIR TODO EL MANUAL DE USUARIO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA EN EL ENTENDIDO QUE DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA

14. EN EL NUMERAL 4.2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, INCISO AG, SE SOLICITAN CATALOGO POR CADA RENGLÓN OFERTADO, HACEMOS MENCIÓN A LA CONVOCANTE QUE ALGUNOS DE LOS INSUMOS SOLICITADOS DENTRO DEL ANEXO 1A Y 1B SON CONSIDERADOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA HACER LAS PRUEBAS Y NO FORMAN PARTE DE LOS CATÁLOGOS COMERCIALES DE LOS FABRICANTES, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PERMITA INCLUIR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL INSUMO ENTREGADO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE APEGARÁ A LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PARA AQUELLOS RENGLONES CONSIDERADOS CONSUMIBLES, EN EL ENTENDIDO QUE PRESENTAREMOS TODOS LOS CATÁLOGOS CORRESPONDIENTES A LOS REACTIVOS, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA

15. AL RESPECTO DEL "ANEXO 6 PROPUESTA TÉCNICA" SE TIENE UNA COLUMNA QUE SE LLAMA "RENGLÓN", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, SI EN DICHA COLUMNA SE PONDRÁ EL NÚMERO QUE SE ENCUENTRA ANTES DE CADA ÁREA, POR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

EJEMPLO: 1. AREA QUÍMICA CLÍNICA, 2. ÁREA HEMATOLOGÍA, 3. ÁREA UROANÁLISIS, ETC. POR LO QUE SE PONDRÁN EL NÚMERO 1, 2, 3, ETC., Y ASÍ HASTA EL NÚMERO 27. ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.

R: ES CORRECTO

16. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS ACLARE QUÉ SE DEBERÁ DE INDICAR EN LA COLUMNA "RENGLÓN" EN EL "ANEXO 6 PROPUESTA TÉCNICA". FAVOR DE ACLARAR.

R: FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR

17. AL RESPECTO DEL "ANEXO 6 PROPUESTA TÉCNICA" SE TIENE UNA COLUMNA QUE SE LLAMA "CANTIDAD", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, SI EN DICHA COLUMNA SE PONDRÁ LA CANTIDAD MÁXIMA SOLICITADA. FAVOR DE ACLARAR.

R: ES CORRECTO

18. AL RESPECTO DEL "ANEXO 7 RESPALDO DEL FABRICANTE" SE TIENE UNA COLUMNA QUE SE LLAMA "RENGLÓN", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, SI EN DICHA COLUMNA SE PONDRÁ EL NÚMERO QUE SE ENCUENTRA ANTES DE CADA ÁREA, POR EJEMPLO: 1. AREA QUÍMICA CLÍNICA, 2. ÁREA HEMATOLOGÍA, 3. ÁREA UROANÁLISIS, ETC. POR LO QUE SE PONDRÁN EL NÚMERO 1, 2, 3, ETC., Y ASÍ HASTA EL NÚMERO 27. ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.

R: ES CORRECTO

19. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS ACLARE QUÉ SE DEBERÁ DE INDICAR EN LA COLUMNA "RENGLÓN" EN EL "ANEXO 7 RESPALDO DEL FABRICANTE". FAVOR DE ACLARAR.

R: FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR

20. AL RESPECTO DEL "ANEXO 7 RESPALDO DEL FABRICANTE" SE TIENE UNA COLUMNA QUE SE LLAMA "CANTIDAD", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, SI EN DICHA COLUMNA SE PONDRÁ LA CANTIDAD MÁXIMA SOLICITADA. FAVOR DE ACLARAR

R: ES CORRECTO

21. AL RESPECTO DEL "ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA" SE TIENE UNA COLUMNA QUE SE LLAMA "CANTIDAD", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, SI EN DICHA COLUMNA SE PONDRÁ LA CANTIDAD MÁXIMA SOLICITADA. FAVOR DE ACLARAR.

R: ES CORRECTO

22. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, 1- AREA QUÍMICA CLÍNICA, EQUIPO TIPO 2, DICE: 27.- DETECCIÓN DE COÁGULOS, BURBUJAS, SENSADO DE NIVEL DE LÍQUIDOS, DETECCIÓN DE MUESTRA ESCASA Y 28.-



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

REDUCCIÓN DE HEMOLISIS, ICTERICIA Y TURBIDEZ, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTOS DOS PUNTOS SEAN OPCIONALES PARA ESTE NIVEL DE EQUIPAMIENTO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL Y SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

23. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, 1.- AREA QUÍMICA CLÍNICA, CLAVE, 25101, F17780 HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA DETERMINACIONES QUÍMICO CLINICAS POR TECNOLOGIA QUIMICA CLINICA SECA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUERO O PLASMA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LO QUE SE REQUIERE ES REACTIVO LÍQUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA SU PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE QUÍMICA SECA, SOLICITADOS EN EL TIPO 1, ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA, EL EQUIPO PROCESA SLIDES DE QUÍMICA SECA Y ALGUNOS REACTIVOS SON LÍQUIDOS.

24. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, 8. ÁREA DE INMUNOLOGÍA EQUIPO TIPO 1, 6.- CON CAPACIDAD DE DETECTAR INTERFERENCIAS COMO HEMÓLISIS, ICTERICIA Y TURBIDEZ (LIPEMIA), SOLICITAMOS ATENTAMENTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA ESTE NIVEL DE EQUIPAMIENTO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

25. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, BANCOS DE SANGRE Y PUESTOS DE TRANSFUSIÓN, 10. AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓGICA, GARRAFA 4L, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA ENTREGAR EN SU CASO GARRAFA DE 1 GALÓN, QUE EQUIVALE A 3.87 LTS, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA

26. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, BANCOS DE SANGRE Y PUESTOS DE TRANSFUSIÓN, 10. AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ALCOHOL ISOPROPÍLICO, GARRAFA 1L, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA ENTREGAR EN SU CASO GARRAFA DE 1 GALÓN, QUE EQUIVALE A 3.87 LTS, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA

27. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, BANCOS DE SANGRE Y PUESTOS DE TRANSFUSIÓN, 10. AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, HIDRÓXIDO DE SODIO GARRAFA C/4L, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA ENTREGAR EN SU CASO PRESENTACIÓN DE 1 LITRO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR

R: SE ACEPTA EN EL ENTENDIDO DE QUE DEBERAN SURTIRSE LAS CANTIDADES REQUERIDAS.

28. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A EQUIPO ÁREA 16, EQUIPO TIPO 1 QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL, DICE: 9- VOLUMEN DE MUESTRA: 2-10 µL DEPENDIENDO LA PRUEBA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA ACEPTAR VOLUMEN DE MUESTRA DE 2 A 80 µL,



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

CONTEMPLANDO QUE TAMBIÉN SE HACE PRUEBAS DE HORMONAS EN ESTE EQUIPO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

29. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A ÁREA 16, EQUIPO TIPO 1 QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL, DICE: 12.- CAPACIDAD DE REACTIVOS: HASTA 150 POSICIONES REFRIGERADAS INCLUYE ISE (NA+, K+ Y CL-), SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA ACEPTE EQUIPO QUE CUENTA CON 150 POSICIONES DE REACTIVO, DE LAS CUALES 89 NO SON REFRIGERADAS YA QUE SON PARA QUÍMICA SECA QUE NO REQUIERE REFRIGERACIÓN A BORDO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

30. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A ÁREA 16, EQUIPO TIPO 1 QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL, DICE: 13.- TIPO DE REACTIVOS: >95 % DE LÍQUIDO LISTO PARA USAR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE MANEJE TANTO REACTIVOS SECOS COMO LÍQUIDOS DEPENDIENDO DEL ANALITO A PROCESAR, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

31. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A ÁREA 16, EQUIPO TIPO 1 QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL, DICE: 19.- CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA: 1 CCS, CON MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL EN COLOR, TECLADO Y RATÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE EL RATÓN SEA OPCIONAL PARA LOS EQUIPOS QUE UTILIZAN LA PANTALLA TÁCTIL, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

32. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A ÁREA 16, EQUIPO TIPO 1 QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL, DICE: 24.- DIMENSIONES, ANCHO: 2.79 M/110 PULGADAS, PROFUNDIDAD: 0.89 M/34.9 PULGADAS, ALTO: 1.73 M/68 PULGADAS, 25.- PESO: 1070.5 KG/2360 LIBRAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA AL CONVOCANTE NOS INFORME SI ESTOS VALORES SON LOS MÁXIMOS Y QUE PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO QUE ESTE DEBAJO DE ESTOS VALORES, LO QUE SE TRADUCE ES QUE ES MÁS COMPACTO Y MÁS LIGERO PARA CABER DENTRO DEL HOSPITAL, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

33. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A TIPO 2 QUÍMICA CLÍNICA HOSPITAL CENTRAL, DICE: 27.- DETECCIÓN DE COÁGULOS, BURBUJAS, SENSADO DE NIVEL DE LÍQUIDOS, DETECCIÓN DE MUESTRA ESCASA, 28.- REDUCCIÓN DE HEMOLISIS, ICTERICIA Y TURBIDEZ, SOLICITAMOS ATENTAMENTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA ESTE NIVEL DE EQUIPAMIENTO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

34. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A EQUIPO TIPO 3 INMUNOLOGIA HOSPITAL CENTRAL, DICE: 6.- CON CAPACIDAD DE DETECTAR INTERFERENCIAS COMO HEMÓLISIS, ICTERICIA Y TURBIDEZ (LIPEMIA), SOLICITAMOS ATENTAMENTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA ESTE NIVEL DE EQUIPAMIENTO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

35. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, ÁREA 27. AREA INMUNOHEMATOLOGIA. BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓGICA, GARRAFA 4L, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDA ENTREGAR EN SU CASO GARRAFA DE 1 GALÓN, QUE EQUIVALE A 3.87 LTS, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA

36. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, EN VARIAS ÁREAS SE MENCIONAN UNOS INSUMOS COMPLEMENTARIOS QUE DEBERÁN TOMARSE EN CUENTA PARA EL COSTO DE LOS INSUMOS, A MANERA DE EJEMPLO: PARA EL ÁREA 2. ÁREA HEMATOLOGÍA SE SOLICITAN TUBOS DE VIDRIO, PIPETA PASTEUR, GASA, APLICADORES DE MADERA, ENTRE OTROS, PARA EL ÁREA 10. AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE SE SOLICITAN SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓGICA, GUANTES DE NITRILLO MEDIANO, PIPETAS DESECHABLES, ENTRE OTROS. ENTENDEMOS QUE LOS INSUMOS DE LOS CUALES NO SE TIENE UNA PARTIDA Y CLAVE, NO SE ESTABLECERÁ UN PRECIO DE VENTA POR LO CUAL NO SERÁN SUJETOS A EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PARA DICHS INSUMOS (COMO LAS CARTAS DE RESPALDO DE FABRICANTE, CATÁLOGOS Y REGISTRO SANITARIO), Y QUE LA FALTA DE ESTA DOCUMENTACIÓN NO SEA CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA

37. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, PARA EL ÁREA 9. SEROLOGÍA POR AGLUTINACIÓN SE SOLICITA 080.835.0573 FEBRICLIN CONTROL POSITIVO PARA REACCIONES FEBRILES Y 080.835.0581 FEBRICLIN CONTROL NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES, SIN EMBARGO, LA MARCA FEBRICLIN ESTÁ DESCONTINUADA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN OTRA MARCA, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA

38. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, PARA EL ÁREA 13. EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE Y PUESTOS DE SANGRADO, ENTRE EL EQUIPAMIENTO REQUERIDO SOLICITAN: 1 ANALIZADOR PARA HEMOGLOBINA TOTAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN OTRA MARCA DE ANALIZADOR PARA HEMOGLOBINA CON LAS SIGUIENTES VENTAJAS: * RESULTADOS EN TAN SOLO 1 SEGUNDO APROXIMADAMENTE, * MICROCUBETAS SIN REACTIVOS, * 40 DÍAS O 10,000 ANÁLISIS DE USO CONTINUO, * VIDA ÚTIL DE LA MICROCUBETA DE 2.5 AÑOS, * RANGO DE MEDICIÓN: 0- 25.5 G/DL, * CALIBRADO DE FÁBRICA CON EL MÉTODO DE REFERENCIA DEL HICN DEL ICSS, * MÉTODO FOTOMÉTRICO DE AMPLIO ESPECTRO Y COMPENSACIÓN DE LA TURBIDEZ Y DISPERSIÓN, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in a circle and several other initials.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

39. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, PARA EL ÁREA 13. EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE Y PUESTOS DE SANGRADO, HACEMOS MENCIÓN A LA CONVOCANTE QUE ENTRE LOS ARTÍCULOS A ADQUIRIR SE SOLICITA: CLAVE F518 MICROCUBETAS HB 201+ HEMOCUE, PRESENTACIÓN CAJA C/4 VIALES CON 50 PZ, LAS CUALES SON ESPECÍFICAS PARA LA MARCA HEMOCUE, EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA Y NOS PERMITA OFERTAR UNA MARCA DIFERENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS CUBETAS ESPECÍFICAS PARA DICHO ANALIZADOR: CUBETAS DE HEMOGLOBINA DIASPECT, CAT. 90C.0001, PRESENTACIÓN BOLSA CON 100 PZ, AJUSTANDO LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA PARA QUE COINCIDA CON EL REQUERIMIENTO (TOTAL DE PIEZAS MÍNIMO 600 Y TOTAL DE PIEZAS MÁXIMO 1,600), ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

40. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI DEBEMOS OFERTAR CON LA CLAVE F518 O SE DEBE DE INDICAR UNA CLAVE DIFERENTE. FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

41. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, PARA EL ÁREA 16.- AREA QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL CON SISTEMA PREANALÍTICO, SE SOLICITA EL SIGUIENTE ARTÍCULO A ADQUIRIR: CLAVE F19336 HAVAB IGG (HEP A). PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGIA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA, HACEMOS MENCIÓN A LA CONVOCANTE QUE EL FABRICANTE QUE OFERTAREMOS NO MANEJA REACTIVO PARA HEPATITIS A IGG, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN REACTIVO PARA HAVAB TOTAL (HEP A). PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGIA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

42. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, PARA EL ÁREA 16.- AREA QUÍMICA CLÍNICA Y HORMONAS HOSPITAL CENTRAL CON SISTEMA PREANALÍTICO, SE SOLICITA EL SIGUIENTE ARTÍCULO A ADQUIRIR: CLAVE F19349 TACROLIMUS. PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGIA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA, CAJA C/100 PRUEBAS Y CLAVE F19350 CICLOSPORINA. PARA DETERMINACIONES INMUNOLÓGICAS POR TECNOLOGIA QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA, CAJA C/100 PRUEBAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE PERMITA OFRECER ESTAS PRUEBAS POR TURBIDIMETRÍA DENTRO DEL EQUIPO INTEGRADO PARA QUÍMICA Y HORMONAS SOLICITADO, YA QUE NO CORRESPONDEN A QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

43. AL RESPECTO DEL ANEXO 1B QUÍMICA CLÍNICA EQUIPO TIPO 1, DICE: 27.- DETECCIÓN DE COÁGULOS, BURBUJAS, SENSADO DE NIVEL DE LÍQUIDOS, DETECCIÓN DE MUESTRA ESCASA Y 28.- REDUCCIÓN DE HEMOLISIS, ICTERICIA Y TURBIDEZ, SOLICITAMOS ATENTAMENTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA ESTE NIVEL DE EQUIPAMIENTO, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

44. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, HACEMOS MENCIÓN A LA CONVOCANTE QUE A VECES LOS FABRICANTES CAMBIAN LOS CÓDIGOS DE PRODUCTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA FÓRMULA DE ALGÚN REACTIVO, Y DICHA ACTUALIZACIÓN INCLUYE ALGUNAS VECES LA MODIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS REACTIVOS (PARA CUÁNTAS PRUEBAS ES DICHO REACTIVO), POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR LAS PRESENTACIONES DEL REACTIVO QUE MANEJE EL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL


45. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, TABLA DE CONSUMIBLES TOMA DE MUESTRA, SE SOLICITA: "FRASCO DE PLASTICO CON TAPA DE ROSCA, CAPACIDAD DE 60 ML PARA COPROS ESTERIL.", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR COMO OPCIÓN "FRASCO DE PLASTICO CON TAPA DE ROSCA, CAPACIDAD DE 120 ML PARA COPROS ESTERIL.", ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

46. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, TABLA DE CONSUMIBLES SEROLOGÍA, SE SOLICITA: "SE REQUIEREN COMO CONSUMIBLE EL EQUIVALENTE A 500 TABLETAS DE AZUCARES REDUCTORES...", ACTUALMENTE LAS TABLETAS DE AZÚCARES REDUCTORES YA SE ENCUENTRAN DESCONTINUADAS, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR EL REACTIVO LÍQUIDO "REACTIVO DE BENEICT. CUALITATIVO", ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN ELIMINAR EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

47. AL RESPECTO DEL ANEXO 1B, EN LA PÁGINA 122 DEL DOCUMENTO PARA LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LA-924016995-E1-2022 SE REQUIERE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO CON RECONOCIMIENTO ILAC-G13:08/2007, ESPECIFICÁNDOSE EN ADICIÓN UN NOMBRE PARTICULAR DE PROVEEDOR. AL RESPECTO, CABE MENCIONAR QUE ACTUALMENTE EXISTE LA NORMA MÁS RECIENTE DE ACREDITACIÓN ISO 17043-2010 PARA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y REQUISITOS GENERALES PARA LOS ENSAYOS DE APTITUD, SOBRE LA CUAL SE DECLARA EN ALGUNAS PUBLICACIONES "LOS PROVEEDORES DE PRUEBAS DE APTITUD SON ORGANIZACIONES QUE DESARROLLAN Y OPERAN ESQUEMAS DE PRUEBAS DE APTITUD Y SU COMPETENCIA PUEDE EVALUARSE EN BASE A LA NORMA ISO/IEC 17043 PUBLICADA EN 2010 EN SUSTITUCIÓN DE LA GUÍA ISO 43:1997 Y DOCUMENTO ILAC-G13:08/2007." Y TAMBIÉN EN LA PRESENTACIÓN DE LA EURACHEM DEL 2011 (RED DE ORGANIZACIONES EUROPEAS PARA LA TRAZABILIDAD INTERNACIONAL DE MEDICIONES QUÍMICAS Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE CALIDAD) DECLARANDO LA "INTENCIÓN DE LA ISO/IEC 17043:2010 COMO ESTÁNDAR ÚNICO PARA PROVEEDORES DE PT/EQA" EN REEMPLAZO DE LA ILAC G13 Y LA ISO 43. CON EL FUNDAMENTO TÉCNICO ANTERIORMENTE MOSTRADO EN SUS ACTUALIZACIONES MÁS RECIENTES, SOLICITAMOS AL COMITÉ PERMITIR LA PARTICIPACIÓN ADICIONAL DE PROVEEDORES DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE ESTÉN ACREDITADOS BAJO LA NORMA ISO 17043 EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES RECONOCIDOS MUNDIALMENTE SIN DESMEDRO DE LA CALIDAD SINO MÁS BIEN CON LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR LA MISMA EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS. ASIMISMO, SE ABRE LA POSIBILIDAD AL NO DIRECCIONAMIENTO HACIA UN SOLO PROVEEDOR SINO A LA LIBRE COMPETENCIA QUE CUMPLA CON UN REQUERIMIENTO DE CALIDAD MÍNIMO DE ACREDITACIÓN QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DEL CONTROL DE CALIDAD. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

R: SE ACEPTA

48. AL RESPECTO DEL ANEXO 1A, ÁREA 6.- ÁREA GASOMETRÍA, NOTAMOS QUE LA CONVOCANTE DESEA ADQUIRIR EL PRODUCTO CLAVE F209-1 CAPILAR PARA GASOMETRÍA, SERÍA LA CONVOCANTE TAN AMABLE DE CONFIRMAR SI NECESITAN COMPRAR JERINGAS PARA GASOMETRÍA, EN CASO AFIRMATIVO, ¿PODRÍA ESTABLECER LA PARTIDA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN Y CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA PARA CONSIDERAR EN LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: NO SE REQUIERE

49. AL RESPECTO DEL ANEXO 12 MODELO DEL CONTRATO, NUMERAL 10.1, LA CONVOCANTE DESCRIBE EL ESTADO EN QUE DEBEN SER ENTREGADOS LOS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE, ESPECIFICANDO QUE ESTOS DEBEN SER NUEVOS Y SIN USO, TOMANDO EN CUENTA QUE EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS", ENTENDEMOS QUE ESTE REQUISITO ES PARA LOS INSUMOS Y NO APLICA PARA LOS EQUIPOS EN COMODATO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.

R: APLICA PARA LOS INSUMOS, LOS CUALES TIENEN QUE SER NUEVOS, NO ASÍ LOS EQUIPOS.

50. EN RELACIÓN CON EL PUNTO "TÉRMINOS Y CONDICIONES" DEL ANEXO 1A DONDE LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE: "EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR REMISIONADOS LOS EQUIPOS E IDENTIFICARLOS CON SU CORRESPONDIENTE NÚMERO DE SERIE, ASÍ COMO LA FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES DEL LICITANTE ADJUDICADO Y TELÉFONOS A DONDE REPORTAR LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO" ES CORRECTO ENTENDER QUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS ES INDISTINTA SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE QUE LOS EQUIPOS SON DE TECNOLOGÍA DE PUNTA Y ESTÁN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.

R: ES CORRECTO, NO ES INDISPENSABLE SEAN NUEVOS LOS EQUIPOS.

51. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, DEL ÁREA 13.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE Y PUESTOS DE SANGRADO Y ÁREA 26.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL, RESPECTO EL EQUIPAMIENTO REQUERIDO, LA CONVOCANTE SOLICITA 4 FRACCIONADORES AUTOMÁTICOS DE COMPONENTES PARA EL CENTRO ESTATAL Y 4 PARA EL HOSPITAL MORONES PRIETO, CON LA FINALIDAD DE PODER OFERTAR UN PRECIO MÁS COMPETITIVO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TOTAL DE 3 FRACCIONADORES PARA CADA UNO DE LOS SITIOS MENCIONADOS, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE PUEDA PROBAR QUE LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS A INSTALARSE ES SUFICIENTE PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SITIOS DONDE SERÁN INSTALADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR

R: NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

52. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, DEL ÁREA 10. ÁREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE EQUIPO TIPO 1. RENGLÓN 3. LA TECNOLOGÍA COMPUESTA POR MICROESFERAS DE VIDRIO LOS CUALES ACTÚAN COMO UN FILTRO ATRAPANDO LAS CÉLULAS AGLUTINADAS Y A LA VEZ PERMITIENDO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

A LAS CÉLULAS QUE NO ESTÉN AGLUTINADAS PASEN A TRAVÉS DE REACTIVOS PREVIAMENTE DISPENSADOS. PREGUNTA. LA TECNOLOGÍA SOLICITADA DE MICROESFERAS DE VIDRIO ES MANEJADA EN EL MERCADO ÚNICAMENTE POR LA EMPRESA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS Y PROVIENE DEL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE GEL CREADA POR YVES LA PIERRE (THE GEL TEST: A NEW WAY TO DETECT RED CELL ANTIGEN-ANTIBODY REACTIONS, TRANSFUSION 1990), TAL COMO LO REFIEREN LOS INSERTOS DE LOS CASSETTES DE MICROESFERAS DE VIDRIO. EN COMPLETO APEGO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 253 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS QUE RECOMIENDA EL USO DE TECNOLOGÍA DE GEL, MICROESFERAS DE VIDRIO U MICROPLACA, Y A FIN DE NO DIRIGIR LA LICITACIÓN A UN SOLO PROVEEDOR, SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO PARA TECNOLOGÍA DE GEL CON CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES O INCLUSO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR

R: NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

53. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, DEL ÁREA 10. ÁREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE. EQUIPO TIPO 2. RENGLÓN 2. LA TECNOLOGÍA COMPUESTA POR MICROESFERAS DE VIDRIO LOS CUALES ACTÚAN COMO UN FILTRO ATRAPANDO LAS CÉLULAS AGLUTINADAS Y A LA VEZ PERMITIENDO A LAS CÉLULAS QUE NO ESTÉN AGLUTINADAS PASEN A TRAVÉS DE REACTIVOS PREVIAMENTE DISPENSADOS. PREGUNTA. LA TECNOLOGÍA SOLICITADA DE MICROESFERAS DE VIDRIO ES MANEJADA EN EL MERCADO ÚNICAMENTE POR LA EMPRESA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS Y PROVIENE DEL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE GEL CREADA POR YVES LA PIERRE (THE GEL TEST: A NEW WAY TO DETECT RED CELL ANTIGEN-ANTIBODY REACTIONS, TRANSFUSION 1990), TAL COMO LO REFIEREN LOS INSERTOS DE LOS CASSETTES DE MICROESFERAS DE VIDRIO. EN COMPLETO APEGO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 253 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS QUE RECOMIENDA EL USO DE TECNOLOGÍA DE GEL, MICROESFERAS DE VIDRIO U MICROPLACA, Y A FIN DE NO DIRIGIR LA LICITACIÓN A UN SOLO PROVEEDOR, SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE GEL CON CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES O INCLUSO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR

R: NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

54. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, DEL ÁREA 10. ÁREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE. ARTÍCULOS A ADQUIRIR. PREGUNTA. LA TECNOLOGÍA SOLICITADA DE MICROESFERAS DE VIDRIO ES MANEJADA EN EL MERCADO ÚNICAMENTE POR LA EMPRESA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS Y PROVIENE DEL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE GEL CREADA POR YVES LA PIERRE (TRANSFUSION 1990), TAL COMO LO REFIEREN LOS INSERTOS DE LOS CASSETES DE MICROESFERAS DE VIDRIO. EN COMPLETO APEGO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 253 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS QUE RECOMIENDA EL USO DE TECNOLOGÍA DE GEL, MICROESFERAS DE VIDRIO U MICROPLACA, Y A FIN DE NO DIRIGIR LA LICITACIÓN A UN SOLO PROVEEDOR, SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR LOS REACTIVOS EQUIVALENTES PARA LAS PRUEBAS DE GRUPOS SANGUÍNEOS (PRUEBA DIRECTA E INVERSA), PRUEBAS DE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA Y FENOTIPO RH + KELL, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

44

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

55. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, DEL ÁREA 10. ÁREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE. INSUMOS COMPLEMENTARIOS. PREGUNTA. SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LOS INSUMOS COMPLEMENTARIOS PROPIOS DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE GEL PROPUESTOS EN LA LICITACIÓN, INCLUYENDO EL CONTROL DE CALIDAD PARA TODAS LAS PRUEBAS SOLICITADAS, CÉLULAS PARA RASTREO DE ANTICUERPOS INCLUYENDO CÉLULA DIEGO POSITIVA Y EL PANEL DE 11 CÉLULAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS, INCLUYENDO EL SOFTWARE QUE PERMITE EL PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE LA PRUEBA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

56. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, DEL ÁREA 10. ÁREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE. EQUIPOS TIPO 1 Y TIPO 2. ARTÍCULOS A ADQUIRIR. INSUMOS COMPLEMENTARIOS. PREGUNTA. ¿EN CASO DE NO ACEPTAR LA PROPUESTA DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TECNOLOGÍA DE GEL, NOS PODRÍAN INDICAR Y FUNDAMENTAR, BAJO QUE NORMATIVIDAD VIGENTE TOMA SU DECISIÓN, PRECISANDO LOS ARTÍCULOS Y/O PÁRRAFOS PROCEDENTES, ASÍ COMO NOS INDIQUE TRES MARCAS CAPACES DE PROVEER LA TECNOLOGÍA DE MICROESFERAS DE VIDRIO, DISPONIBLES EN EL MERCADO MEXICANO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA? FAVOR DE ACLARAR.

R: NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

57. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, TABLA DE CONSUMIBLES TOMA DE MUESTRA, SE SOLICITA: "AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE, 21G X 38MM", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN "AGUJA DE TOMA MÚLTIPLE DE SEGURIDAD 21G X 32 MM", ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

58. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, TABLA DE CONSUMIBLES TOMA DE MUESTRA, SE SOLICITA: "AGUJA DE SEGURIDAD PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE SENCILLA Y/O MÚLTIPLE DE 21G X 31MM ESTÉRILES Y DESECHABLES", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR COMO OPCIÓN "AGUJA DE TOMA MÚLTIPLE DE SEGURIDAD 21G X 32 MM", ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

59. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, TABLA DE CONSUMIBLES TOMA DE MUESTRA, SE SOLICITA: "TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, DE PLÁSTICO PET AL VACÍO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO (3.2%) LÍQUIDO, TAPÓN AZUL CON SILICÓN COMO LUBRICANTE", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL VOLUMEN DEL TUBO ES DE 2.7 ML, ¿ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.

R: ES CORRECTO

60. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, TABLA DE CONSUMIBLES TOMA DE MUESTRA, SE SOLICITA: "TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE POR PUNCIÓN CAPILAR DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO, DESECHABLE, PEDIÁTRICO, CON GEL, TAPÓN AMARILLO, VOLUMEN DE DRENADO DE HASTA 1 ML TAPÓN PERFORABLE", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

OFERTAR "TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE POR PUNCIÓN CAPILAR DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO, DESECHABLE, PEDIÁTRICO, CON GEL, TAPÓN AMARILLO, VOLUMEN DE DRENADO DE HASTA 1 ML", ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: ES CORRECTO

61. EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, TABLA DE CONSUMIBLES TOMA DE MUESTRA, SE SOLICITA: "TUBO PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE POR PUNCIÓN CAPILAR DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO. DESECHABLE, PEDIÁTRICO, CON CITRATO DE SODIO, TAPON AZUL VOLUMEN DE DRENADO HASTA 1.8 ML.", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN "TUBO AL VACÍO PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE DE PLÁSTICO DE 1.8 ML TAMAÑO DEL TUBO 13 X 75 ML TAPÓN AZUL, CON PRESENTACIÓN CAJA C/100", ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

R: SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

6.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR: IL DIAGNOSTICS SA DE CV

1.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1. PUNTO 1 SOLICITAN PRUEBAS POR HORA: TP: 140 TP/TTPA: 140 FIBRINÓGENO 140.

EL RENDIMIENTO DE UN EQUIPO DE COAGULACIÓN SE MIDE EN BASE A TP, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO DE SOBRE MESA CON UNA VELOCIDAD DE EN 110 PRUEBAS EN BASE A TP, CON LA CAPACIDAD DE MEDIR EL FIBRINÓGENO DERIVADO DEL TP ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

2.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1. PUNTO 2 SOLICITAN MÉTODO DE DETECCIÓN DE COÁGULO: ELECTROMAGNÉTICO "BALÍN" Y FOTO ÓPTICO

ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MÉTODO DE DETECCIÓN DE COÁGULO ELECTROMAGNÉTICO "BALÍN" Y/O FOTO ÓPTICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

3.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1. PUNTO 2 SOLICITAN MÉTODO DE DETECCIÓN DE COÁGULO: ELECTROMAGNÉTICO "BALÍN" Y FOTO ÓPTICO.

SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO CON PRINCIPIO DE MEDICIÓN FOTO ÓPTICO QUE PROCESA PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS, CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

46



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

4.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1 PUNTO 7 SOLICITAN. FUENTE DE LUZ: CUATRO LONGITUDES DE ONDA DIFERENTES (LED) 304 - 405 - 635 - 705 NM.

NUESTRO EQUIPO MANEJE LONGITUDES DE ONDA DE 405 NM Y 671NM PARA LA DETECCIÓN DE LAS PRUEBAS COAGULOMETRICAS, CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS QUE CUBRE LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ESTAS CARACTERÍSTICA; CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UNA CAS COMERCIAL EN PARTICULAR ¿SE ACEPTA?

R NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

5.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1 PUNTO 12 SOLICITAN. 12.- VOLUMEN DE MUESTRA: 25 µL MECÁNICO Y 50 µL ÓPTICO.

SOLICITAMOS A AL AMBLE CONVOCANTE Y PARA FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO CON MÉTODO DE LECTURA FOTO ÓPTICO CON QUE EMPLEA UN VOLÚMENES DE MUESTRA MENORES A 50 µL ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

6.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1 PUNTO 13 SOLICITAN: VOLUMEN DE REACTIVO: 50 µL MECÁNICO Y 100 µL ÓPTICO.

SOLICITAMOS A AL AMBLE CONVOCANTE Y PARA FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO CON MÉTODO DE LECTURA FOTO ÓPTICO CON QUE EMPLEA UN VOLUMEN MENOR A 100 µL ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

7.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1 PUNTO 15 SOLICITAN: PANTALLA TÁCTIL DE 17" / WINDOWS 7

NUESTRO EQUIPO CUENTA CON PANTALLA A COLOR DE 17 PULGADAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP SE ¿ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

8.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1 PUNTO 16 SOLICITAN: CANALES DE MEDICIÓN: 4 MECÁNICOS Y 4 ÓPTICOS.

CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UNA CASA COMERCIAL, SOLICITAMOS AL AMABLE CONVOCANTE Y PARA FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO CON TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN FORO ÓPTICA CARACTERÍSTICAS QUE CUBREN LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE TOMANDO EN CUENTA QUE NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA METODOLOGÍA MECÁNICA Y ÓPTICA ¿SE ACEPTA?

47

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

9.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1 PUNTO 18 SOLICITAN: DIMENSIONES: ANCHO 89 CM, PROFUNDIDAD 68 CM, ALTO 59 CM, PESO 65 KG.

LAS DIMENSIONES SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO DE UNA CASA COMERCIAL ESPECIFICA, PODEMOS OFERTAR EQUIPO CON LA DIMENSIONE PROPIAS DE NUESTRO EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

10.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1 PUNTO 17 SOLICITAN: PERIODO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS: 6 MESES, CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR FÁCILMENTE COPIAS DE SEGURIDAD EN SOPORTES EXTERNOS.

NUESTRO EQUIPO CUNETA CON LA CAPACIDAD DE ALMACENAR EN MEMORIA HASTA 20000 RESULTADOS DE PACIENTES, Y POR CADA MUESTRAS 30 TEST; CON LA CAPACIDAD DE INTERFAZARSE AL SISTEMA INFORMÁTICO DE LABORATORIO PARA E ENVÍO DE RESULTADOS, CN ESTAS CARACTERÍSTICAS CUMPLIMOS CON SOLICITADO EN ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?

R NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

11.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 2 PUNTO 1 SOLICITAN: PRUEBAS POR HORA: TP 60.

ES CORRECTO ENTENDER QUE A TRATARSE DE UN EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO EL PROCESO DE PRUEBA DEPENDE DE LA HABILIDAD DE OPERADOR Y TOMANDO EN CUENTA LA DEMANDA DE PRUEBAS DE CADA CS DONDE SE INSTALAR EL EQUIPO NO REBAZA LAS 15 MUESTRAS POR DÍA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO CON UN CANAL DE LECTURA, CON 4 POSICIONES PARA MUESTRAS Y UNA DE REACTIVOS CON TEMPERATURA CONTRALADA A 37°C CON MÉTODO DE LECTURA ÓPTICO Y/ O MECÁNICA CON CAPACIDAD DE PROCESAR 30 PRUEBAS POR HORA; TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, LIMITAN LA LIBE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

12.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 2 PUNTO 13 SOLICITAN IMPRESORA EXTERNA.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERA LA IMPRESORA EXTERNA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

13.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 2 PUNTO 16 SOLICITAN: CARGA CONTÍNUA PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS URGENTES.

48 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE Y POR TRATARSE DE UN EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO CONSIDERE LA CARGA CONTINÚA PARA MUESTRAS URGENTES SEA OPCIONAL YA QUE EL ANÁLISIS DE LA PRUEBA DEPENDE DEL USUARIO EN DAR LA PRIORIDAD DEL ANÁLISIS ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA


14.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. ARTÍCULOS A ADQUIRIR SOLICITAN:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MINIMO	MAXIMO
25101	F17952	DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPA) QUE CONSISTE DE UN REACTIVO FOSFOLÍPIDO CON ACTIVADOR EN PARTÍCULAS Y UN REACTIVO DE CLORURO DE CALCIO. LISTO PARA SU USO. ESTABILIDAD 30 DÍAS EN REFRIGERACIÓN DE 2 A 8°C. CAJA 5 X 3 ML	CAJA / 5 VIALES	364	468
25101	F17953	TROMBOPLASTINA TISULAR DE ALTA SENSIBILIDAD (CEREBRO DE CONEJO) PARA USO EN LOS ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (TP). ISI MENOR A 1.3, ESTABILIDAD TRAS LA RECONSTITUCIÓN 96 HORAS EN REFRIGERACIÓN DE 2 A 8°C. CAJA 10 X 6 ML	CAJA / 10 VIALES	126	162
25101	F17995	DETERMINACIÓN ANTIGENICA DE DIMERO D CUANTITATIVA	EQ. 100 PBAS	7	10

PARA LAS PARTIDAS DE REACTIVOS LICITADOS E TTPA Y TP Y DIMER D LAS PRESENTACIONES SOLICITADAS CORRESPONDEN A UN A CASA COMERCIAL EN PARTICULAR, PARA EFECTOS DE PODER HACER UN CÁLCULO REAL Y PODER REALIZAR UNA OFERTA APEGADA A SU SOLICITUD; PEDIMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS FACILITE E CONSUMO EN NÚMERO DE PRUEBAS TOTAL Y EL DESGLOSE POR UNIDAD HOSPITALARIA. ¿FAVOR DE ACLARAR? O SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTROS REACTIVOS ADECUÁNDONOS A LAS PRESENTACIONES POR USTEDES SOLICITADAS.

R. NO SE ACEPTA, APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LICITACIÓN

15.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. ARTÍCULOS A ADQUIRIR SOLICITAN: DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPA) QUE CONSISTE DE UN REACTIVO FOSFOLÍPIDO CON ACTIVADOR EN PARTÍCULAS Y UN REACTIVO DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

CLORURO DE CALCIO. LISTO PARA SU USO. ESTABILIDAD 30 DÍAS EN REFRIGERACIÓN DE 2 A 8°C. CAJA 5 X 3 ML. CAJA / 5 VIALES

PODEMOS OFERTAR REACTIVO DE TTPA.

NUESTRO REACTIVO DE TTPA ESTÁ COMPUESTO DE FOSFOLÍPIDO DE ALTA SENSIBILIDAD SINTÉTICOS QUE ASEGURA UN ALTA ESTABILIDAD QUE LE FAVORECE UNA ALTA SENSIBILIDAD A CONCENTRACIONES BAJAS DE FACTORES DE LA VÍA INTRÍNSECA E PRESENTACIÓN DE 5 VIALES DE 10 ML DE UN REACTIVO TAMPONADO QUE CONTIENE FOSFOLÍPIDOS SINTÉTICOS, ACTIVADOR DE SÍLICE, ESTABILIZANTES Y UN CONSERVANTE Y CALCIUM CHLORIDE 5 VIALES DE 10 ML DE UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE CLORURO CÁLCICO (0,020 MOL/L) . CN UN ISI DE 1.0-1.5. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA PRESENTACIÓN AJUSTANDO LA ENTREGA A LA DEMANDA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA, APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LICITACIÓN

16.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. ARTÍCULOS A ADQUIRIR SOLICITAN:

TROMBOPLASTINA TISULAR DE ALTA SENSIBILIDAD (CEREBRO DE CONEJO) PARA USO EN LOS ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (TP). ISI MENOR A 1.3, ESTABILIDAD TRAS LA RECONSTITUCIÓN 96 HORAS EN REFRIGERACIÓN DE 2 A 8°C. CAJA 10 X 6 ML CAJA / 10 VIALES.

SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO TROMBOPLASTINA RECOMBINANTE HUMANO DE MUY ALTA SENSIBILIDAD A LA DEFICIENCIA DE LOS FACTORES DE LA VIA EXTRÍNSECA DE LA COAGULACIÓN, CON UN ISI 1.0-1.3, MAYOR ESTABILIDAD Y QUE NO REQUIERE DE AGITACIÓN POR SER UN REACTIVO CRISTALINO EN PRESENTACIÓN DE VIALES X 8 ML DE FACTOR TISULAR RECOMBINANTE HUMANO, FOSFOLÍPIDOS SINTÉTICOS CON ESTABILIZANTES, CONSERVANTES Y TAMPÓN. DILUYENTE RECOMBIPLASTIN 2G (DILUYENTE DE FTR): 5 VIALES X 8 ML SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA PRESENTACIÓN AJUSTANDO LA ENTREGA A LA DEMANDA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA, APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LICITACIÓN

17.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 19 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 1

ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON ENUNCIATIVAS PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, POR LO QUE PEDIMOS A LA MABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO CONTROLADO OR MICRO PROCESADORES CON PRINCIPIO FOTO ÓPTICO CUYA LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 180°.Y 8CANALES DE LECTURA, CON CAPACIDAD DE 80 MUESTRAS Y 40 REACTIVOS A BORDO CON CARGA CONTINUA SIN DETENER EL PROCESO CON UNA VELOCIDAD DE 110 PRUEBAS EN BASE AL TP, MEDIDAS (ANALIZADOR) ANCHURA 81 CM, FONDO 84 CM, ALTURA 73 CM. (MANUAL DE OPERACIÓN PÁGINA 44). PESO 91 KG. SIN QUE AFECTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?

R SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN MODIFICAR LO REQUERIDO ORIGINALMENTE.

18- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 6 Y 21.- ÁREA GASOMETRÍA TIPO 1 EN RENGLÓN CONSIDERACIONES INDICAN: DEBERÁ INCLUIR LA DOTACIÓN





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

DE CONTROLES PARA EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y DEL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MÍNIMO A DOS NIVELES, DEBERÁ INCLUIR CUANDO MENOS UNO DE: ACIDOSIS, ALCALOSIS O NORMAL DEBEMOS ENTENDER QUE EL ANALIZADOR DEBE SER CAPAZ DE REALIZAR SU CONTROL DE CALIDAD DE FORMA AUTOMÁTICA EN TIEMPO REAL DESPUÉS DE CADA MUESTRA EN TRES CONCENTRACIONES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN MODIFICAR LO REQUERIDO ORIGINALMENTE.

19- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 6 Y 21.- AREA GASOMETRÍA HOSPITAL CENTRAL EN RENGLÓN DE CONSIDERACIONES INDICAN: DEBERÁ INCLUIR CUANDO MENOS UNA CORRIDA DIARIA DE LOS CONTROLES.

SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ANALIZADORA EL CUAL REALICE SU CONTROL DE CALIDAD DE MANERA AUTOMÁTICA EN TIEMPO REAL DESPUÉS DE CADA MUESTRA CON 3 ESTÁNDARES, CAPAZ DE EMITIR GRÁFICAS DE SEGMENTOS (GRÁFICOS DE CONTROL DE CALIDAD), AL OCUPAR ESTÁNDARES (SOLUCIÓN CON UNA CONCENTRACIÓN EXACTA) SE BUSCA OBTENER LA MISMA CONCENTRACIÓN DURANTE TODA LA VIDA DE USO DEL CARTUCHO, LAS GRÁFICAS DE SEGMENTOS NOS PERMITEN CONOCER LA VARIACIÓN ABSOLUTA DEL SISTEMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?

R SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN MODIFICAR LO REQUERIDO ORIGINALMENTE.

20- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 6 UNIDADES A EQUIPAR INDICAN:

GASOMETRÍA			EQUIPO TIPO
HOSPITAL MATEHUALA	GENERAL	DE	TIPO 1
HOSPITAL RIOVERDE	GENERAL	DE	TIPO 1
HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER			TIPO 1
HOSPITAL SOLEDAD	GENERAL	DE	TIPO 1
HOSPITAL CIUDAD VALLES	GENERAL	DE	TIPO 1

ES CORRECTO ENTENDER SE REQUIERE INSTALAR UN EQUIPO POR CADA UNIDA SOLICITANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR

R. ES CORRECTA

21- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 6 PUNTO 3 INDICAN: ANÁLISIS A PARTIR DE SANGRE TOTAL, VENOSA, ARTERIAL, CAPILAR Y OTRAS.

DEBEMOS ENTENDER A EQUIPO AUTOMATIZADO CON BATERÍA DE RESPALDO CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS A PARTIR DE SANGRE TOTAL VENOSA ARTERIAL Y CAPILAR Y/O OTRAS, CON UN VOLUMEN DE 150 µL, CON CONTROL DE CÁLIDA EN TIEMPO REAL ANTES Y DESPUÉS DE CADA MUESTRA CON GRAFICO DE CALIDAD DE SEGMENTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE ACEPTA?

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

R. ES CORRECTA

22 REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 7 AREA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA CENTRAL EN RENGLÓN CONSIDERACIONES SOLICITAN CERTIFICADO NGSP.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ENTREGAR CERTIFICADO ISO13485 Y/O NGSP Y/O FDA ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

23.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PARTIDA 4 ÁREA DE COAGULACIÓN TIPO 2 PUNTO 5 SOLICITAN: -PIPETA ELECTRÓNICA EXTERNA PARA REACTIVOS.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PIPETA EXTERNA NO ELECTRÓNICA, YA QUE NUESTRO INSTRUMENTO COMIENZA LA LECTURA AUTOMÁTICA DE LAS MEDICIONES AL MOMENTO DEL DISPENSADO SIN REQUERIR DE QUE LA PIPETA ESTÉ CONECTADA AL INSTRUMENTO, ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA

7.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR: AMPHARMA SA DE CV

1.- EN LA SECCIÓN I, GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, 1.- TIPO DE CONTRATACIÓN: LA CONTRATACIÓN SERÁ BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A PRECIOS UNITARIO FIJOS Y LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR ANEXO DESCRITOS EN EL ANEXO 1)(UNO) SEÑALADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA

¿SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR ÁREA; ANEXO 1 A o B; o POR ANEXO 1 COMPLETO A UN SOLO PROVEEDOR?

R. LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR ANEXOS

2.- SECCIÓN II, PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE ESTA LICITACIÓN, 4.2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

LA CONVOCANTE SOLICITA:

AI. SEGÚN EL ANEXO 1A (UNO A) LOS LICITANTES DEBERÁN MANIFESTAR SU CURRÍCULUM EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, QUE PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO Y QUE EL LICITANTE CUENTA CON EXPERIENCIA EN EL SURTIMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AL QUE SE PRETENDE CELEBRAR, LA CUAL DEBERÁ SER MAYOR DE DOS AÑOS Y QUE ACREDITARÁ MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CONTRATOS (MÍNIMO 10 CONTRATOS).

PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS SE PROPONE A "LA CONVOCANTE" PARA COMPROBAR LA EXPERIENCIA DE LOS LICITANTES DE MÍNIMO DE 2 AÑOS, Y 5 CONTRATOS, LO ANTERIOR PARA NO CONTRAVENIR LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

3.- SECCIÓN III, OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES, 9. CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES; LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN LOS ALMACENES UBICADOS EN COEPRIS S.L.P. CALLE 5 DE MAYO 1485, BARRIO DE SAN MIGUELITO, C.P. 78339 SAN LUIS, S.L.P.; CENTRO DE CONTROL DE RABIA Y OTRAS ZONOSIS, AV. ANILLO PERIF. NTE. 150, ZONA DE ABASTOS, C.P. 78390 SAN LUIS, S.L.P.; Y EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LOS S.S.S.L.P., UBICADO EN AV. DE LA PAZ No. 645, BARRIO DE TLAXCALA, C.P. 78030 DE ESTA CIUDAD.

SOLICITO A LA CONVOCANTE ME CONFIRME QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ SOLO EN LOS LUGARES QUE SE MENCIONAN EN ESTE APARTADO, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

R. CITO EL PÁRRAFO DE LAS BASES DE LICITACIÓN

De acuerdo a la capacidad de almacenaje, disponibilidad de refrigeradores y el conocimiento de los artículos, los cuales en su mayoría son de importación, se harán entregas bimestrales directas a los laboratorios clínicos de los Hospitales del Estado, puestos de transfusión sanguínea, bancos de sangre, centro estatal de la transfusión sanguínea y almacén de cotejo denominado almacén laboratorios. Lo anterior a solicitud expresa en orden de compra emitida posterior a la adjudicación.

4.- SECCIÓN III, OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES, 9. CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 1.- LA FECHA DE ENTREGA SERA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

FECHA LIMITE DE ENTREGA

20 DÍAS DESPUÉS DE LA EMISIÓN DEL FALLO

SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE LA FECHA LIMITE DE ENTREGA SE AMPLIE A 30 DÍAS DESPUÉS DEL FALLO, ¿SE ACEPTA?

R. NO SE ACEPTA

TRANSCURRIDA LA HORA SE INFORMO A LOS LICITANTES QUE DERIVADO DE UNAS PRECISIONES DEL ÁREA TÉCNICA SE OTORGA MEDIA HORA PARA INCLUIRLAS EN ESTA ACTA, LAS CUALES SON LAS PRECISIONES 15, 16 Y 17, TRANSCURRIDA LA MEDIA HORA, SE DAN A CONOCER LAS TRES PRECISIONES A LOS LICITANTES OTORGÁNDOLES 10 MINUTOS PARA SU ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE ALGUNA DUDA.

SE PREGUNTÓ A LOS LICITANTES QUE SE PRESENTARON A ESTE ACTO SI EXISTÍA ALGUNA DUDA ADICIONAL SOBRE LAS RESPUESTAS ELABORADAS POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE SE PREGUNTO A LA REPRESENTANTE DE **COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A DE C.V** LA CUAL MANIFESTÓ DUDA SOBRE LA RESPUESTA QUE SE LE DIO A SU PREGUNTA IDENTIFICADA CON EL NUMERO 12.- EN EL NUMERAL 4.2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, INCISO Y, SE SOLICITA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, ASÍ COMO COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE QUE ASISTA A LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN, ENTREGA Y APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SIN EMBARGO LA IDENTIFICACIÓN ORIGINAL DEL ASISTENTE A LOS EVENTOS TAMBIÉN SE SOLICITA EN EL NUMERAL 4.1, INCISO B, POR LO QUE NO SERÍA POSIBLE ENTREGARLA EN AMBOS INCISOS (EN EL ENTENDIDO QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SE PUEDE PRESENTAR OPCIONALMENTE DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA), POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE COMO PARTE DE CUÁL DE LOS DOS INCISOS SE DEBE DE PRESENTAR LA IDENTIFICACIÓN ORIGINAL DEL REPRESENTANTE ASISTENTE AL EVENTO DE PRESENTACIÓN, ENTREGA Y APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. FAVOR DE ACLARAR.

R: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEBERÁ ESTAR DENTRO DEL SOBRE Y LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEBERÁ ESTAR SEÑALADA EN LOS INCISOS QUE SE SOLICITA.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

REPREGUNTA 1: ¿SE SOLICITA LA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA EN DOS NUMERALES?

R: SE ACLARA: QUE PODRÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE EN EL PUNTO 4.1 INCISO B Y COPIA CERTIFICADA EN EL PUNTO 4.2 INCISO Y.

ACTO SEGUIDO SE LE PREGUNTO A LA REPRESENTANTE DE LABORATORIO LICON S.A SUS DUDAS SOBRE LAS RESPUESTAS ELABORADAS POR LA CONVOCANTE.

REPREGUNTA 1: EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LABORATORIOS LICON EN LA PREGUNTA NUMERO 4, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE RECONSIDERE SU PREGUNTA, ACEPTANDO UNA CADUCIDAD DE 20 A 28 DÍAS DE CADUCIDAD, DE ACUERDO A SU NATURALEZA BIOLÓGICA QUE SON CÉLULAS SANGUÍNEAS, ¿SE ACEPTA?

R: SE ACLARA: QUE LO MÍNIMO DE CADUCIDAD REQUERIDO PARA ESTAS BASES SON 20 DÍAS

REPREGUNTA 2: EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA, SOLICITO A LA CONVOCANTE JUSTIFICAR SU RESPUESTA, Y NO SOLO COMO LA LEYENDA, NO SE ACEPTA APEGARSE A BASES, YA QUE ESTO NO ES UNA JUSTIFICACIÓN.

R: FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR


REPREGUNTA 3: EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS DE LAS PREGUNTAS 7,8,9,10,11,12,13,14,15,33,36,37,38,39,40 Y 41 A LABORATORIOS LICON, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE ESTAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDEN A OTRA CASA COMERCIAL "ORTHO" , LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y SE CONTRAPONA A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE S.L.P DONDE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 40 (PUNTO VI) LAS INSTITUCIONES O EL COMITÉ A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SE ABSTENDRÁN SO PENA DE INCURRIR EN RESPONSABILIDADES DE AUTORIZAR MODIFICACIONES A PRECIOS, ANTICIPOS PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y EN GENERAL RESPECTO A TODO AQUELLO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MAS VENTAJOSAS A LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE CON EL PROVEEDOR O LICITANTE CON QUIEN SE CONTRATO.

R: EN RESPUESTA A SU REPREGUNTA SOBRE LAS PREGUNTAS 7,8,9,10,11,12,13,14,15,33,36,37,38,39,40 Y 41 EL ÁREA TÉCNICA REFIERE LA OPERATIVIDAD REQUERIDA PARA LOS PROCESOS DE LABORATORIO, MEJORES TIEMPOS DE PROCESO Y MAYOR SENSIBILIDAD.

CON RELACIÓN A LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE S.L.P, NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE LE RECUERDA QUE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTE PROCESO ES LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

REPREGUNTA 4: EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS FUNDAMENTE LA RESPUESTA, YA QUE LA RESPUESTA NO SE ACEPTA NO ES UNA RESPUESTA JUSTIFICADA.

R: LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LAS BASES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE REQUIERE LA OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-924016995-E1-2022

ESTA CONVOCANTE CONSIDERA QUE LAS RESPUESTAS QUE FUERON OTORGADAS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN A LOS CUESTIONAMIENTOS O DUDAS Y QUE SE LE PROPORCIONO TODA LA INFORMACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIONES IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN RAZÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, EN ESTE ACTO SE DA A CONOCER EL NUEVO CALENDARIO DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES DE ESTA LICITACIÓN, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

EVENTO	FECHA	HORA
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	25 DE MARZO DE 2022	9:00 HORAS

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO SE LES HACE ENTREGA DE UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA CON ACUSE DE RECIBO A LOS LICITANTES ASISTENTES, Y PARA AQUELLOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. ASIMISMO, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ EN: EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD UBICADO EN EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA O POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO.

NO EXISTIENDO MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADA ESTA ÚLTIMA JUNTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA 18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.

ESTA ACTA CONSTA DE 56 HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
LABORATORIO LICON S.A	C.MAGDIEL ROBLEDO GÓMEZ	
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A DE CV.	MARISOL MARTÍNEZ ESPINOSA	

55



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 No. LA-924016995-E1-2022**

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
ING. CARLOS FEDERICO CARRANZA BENÍTEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
E.B.C. MARNIE ERWIN BARBOSA SÁNCHEZ	COORDINADORA DE LABORATORIOS CLÍNICOS Y DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA	
MSP. SERGIO OLIMPO RODRÍGUEZ VIDAL	CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA	
Q.F.B. CLAUDIA LOURDES DELGADILLO GARCÍA	SUB JEFA LABORATORIO CLÍNICO EN HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	
Q.F.B. ROSA MARÍA VÁZQUEZ PRUNEDA	JEFA LABORATORIO CLÍNICO EN HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	
C.P. MAURICIO JULIÁN CAMACHO HERNÁNDEZ	POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
LIC. ALEJANDRO RODRÍGUEZ IZAGUIRRE	POR LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
MTRO. ULICES ABNER GARCÍA HERNÁNDEZ AUDITOR INTERNO	

----- FIN DEL ACTA -----