

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION OPERATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LA-924016995-E49-2018
" MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS".

ANALISIS TECNICO

Anexo: 1-B

LICITANTE: Especialidades medico Quirurgicas

REGLÓN	ESPECIFICACION		RESPALDOS		REGISTROS		CADUCIDAD (18 MESES)		MUESTRA FÍSICA		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
3	✓		✓		✓		✓				
10	✓		✓			✓	✓				
11	✓		✓		✓		✓				
12		✓		✓		✓	✓				
13		✓		✓			✓				
14		✓		✓			✓				
15		✓		✓			✓				
17		✓		✓			✓				
19	✓		✓		✓		✓				
26	✓		✓			✓	✓				
33	✓		✓		✓		✓				
38	✓		✓			✓	✓				Falta notificación
47	✓		✓		✓		✓				
48	✓		✓		✓		✓				
49	✓		✓		✓		✓				
50	✓		✓			✓	✓				
53	✓		✓		✓		✓				
60	✓		✓		✓		✓				
61	✓		✓			✓	✓				
62	✓		✓		✓		✓				
66	✓		✓		✓		✓				
68	✓		✓		✓		✓				
86	✓		✓		✓		✓				
138	✓		✓		✓		✓				

REVISO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION OPERATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LA-924016995-E49-2018
" MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS".

ANALISIS TECNICO

Anexo: 1-B

LICITANTE:

Especialidades Médico Quirúrgicas

[illegible]

REVISO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
Dirección de Administración
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LA-924016995-E49-2018
"MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS".

DICTAMEN TECNICO

Especialidades medico Quirúrgico

REGLÓN	DESCRIPCION SOLICITADA	DESCRIPCION OFERTADA	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
12 F6014	Catéter de polietileno perfusión con cámara de reflejo, punto Ergonomico, con radiopequeñal encapsulada con aguja long. 28-34mm - Cal. 18 G.	La misma en la propuesta Técnica	La descripción que presenta en el Reg. Sanitario no coincide con lo solicitado. Presenta Reg. Sanitario Unificado Septiembre, 2016.
13 F6019	Catéter de polietileno perfusión con cámara de reflejo, punto Ergonomico, con radiopequeñal encapsulada con aguja long. 17-24 mm. Calibre 24 G.	La misma en la propuesta Técnica	La descripción que presenta en el Reg. Sanitario no coincide con lo solicitado. Presenta Reg. Sanitario Unificado Sept. 2016.
14 F6023	Catéter de polietileno perfusión con cámara de reflejo, punto Ergonomico, con radiopequeñal encapsulada con aguja long. 28-34 mm. Cal. 20 G.	La misma en la propuesta Técnica	La descripción del Reg. Sanitario no coincide con lo solicitado. Reg. Sanitario Unificado Sept. 2016.
15 F6026	Catéter de polietileno perfusión con cámara de reflejo, punto Ergonomico con radiopequeñal encapsulada con aguja long. 23-27mm. Cal. 22 G.	La misma en la propuesta Técnica	La descripción del Reg. Sanitario no coincide con lo solicitado. Reg. Sanitario Unificado Sept. 2016.
17 F6108	Catéter de polietileno Cal 16 G. La misma en la propuesta Técnica. 1.77-1.1N. Con aguja 10.7 X 45mm. 20.5 ml x auto.	La misma en la propuesta Técnica	La descripción del Reg. Sanitario no coincide con lo solicitado. Reg. Sanitario Unificado Sept 2016.

Autenticado
Ruth Angélica Ortiz Longobardi

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
Dirección de Administración
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LA-924016995-E49-2018
"MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS".

DICTAMEN TECNICO

Especialidades medicas Quirurgicas

RENGLÓN	DESCRIPCION SOLICITADA	DESCRIPCION OFERTADA	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
10	Tapon inn. cater. hipoxigato	la misma	no presenta el Certificado de No Obligatiedad del Reg. Sanitario. (no requiere).
26	Agua para cristales de contacto	la misma	no presenta el Certificado de NO Obligat.
50	Tubo Endotracheal Sin globo No. 3.	la misma	no presenta Certificado de NO obligatoriedad
61	Clap. umbilical Placem navel	la misma	no presenta certificado de NO obligatoriedad (no requiere).
174	Cater. para vasos umbilicales	la misma	no presenta Reg. Sanitario.
208	moscacha desechable para administración de Ougno en tubo No 7 Transparente.	la misma	no presenta respaldo, no presenta Reg. Sanitario
209	moscacha desechable para adm- nistración en tubo No 5 Transparente	la misma	no presenta Respaldó no presenta Reg. Sanitario
210	moscacha desechable para adm- nistración en tubo No 4 Transparente	la misma	no presenta Respaldó no presenta Reg. Sanitario.

Revisado por

Auth. médica Ortiz González

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA