

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SSSLP-LP-I23-2018
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

ANALISIS TECNICO

LICITANTE: Grupo Emeyer S.A. de C.V.

Anexo: 1

REGLÓN	ESPECIFICACION		RESPALDOS		REGISTROS		CADUCIDAD (18 MESES)		MUESTRA FÍSICA		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
12	✓		✓		✓		✓		✓		
23	✓		✓		✓		✓		✓		
24	✓		✓		✓		✓		✓		
40	✓		✓		✓		✓		✓		
41	✓		✓		✓		✓		✓		
62	✓		✓		✓		✓		✓		
65	✓		✓		✓		✓		✓		
69	✓		✓		✓		✓		✓		
78	✓		✓		✓		✓		✓		
146	✓		✓		✓		✓		✓		
85	✓		✓		✓		✓		✓		
147	✓		✓		✓		✓		✓		
148	✓		✓		✓		✓			✓	
149	✓		✓		✓		✓		✓		
30	✓		✓		✓		✓		✓		
33	✓		✓		✓		✓		✓		

REVISO

Araña Judith Rada Montoya

NOMBRE Y FIRMA

Gerardo Federico Hernández Rodríguez

NOMBRE Y FIRMA

Franco Juan Brin

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
Dirección de Administración
SUBDIRECCION OPERATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

No. SSSLP-LP-I23-2018
MATERIAL ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICO

DICTAMEN TECNICO

Especialidades Médico Quirúrgica A-1

REGLÓN	DESCRIPCION SOLICITADA	DESCRIPCION OFERTADA	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
101	Jeringa de plástico para aplicar 10 toxinas tétanicas, antinfuenza en adulto, neumococo en adulto, capacidad 0.5ml con dos agujas una calibre 20x32mm para cargar la jeringa con el biológico y otra 22x32 para aplicar la vacuna, esteril y desechable con embolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, cada jeringa con la leyenda "VACUNACION UNIVERSAL", según programa vigente, esteril desechable empaque protector individual y graduada.	Jeringa de plástico para aplicar 10 toxinas tétanicas, antinfuenza en adulto, neumococo en adulto, capacidad 0.5ml con dos agujas una calibre 20x32mm para cargar la jeringa con el biológico y otra 22x32 para aplicar la vacuna, esteril y desechable con embolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, cada jeringa con la leyenda "VACUNACION UNIVERSAL", según programa vigente, esteril desechable empaque protector individual y graduada.	en el resplando del fabricante, tiene una descripción que no coincide con lo que cotiza ni con lo solicitado.
102	Jeringa de plástico para aplicar 10 toxinas tétanicas, antinfuenza en adulto, neumococo en adulto, capacidad 0.5ml con dos agujas una calibre 20x32mm para cargar la jeringa con el biológico y otra 22x32 para aplicar la vacuna, esteril y desechable con embolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, cada jeringa con la leyenda "VACUNACION UNIVERSAL", según programa vigente, esteril desechable empaque protector individual y graduada.	Jeringa de plástico para aplicar 10 toxinas tétanicas, antinfuenza en adulto, neumococo en adulto, capacidad 0.5ml con dos agujas una calibre 20x32mm para cargar la jeringa con el biológico y otra 22x32 para aplicar la vacuna, esteril y desechable con embolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, cada jeringa con la leyenda "VACUNACION UNIVERSAL", según programa vigente, esteril desechable empaque protector individual y graduada.	en el resplando del fabricante no maneja la presentación que cotiza ni coincide con la que se solicita.
150	Jeringa desechable para aplicar vacuna Hepatitis B, DPT, antinfuenza, capacidad 0.5ml con dos agujas una calibre 20x32 para cargar la jeringa con el biológico y otra 22x32 para aplicar la vacuna, esteril y desechable con embolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, empaque protector individual y graduada, en decimas de ml con la leyenda "VACUNACION UNIVERSAL".	Jeringa desechable para aplicar vacuna Hepatitis B, DPT, antinfuenza, capacidad 0.5ml con dos agujas una calibre 20x32 para cargar la jeringa con el biológico y otra 22x32 para aplicar la vacuna, esteril y desechable con embolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, empaque protector individual y graduada, en decimas de ml con la leyenda "VACUNACION UNIVERSAL".	en el registro sanitario no dice que debiera llevar la leyenda de "VACUNACION UNIVERSAL" ni especifica la presentación para esta clase.
151	Jeringa desechable para aplicar vacuna contra Hepatitis B, DPT, antinfuenza, capacidad 0.5ml con dos agujas una calibre 20x32 para cargar la jeringa con el biológico y otra 22x32 para aplicar la vacuna, esteril y desechable con embolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, empaque protector individual y graduada, en decimas de ml con la leyenda "VACUNACION UNIVERSAL".	Jeringa desechable para aplicar vacuna contra Hepatitis B, DPT, antinfuenza, capacidad 0.5ml con dos agujas una calibre 20x32 para cargar la jeringa con el biológico y otra 22x32 para aplicar la vacuna, esteril y desechable con embolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, empaque protector individual y graduada, en decimas de ml con la leyenda "VACUNACION UNIVERSAL".	en el resplando del fabricante tiene una descripción que no coincide con lo que se solicita ni con lo que cotiza.

Diana delia Becerra Uribe *[Firma]*

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SSSLP-LP-I23-2018
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

2a revisión

ANALISIS TECNICO

Anexo:

LICITANTE: Grupo Enequr S.A. de C.V.

[illegible]

REVISO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
Dirección de Administración
SUBDIRECCION OPERATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

No. SSSLP-LP-I23-2018
MATERIAL ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICO

DICTAMEN TECNICO

2a revisión

Grupo ENECOUR, S.A. de C.V. Anexo 1

REGLÓN	DESCRIPCION SOLICITADA	DESCRIPCION OFERTADA	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
17	Cables de polietileno, radiofrecuencia Cable 166	El mismo	no presento Registro Santander
19	Cables de polietileno, radiofrecuencia Cable 206	El mismo	no presento Registro Santander

Ruth Maria Ortiz Lopez

Gerardo R. Halc Pérez

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SSSLP-LP-I23-2018
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

2a revisión

ANALISIS TECNICO

Anexo: 1-A

LICITANTE: Grupo EMEQUR, S.A de C.V.

[illegible]

REVISO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

DICTAMEN TÉCNICO

2a revisión

Grupo ENGOUR. S.A. de C.V. *Grupo I-A.*

REGLÓN	DESCRIPCION SOLICITADA	DESCRIPCION OFERTADA	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
125	Calibrador Varios de solubilidad, precisión, con cámara de reflejo, con display	En la propuesta	El Registro Sanitario de encuentra vigente, Sin embargo la descripción no corresponde a lo solicitado, Toda vez que mencionan Teflon y no refieren cámara de reflejo y longitudinales. en radiopeidat encapsulada. no mencionan la longitud de la longitud de los ejes.
126	Endoscopia y transcatéter radiopeidat encapsulada, Calibre 18 G Yagya long. 28-34	Tecuma, la misma	
127	Calibre 20 G Yagya long. 28-34 Calibre 22 G Yagya long. 23-27 mm long.		
131			
134	Tubo endoscópico, sin electro, No 3	La misma	Presenta Registro Sanitario en fecha de 2016 as mismo se presenta primera vez, validándose en primer lugar antes de emitir.
135, 121	Mascarilla para administración de O ₂ con Leoni Adult - Pediatra	La misma	Presenta Registro Sanitario. Venado con fecha de Abril 2016, por lo que a Nov 2015, queda a un mes con fecha Dic 2016, al ser validados en página oficial, no se encuentran registros de producción solo se extendió. No existe tramite.

Ruth G. Ortiz
Ruth María Ortiz González

Ruth G. Ortiz
Gerardo Federico Hdez. Rdr

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA