



SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LPE-36-2023  
ANÁLISIS Y DICTAMEN TÉCNICO  
PROVEEDOR: ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ

DESCRIPCION	ESPECIFICACION		REGISTRO		CATALOGO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
RT265 - CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL, CON CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS (INSPIRATORIA Y EXHALATORIA). DE MATERIAL EVAQUA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION, LINEA DE PRESION Y KIT DE ADAPTADORES. MARCA FISHER & PAYKEL. PARA SU USO EN UNIDAD TÉRMICA MR850. MARCA: FISHER & PAYKEL.	/		/		/		
RT380 - CIRCUITO DESECHABLE PEDIATRICO/ADULTO, CON CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS, RAMA INSPIRATORIA CON MICROCELL Y EXHALATORIA DE MATERIAL EVAQUA. INCLUYE FILTRO VIRICO/BACTERIANO EXHALATORIO. MARCA FISHER & PAYKEL. PARA SU USO EN UNIDAD TÉRMICA. MARCA: MR850 FISHER & PAYKEL.	/		/		/		

<p><b>KIT OPTIFLOW ADULTO 1</b> INCLUYE: <b>900PT501</b> - CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTOllenado DESECHABLE. MARCA FISHER &amp; PAYKEL. <b>OPT942</b> - CÁNULA OPTIFLOW DE LA SERIE 9 (PLUS) PARA SU USO EN EL SISTEMA AIRVO Y EL SISTEMA 850 TAMAÑO CHICA. MARCA FISHER &amp; PAYKEL.</p>							
<p><b>KIT OPTIFLOW ADULTO 2</b> INCLUYE: <b>900PT501</b> - CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTOllenado DESECHABLE. MARCA FISHER &amp; PAYKEL. <b>OPT944</b> - CÁNULA OPTIFLOW DE LA SERIE 9 (PLUS) PARA SU USO EN EL SISTEMA AIRVO Y EL SISTEMA 850 TAMAÑO MEDIANA. MARCA FISHER &amp; PAYKEL.</p>							
<p><b>KIT OPTIFLOW ADULTO 3</b> INCLUYE: <b>900PT501</b> - CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTOllenado DESECHABLE. MARCA FISHER &amp; PAYKEL. <b>OPT944</b> - CÁNULA OPTIFLOW DE LA SERIE 9 (PLUS) PARA SU USO EN EL SISTEMA AIRVO Y EL SISTEMA 850 TAMAÑO MEDIANA. MARCA FISHER &amp; PAYKEL. <b>OPT946</b> - CÁNULA OPTIFLOW DE LA SERIE 9 (PLUS) PARA SU USO EN EL SISTEMA AIRVO Y EL SISTEMA 850 TAMAÑO GRANDE. MARCA FISHER &amp; PAYKEL.</p>							

<p><b>KIT OPTIFLOW JR 1</b> INCLUYE: <b>900PT531</b> - CIRCUITO RESPIRATORIO JUNIOR PARA SISTEMA AIRVO 2 INCLUYE ADAPTADOR Y CAMARA DE HUMIDIFICACION, MARCA FISHER &amp; PAYKEL. Canula nasal pediátrica (junior) tamaño mediana, suave para alto flujo (flujos de hasta 10 L/min), con forma anatómica, color morado, membrana transpirable, alma de acero a prueba de dobleces y aplastamiento con parches adhesivos. Numero de catalogo: <b>OJR414</b>. Para su uso en los equipos: Humidificador con calefacción y generador de flujo integrado. Marca Fisher &amp; Paykel.</p>							
<p><b>KIT OPTIFLOW JR 2</b> INCLUYE: <b>900PT531</b> - CIRCUITO RESPIRATORIO JUNIOR PARA SISTEMA AIRVO 2 INCLUYE ADAPTADOR Y CAMARA DE HUMIDIFICACION, MARCA FISHER &amp; PAYKEL. Canula nasal pediátrica (junior) tamaño grande, suave para alto flujo (flujos de hasta 23 L/min), con forma anatómica, color morado, membrana transpirable, alma de acero a prueba de dobleces y aplastamiento con parches adhesivos. Numero de catalogo: <b>OJR416</b>. Para su uso en los equipos: Humidificador con calefacción y generador de flujo integrado. Marca Fisher &amp; Paykel.</p>							
<p><b>KIT OPTIFLOW JR 3</b> INCLUYE: <b>900PT531</b> - CIRCUITO RESPIRATORIO JUNIOR PARA SISTEMA AIRVO 2 INCLUYE ADAPTADOR Y CAMARA DE HUMIDIFICACION, MARCA FISHER &amp; PAYKEL. Canula nasal pediátrica (junior) tamaño extra grande, suave para alto flujo (flujos de hasta 25 L/min), con forma anatómica, color morado, membrana transpirable, alma de acero a prueba de dobleces y aplastamiento con parches adhesivos. Numero de catalogo: <b>OJR418</b>. Para su uso en los equipos: Humidificador con calefacción y generador de flujo integrado. Marca Fisher &amp; Paykel.</p>							

<p><b>KIT OPTIFLOW JR1 TORRE BCP/ALTO FLUJO NEONATAL</b> INCLUYE: <b>RT330</b> - CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CON CAMARA Y VALVULA DE ALIVIO DE PREISION CON PUERTO DE MONITOREO DE PREISION Y OXIGENO REDUCCION DE CONDENSACION ALAMBRE CALEFACTOR COMPATIBLE CON CANULAS OPTIFLOW JR. MARCA FISHER &amp; PAYKEL. Canula nasal pediátrica (junior) tamaño extra chica, suave para alto flujo (flujos de hasta 8 L/min), con forma anatómica, color azul, membrana transpirable que reduce la condensación, alma de acero a prueba de dobleces y aplastamiento, con parches adhesivos. Numero de catalogo: <b>OJR410</b>. para su uso en los equipos: Torre de alto flujo neonatal con humidificador con calefacción. Marca: Fisher &amp; Paykel.</p>							
<p><b>KIT OPTIFLOW JR 2 TORRE BCP/ALTO FLUJO NEONATAL</b> INCLUYE: <b>RT330</b> - CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CON CAMARA Y VALVULA DE ALIVIO DE PREISION CON PUERTO DE MONITOREO DE PREISION Y OXIGENO REDUCCION DE CONDENSACION ALAMBRE CALEFACTOR COMPATIBLE CON CANULAS OPTIFLOW JR. MARCA FISHER &amp; PAYKEL. Canula nasal pediátrica (junior) tamaño chica, suave para alto flujo (flujos de hasta 9 L/min), con forma anatómica, color azul, membrana transpirable que reduce la condensación, alma de acero a prueba de dobleces y aplastamiento, con parches adhesivos. Numero de catalogo: <b>OJR412</b>. para su uso en los equipos: Torre de alto flujo neonatal con humidificador con calefacción. Marca: Fisher &amp; Paykel.</p>							

<p><b>KIT OPTIFLOW JR 3 TORRE BCPAP/ALTO FLUJO NEONATAL</b> INCLUYE: RT330 - CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CON CAMARA Y VALVULA DE ALIVIO DE PRESION CON PUERTO DE MONITOREO DE PRESION Y OXIGENO REDUCCION DE CONDENSACION ALAMBRE CALEFACTOR COMPATIBLE CON CANULAS OPTIFLOW JR. MARCA FISHER &amp; PAYKEL. Canula nasal pediátrica (Junior) tamaño mediana, suave para alto flujo (flujos de hasta 10 L/min), con forma anatómica, color azul, membrana transpirable que reduce la condensación, alma de acero a prueba de dobleces y aplastamiento, con parches adhesivos. Número de catálogo: <b>OJR414</b>. para su uso en los equipos: Torre de alto flujo neonatal con humidificador con calefacción. Marca: Fisher &amp; Paykel.</p>							
<p><b>KIT CPAP 1</b> Sistema de burbujas para terapia CPAP clave <b>BC161-10</b>, Interfaz nasal Flexitrunk 50mm clave <b>BC190-05</b>, Gorro 17-22cm de circunferencia clave <b>BC300-05</b>, Mascarilla nasal Chica clave <b>BC800-10</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Modelo: MR850. Para su uso en los equipos: Torre Cpap burbuja Humidificador con calefacción.</p>							
<p><b>KIT CPAP 2</b> Sistema de burbujas para terapia CPAP clave <b>BC161-10</b>, interfaz nasal flexitrunk 70mm clave <b>BC191-05</b>, gorro 22-25 cm de circunferencia clave <b>BC303-05</b>, mascarilla nasal chica clave <b>BC800-10</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Modelo: MR850. Para su uso en los equipos: Torre Cpap burbuja Humidificador con calefacción.</p>							
<p><b>KIT CPAP 3</b> Sistema de burbujas para terapia CPAP clave <b>BC161-10</b>, interfaz nasal flexitrunk 70mm clave <b>BC191-05</b>, gorro 25-29 cm de circunferencia clave <b>BC306-05</b>, mascarilla nasal mediana clave <b>BC801-10</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Modelo: MR850. Para su uso en los equipos: Torre Cpap burbuja Humidificador con calefacción.</p>							

<p><b>KIT CPAP 4</b> Sistema de burbujas para terapia CPAP clave <b>BC161-10</b>, interfaz nasal flexitrunk 100mm clave <b>BC192-05</b>, gorro 29-36 cm de circunferencia clave <b>BC309-05</b>, mascarilla nasal grande clave <b>BC802-10</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Modelo: MR850. Para su uso en los equipos: Torre Cpap burbuja Humidificador con calefaccion.</p>							
<p><b>KIT CPAP 5</b> Sistema de burbujas para terapia CPAP clave <b>BC161-10</b>, interfaz nasal flexitrunk 100mm clave <b>BC192-05</b>, gorro 29-36 cm de circunferencia clave <b>BC309-05</b>, mascarilla nasal extra grande clave <b>BC803-10</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Modelo: MR850. Para su uso en los equipos: Torre Cpap burbuja Humidificador con calefaccion.</p>							
<p><b>Kit de transición de CPAP Burbuja a Alto flujo neonatal 1 Extra Chico.</b> Incluye cánula Optiflow Junior 2, adaptador para circuito inspiratorio y válvula de liberación de presión. Código de identificación de la cánula: azul. Clave <b>OJR410B</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Para su uso en los equipos: Torre Cpap burbuja/alto flujo neonatal Humidificador con calefaccion. Marca: Fisher &amp; Paykel. Modelo: MR850.</p>							
<p><b>Kit de transición de CPAP Burbuja a Alto flujo neonatal 2 Chico.</b> Incluye cánula Optiflow Junior 2, adaptador para circuito inspiratorio y válvula de liberación de presión. Código de identificación de la cánula: rojo. Clave <b>OJR412B</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Para su uso en los equipos: Torre Cpap burbuja/alto flujo neonatal Humidificador con calefaccion. Marca: Fisher &amp; Paykel. Modelo: MR850.</p>							
<p><b>Kit de transición de CPAP Burbuja a Alto flujo neonatal 3 Mediano.</b> Incluye cánula Optiflow Junior 2, adaptador para circuito inspiratorio y válvula de liberación de presión. Código de identificación de la cánula: amarillo. Clave <b>OJR414B</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Para su uso en los equipos: Torre Cpap burbuja/alto flujo neonatal Humidificador con calefaccion. Marca: Fisher &amp; Paykel. Modelo: MR850.</p>							

<p><b>Kit de transición de CPAP Burbuja a Alto flujo neonatal 4 Grande.</b> Incluye cánula Optiflow Junior 2, adaptador para circuito inspiratorio y válvula de liberación de presión. Código de identificación de la cánula: morado. Clave <b>OJR416B</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Para su uso en los equipos: Torre Cpap burbuja/alto flujo neonatal Humidificador con calefacción. Marca: Fisher &amp; Paykel. Modelo: MR850.</p>								
<p><b>Kit de transición de CPAP Burbuja a Alto flujo neonatal 5 Extra Grande.</b> Incluye cánula Optiflow Junior 2, adaptador para circuito inspiratorio y válvula de liberación de presión. Código de identificación de la cánula: morado. Clave <b>OJR418B</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Para su uso en los equipos: Torre Cpap burbuja/alto flujo neonatal Humidificador con calefacción. Marca: Fisher &amp; Paykel. Modelo: MR850.</p>								
<p><b>Kit de resucitación con Neopuff 1 Micro Prematuro</b> Incluye: Circuito con pieza en T clásico clave <b>900RD010</b>, Máscara de reanimación extrapequeña de 35mm de diámetro clave <b>RD803-10</b> y Máscara de reanimación pequeña de 42mm de diámetro clave <b>RD804-10</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Para su uso en los equipos Neopuff Marca: Fisher &amp; Paykel.</p>								
<p><b>Kit de resucitación con Neopuff 2 Prematuro</b> Incluye: Circuito con pieza en T clásico clave <b>900RD010</b>, Máscara de reanimación pequeña de 42mm de diámetro clave <b>RD804-10</b> y Máscara de reanimación mediana de 50mm de diámetro clave <b>RD805-10</b>. Marca: Fisher &amp; Paykel. Para su uso en los equipos Neopuff Marca: Fisher &amp; Paykel.</p>								
<p><b>Kit de resucitación con Neopuff 3 Neonatal</b> Incluye: Circuito con pieza en T clásico clave <b>900RD010</b>, Máscara de reanimación grande de 60mm de diámetro clave <b>RD806-10</b> y Máscara de reanimación extra grande de 72mm de diámetro clave <b>RD807-10</b> Marca: Fisher &amp; Paykel. Para su uso en los equipos Neopuff Marca: Fisher &amp; Paykel.</p>								
<p><b>900PT913.</b> Filtro de aire para Sistema d eAlto Flujo con eficiencia bacteriana &gt;99.9997% y eficiencia de filtración vírica &gt;99.99%. Para su uso en los equipos: Humidificador con calefacción y generador de flujo integrado. Marca: Fisher &amp; Paykel.</p>								

<b>RT020.</b> Filtro expiratorio. Para su uso en circuitos de la marca Fisher & Paykel. MARCA FISHER & PAYKEL.	/		/		/		
<b>OBM00042.</b> Electroodos hidrogel neonatales para OBM. juegos de 5 sensores blancos por juego, cable conductor de 40" de largo. Bolsa resellable. Marca: Natus. Para su uso en Electroencefalograma de amplitud integrada Marca: Natus.	/		/		/		

*Miguel Ángel*

*Miguel Ángel Durán Rodríguez*  
 Jefe del Dpto. de Hospitalar      REVISÓ  
 (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 09 DE Octubre DEL 2023.