



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SS

SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LPE-24-2023
 ANALISIS Y DICTAMEN TECNICO

PROVEEDOR: PAG MEDICA S.A DE C.V

DESCRIPCION	ESPECIFICACION		REGISTRO		CATALOGO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE; QUE CUENTE CON 8 ELECTRODOS DE ALEACION DE ORO Y PALADIO; QUE ACEPTE MUESTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL Y NEONATAL; CON RANGO DE MEDICION DE 10-600 mg/dL; CUYO PRINCIPIO DE MEDICION SEA GLUCOSA DESHIDROGENASA; CON PRECISION 10/10 EN RELACION A LA NORMA ISO 15197:2013/ EN ISO 15197:2015; CON BORDE AMPLIO DE DOSIFICACION QUE PERMITA Y FACILITE EL LLENADO ADECUADO DE MUESTRA; CUYO VOLUMEN DE MUESTRA SEA DE 0,6 µL; Y PROPORCIONE RESULTADOS EN MENOS DE 4 SEGUNDOS; INCLUYE EN COMODATO: -TIRAS REACTIVAS PARA MEDICION CUANTITATIVA DE GLUCEMIA EN SANGRE MARCA ACCU-CHEK INSTANT ROCHE DIABETES CARE GMBH CAJA CON 50 -LANCETAS MARCA ACCU-CHEK SOFTCLIX CAJA CON 200 ROCHE DIABETES CARE GMBH -EQUIPO GLUCOMETROS A COMODATO MARCA ACCU-CHEK INSTANT (COMODATO, BATERIAS INCLUIDAS) ROCHE DIABETES CARE GMBH PIEZA	✓		✓		✓		

REVISÓ

Miguel Ángel Rodríguez
 (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

Señe del Departamento de Hospitales
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 04 DE Septiembre DEL 2023.