



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LA-924016995-E108-2022**

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA SALA DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADA EN: PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850 COL. LOMAS DE LA VIRGEN; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO) ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ING. CARLOS FEDERICO CARRANZA BENÍTEZ, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 45 DE SU REGLAMENTO, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NADIE COMO OBSERVADOR EN ESTE EVENTO.

SE HACE CONSTAR QUE PRESENTARON ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y SUS PREGUNTAS FUERON ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA.

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIO EN ANALÍTICA S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	7
2	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	6
3	INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS ANALÍTICOS S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	15

SE HACE CONSTAR QUE ESTE PROCEDIMIENTO FUE PUBLICADO EN COMPRANET

**ComprasNet**

Expediente: 2548282 - LA-924016995-E108-2022 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO

**DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE**

<b>Código del Expediente</b> (O)	2548282	<b>Descripción del Expediente</b> (O)	LA-924016995-E108-2022-EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO
<b>Descripción detallada del Expediente</b>	LA-924016995-E108-2022-EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO	<b>Referencia del Expediente / Un. Control Interno</b> (O)	LA-924016995-E108-2022-EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO
<b>Dirección</b>	División	<b>Responsable del Expediente</b>	Peter Pablo Lucero Rivera
<b>Fecha y hora de creación del Expediente</b> (O)	02/12/2022 05:19 p.m.		
<b>Origen del Expediente</b>			
<b>Lista de Categorías CIGCOP</b>	5310 - Equipo médico y de laboratorio		

*[Handwritten signatures and initials]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LA-924016995-E108-2022**

LA CONVOCANTE MANIFIESTA NO REALIZA PRECISIONES A LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN.

DERIVADO QUE EL PROCEDIMIENTO SE LLEVA A CABO DE MANERA PRESENCIAL SE DARÁ CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LOS LICITANTES PRESENTES A LOS CUALES SE DARÁ INMEDIATAMENTE OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS.

A CONTINUACIÓN SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES.

1.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIO EN ANALÍTICA S.A. DE C.V.,

NO.	TEXTO DE LA PREGUNTA	RESPUESTA
1.	EN EL INCISO T DEL NUMERAL 4.1 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA INDICAN UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ANEXO 11. DADO QUE ESTAS FIANZAS LAS EMITEN LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES ÚNICAMENTE EN CASO DE ADJUDICACIÓN FAVOR DE ACLARAR QUE DOCUMENTO DEBE INCLUIRSE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO.	R= SE INCLUIRÁ EL FORMATO DEL ANEXO 11 IMPRESO EN HOJA MEMBRETADA
2.	EN EL INCISO AE DEL PUNTO 4.2 SOLICITAN UNA DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGARAN SERÁN PRODUCIDOS EN MÉXICO. VARIOS DE LOS BIENES SOLICITADOS NO CUMPLEN CON ESTE REQUISITO, ESPECÍFICAMENTE EL CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 7, CROMATÓGRAFO DE GASES QUE PUEDA SER ACOPLADO A ESPECTRÓMETRO DE MASAS SIMPLE CUÁDRUPLO. ¿ACEPTAN QUE PARA ESTA PARTIDA SE INDIQUE EL CALCULO DE CONTENIDO NACIONAL MEDIANTE LA SIGUIENTE FORMULA? $PCN=[1-(CI/PV)]*100$  EN LA QUE: PCN – PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL CI – VALOR DE LAS IMPORTACIONES PV – PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO  EVITANDO DE ESTA MANERA LA CONTRADICCIÓN RESPECTO A LA PRODUCCIÓN EN MÉXICO.	R= SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
3.	EN EL INCISO AG DEL MISMO PUNTO SOLICITAN CATÁLOGOS O FOLLETOS DE LOS BIENES A OFERTAR. ¿ACEPTAN CATÁLOGOS CON TRADUCCIÓN SIMPLE EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL?	R= SE ACEPTA SU PROPUESTAS
4.	EN EL PUNTO 9, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, INDICAN QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER 30 DÍAS DESPUÉS DE LA EMISIÓN DEL FALLO. DADO QUE LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 7 SON DE FABRICACIÓN ESPECIAL Y SUJETOS A PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE AMPLIÉ EL PLAZO DE ENTREGA A 120	R= NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

*[Handwritten signatures and marks]*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LA-924016995-E108-2022**

	DIAS.	
5	EN LA PARTIDA 7 SOLICITAN UN EQUIPO DE UNA MARCA Y MODELO ESPECIFICO. DADO QUE, DE ACUERDO A LA PAGINA DE INTERNET DE LA MARCA, ESTE MODELO HA SIDO SUSPENDIDO Y SUSTITUIDO POR OTRO MODELO, SOLICITAMOS SE ACEPTE UNA MARCA Y MODELO DISTINTO CON CARACTERISTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS INDICADAS Y QUE CUMPLE CON LOS ANALISIS POR GCMS INDICADOS EN LA NOM-127-SSA1-2021.	R=SÍ, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL ESPECTRÓMETRO DE MASAS CON QUE SE CUENTA EN EL LESP.
6	PARA LA MISMA PARTIDA 7 SOLICITAN UNA TEMPERATURA MÍNIMA CON OPCIÓN CRIOGÉNICA DE -100°C CON NITRÓGENO LIQUIDO Y DE -50°C CON CO2. DADO QUE LOS ANÁLISIS QUE VAN A REALIZAR NO REQUIEREN BAJAR LA TEMPERATURA DEBAJO DE 0°C, ¿ACEPTAN QUE LA OPCIÓN INDICADA SEA ÚNICAMENTE LA CORRESPONDIENTE A CO2?	R=SÍ, SE ACEPTA.
7	PARA LA MISMA PARTIDA SOLICITAN UN DETECTOR DE CAPTURA DE ELECTRONES QUE REQUIERE UN PERMISO DE LA CNSNS TANTO PARA SU IMPORTACIÓN COMO PARA SU INSTALACIÓN, USO Y POSESIÓN. ¿CUENTAN CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DADO QUE ESTO TAMBIÉN INCIDE EN EL PLAZO DE ENTREGA?	R= NO CONTAMOS CON EL PERMISO DE LA CNSNS.

2.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

NO.	TEXTO DE LA PREGUNTA	RESPUESTA
1.	SECCIÓN II. PUNTO 4. 4.1 INCISO D. CARTA DE APOYO DE FABRICANTE. DEBIDO A UN POSIBLE RETRASO EN EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DESDE EL EXTRANJERO, ¿ES POSIBLE PRESENTAR ÉSTE DOCUMENTO MEDIANTE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO ESCANEADO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, PRESENTAR EL ORIGINAL SI ASÍ SE REQUIERE?	R= SE ACEPTA SU PROPUESTA
2.	SECCIÓN. II. PUNTO 4. 4.1 INCISO Q. ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INFONAVIT. ¿EN ESTE PUNTO SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES?	R=ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3.	SECCIÓN. II. PUNTO 4. 4.1 INCISO S. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. ACTUALMENTE EL INSTITUTO MEXICANOS DEL SEGURO SOCIAL ESTÁ EMITIENDO LAS CONSTANCIAS CON VIGENCIA DE UN SOLO DÍA ¿ACEPTAN ESTA VIGENCIA Y DE QUÉ DÍA SE DEBERÁ PRESENTAR LA OPINIÓN PARA QUE SE CONSIDERE VÁLIDA?	R=NO DEBERÁ HABER UN PERIODO MAYOR A 30 DÍAS ENTRE SU EMISIÓN Y SU PRESENTACIÓN
4.	SECCIÓN II. PUNTO 4. 4.1 INCISO T. FIANZA DE GARANTÍA. ¿ESTE DOCUMENTO SÓLO DEBERÁ PRESENTARSE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL COMO CONSTANCIA DE QUE ESTAMOS DE ACUERDO CON EL TEXTO QUE CONTIENE?	R= SE INCLUIRÁ EN SU PROPUESTA EL FORMATO DEL ANEXO 11 IMPRESO EN HOJA MEMBRETADA
5.	SECCIÓN II. PUNTO 4. 4.1 INCISO U. CARTA NO SUJETO A GARANTÍA. ¿ESTE DOCUMENTO SÓLO DEBERÁ PRESENTARSE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL COMO CONSTANCIA DE QUE ESTAMOS DE ACUERDO CON EL TEXTO QUE CONTIENE?	R= SE INCLUIRÁ EN SU PROPUESTA CARTA NO SUJETO A GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO IMPRESO EN HOJA MEMBRETADA

*[Handwritten signatures and initials]*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LA-924016995-E108-2022**

6.	<p>ANEXO 1. PUNTO 9. CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. 1. FECHA DE ENTREGA. DE ACUERDO AL PANORAMA ACTUAL, DONDE ORIGINADO POR LA PANDEMIA LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y FABRICACIÓN SE HAN ALARGADO CONSIDERABLEMENTE DEBIDO A LA ESCASEZ DE MATERIAS PRIMAS, COMPONENTES MECÁNICOS, COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE EXTIENDA LA FECHA DE ENTREGA A 75 DÍAS NATURALES PARA LA MAYORÍA DE PARTIDAS, A EXCEPCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS QUE REQUIEREN TIEMPO DE ENTREGA MÁS AMPLIOS DE ACUERDO A LO INDICADO POR LOS FABRICANTES: PARTIDA 2. DESTILADOR TIPO CLÁSICO: SE REQUIERE TIEMPO DE ENTREGA DE 155 DÍAS NATURALES PARTIDA 5. TERMOBAÑO DE CIRCULACIÓN REFRIGERADO: SE REQUIERE TIEMPO DE ENTREGA DE 90 DÍAS NATURALES PARTIDA 8. TERMOBAÑO DE RECIRCULACIÓN: SE REQUIERE DE TIEMPO DE ENTREGA DE 120 DÍAS NATURALES</p>	<p>R= NO SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

3.-PREGUNTAS EFECTUADAS POR INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS ANALÍTICOS S.A. DE C.V.

NO.	TEXTO DE LA PREGUNTA	RESPUESTA
1.	<p>DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LÍNEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA ESTÁNDARES DE REFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-127-SSA1-2021, SIN EMBARGO, ESTA NORMA INFIERE PESTICIDAS DE DIFERENTES PROPIEDADES QUÍMICAS. POR LO CUAL ME PERMITO PREGUNTAR ¿CUÁL ES EL NOMBRE O LOS NOMBRES, ASÍ COMO LA CONCENTRACIÓN Y CANTIDAD DE LOS PESTICIDAS?</p>	<p>R= LOS ANALITOS SON: ALDRÍN DE 250 PPB DIELDRÍN DE 50 PPB CLORDANO (TOTAL DE ISÓMEROS) DE 100 PPB DDT (TOTAL DE ISÓMEROS) DE 100 PPB GAMMA-HCH (LINDANO) DE 100 PPB. HEXAFLOROBENCENO DE 100 PPB. HEPTACLORO DE 100 PPB. EPOXIDO DE HEPTACLORO DE 100 PPB. METOXICLORO DE 100 PPB 2,4 D DE 250 PPB CIPERMETRINA DE 100 PPB ENDOSULFÁN 1 DE 100 PPB ENDOSULFÁN 2 DE 100 PPB</p> <p>SE REQUIEREN 2 ML DE CADA UNO.</p>
2.	<p>DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LÍNEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA QUE INCLUYA INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO LA CUAL DEBE CONTAR CON VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN DE INSTRUMENTO AL PANEL DE GASES DE LABORATORIO, VERIFICAR FUGAS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PRUEBAS FUNCIONALES. ¿LA CONVOCANTE SERÍA LA RESPONSABLE DE TENER EN ORDEN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA y LOS DEMÁS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO? EN CASO DE SER ASÍ, ¿EL LICITANTE SOLO DEBERÁ VERIFICAR DICHA INSTALACIÓN?</p>	<p>R= SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
3.	<p>DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LÍNEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA KIT DE CONSUMIBLES: LINERS 4 PAQUETES. ¿EN REFERENTE A LA SOLICITUD INDICAR EL TAMAÑO, TIPO Y CANTIDAD DE LINER REQUERIDO?</p>	<p>R=LOS LINER QUE SEAN COMPATIBLES CON EL EQUIPO OFERTADO Y LAS TÉCNICAS A IMPLEMENTAR (SE REQUIEREN SPLIT Y SPLITLESS</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LA-924016995-E108-2022**

4.	DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LINEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA KIT DE CONSUMIBLES: VIALES DE 2 ML 10 PAQUETES. ¿EN REFERENTE A LA SOLICITUD INDICAR EL TIPO DE VIAL (AMBAR, TRANSPARENTE) Y EL TIPO DE TAPA ADECUADO PARA EL VIAL SELECCIONADO POR EL LICITANTE?	R= SE REQUIERE DE AMBOS, 7 PAQUETES DE COLOR ÁMBAR CON TAPA DE SELLO CRIMPADO Y 3 PAQUETES DE LOS TRASPARENTES CON SELLO DE SILICÓN CON ROSCA Y QUE AMBOS CUENTEN SON SEPTAS
5.	SECCIÓN II. PUNTO 4.2, ANEXO AF REFERENTE AL APARTADO DE FOLLETOS DEL INSTRUMENTO. ¿LA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL DEL FOLLETO ACEPTA TECNICISMOS COMO "LINER" EN LUGAR DE INCERTO, ETC.?	R=SÍ, SE ACEPTA SU PROPUESTA
6.	DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LINEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA CALIFICACIÓN IQ Y OQ, ENTENDIÉNDOSE LA PARTIDA DEL CROMATOGRÁFO. INDICAR SI EL ESPECTRÓMETRO DE MASAS SIMPLE CUADRUPOLO ISQ LT MARCA THERMOSCIENTIFIC TAMBIÉN DEBERÁ SER CALIFICADO EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EL CROMATOGRÁFO INCLUYENDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	R=SÍ, EL ESPECTRÓMETRO DE MASAS TAMBIÉN DEBERÁ SER CALIFICADO EN LAS MISMAS CONDICIONES DE CROMATÓGRAFO DE GASES CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AMBOS INCLUIDOS POR EL PROVEEDOR DEL GC.
7.	DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LINEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA PARA LA PURGA Y TRAMPA. TAMAÑO DEL VIAL: CAPACIDAD NOMINAL DE 40 ML, TAPA DE UN SOLO ORIFICIO CON SEPTUM DE SILICONA CON CUBIERTA DE PTFE, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA EPA; 3 3/4" DE ALTURA SIN TAPA NI SEPTUM; 1 1/16". EL ENUNCIADO REQUIERE MAYOR CERTIDUMBRE ¿INDICAR SI REFIERE A QUE SE ADICIONEN ESTOS TIPOS DE VIALES? EN CASO DE SER ASÍ, INDICAR LA CANTIDAD REQUERIDA.	R= SI SE REQUIERE QUE SE ADICIONEN LOS VIALES Y SE SOLICITAN 10 PAQUETES CON 43 PIEZAS DE 40 ML.
8.	DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LINEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA UN SISTEMA DE PURGA Y TRAMPA ACOPLADO A CROMATÓGRAFO DE GASES. EN CASO DE NO CONTAR CON EL MODELO INDICADO DEL SISTEMA DE PURGA Y TRAMPA PARA ENTREGA INMEDIATA ¿SE PUEDE OFERTAR UNO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES?	R= SÍ, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON AMBOS INSTRUMENTOS.
9.	DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LINEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA CONTAR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD. INDICAR LOS DETALLES REFERENTES A MATERIA DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA LICITACIÓN	R=CON RESPECTO AL DETECTOR DE CAPTURA DE ELECTRONES, DE SER NECESARIO SE REQUIERE QUE CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS DE LA CNSNS PARA SU IMPORTACIÓN E INSTALACIÓN.
10.	DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LINEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA MARCA CONOCIDA SUSTENTABLE PARA EL CAMBIO DE REFACCIONES. INDICAR A QUE REFIERE CUANDO MENCIONA "MARCA SUSTENTABLE" PARA EL CAMBIO DE REFACCIONES.	R=SE REFIERE A QUE SE GARANTICE LA EXISTENCIA DE LOS CONSUMIBLES DURANTE EL TIEMPO DE VIDA DEL EQUIPO.
11.	DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LINEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA ALIMENTACIÓN: 110V- 220V, 60 HZ, CLAVIJA ELÉCTRICA TIPO B, NEMA 5, DE 3 POLOS. ¿EL DETALLE ELÉCTRICO MENCIONADO HACE REFERENCIA A LA INSTALACIÓN YA PRESENTE EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ? O ¿POR EL CONTRARIO INDICA QUE EL PROVEEDOR DEBE REALIZAR ESTE CAMBIO?	R=EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA YA SE CUENTA CON CONTACTOS A 120 V Y 220 V DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO.
12.	DE ACUERDO CON EL ANEXO 1, LINEA 7. CLAVE I060200194-1. EL REFERENTE INDICA PC DELL OPTIPLEX XE2 I7 RAM 32GB HD 1TB HD O SUPERIOR, TANTO PARA EL CROMATÓGRAFO COMO PARA LA PURGA Y TRAMPA. ENTENDIÉNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE PURGA Y TRAMPA EN CONJUNTO	R= SÓLO SE REQUIERE QUE INCLUYA UNA COMPUTADORA DESDE LA CUAL SE PUEDAN CONTROLAR TANTO EL CROMATÓGRAFO COMO EL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LA-924016995-E108-2022**

	CON EL CROMATOGRAFO SE CONTROLA DESDE UNA SOLA COMPUTADORA ¿LA CONVOCANTE PUEDE INDICAR LA NECESIDAD DE SOLO CONTAR CON UNA O CON MÁS COMPUTADORAS?	ESPECTRÓMETRO DE MASAS Y EL PURGA Y TRAMPA.
13.	DE ACUERDO A LA SECCIÓN II, NÚMERAL 4.1, INCISO T, ANEXO 11. REFERENTE A LA GARANTÍA. PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, DICHO DOCUMENTO ¿DEBERÁ FIRMARSE SOLO COMO DE CONOCIMIENTO? O BIEN ¿DEBE INCLUIRSE CON DATOS PROPIOS DE LA AFIANZADORA SIN CONTAR AÚN CON LA CERTEZA DE ADJUDICACIÓN? O POR EL CONTRARIO ¿EL ANEXO DEBERÁ FIRMARSE DE CONOCIMIENTO Y ANEXARSE A LA ENTREGA FÍSICA?	R= SE INCLUIRÁ EN SU PROPUESTA EL FORMATO DEL ANEXO 11 IMPRESO EN HOJA MEMBRETADA
14.	DE ACUERDO A LA SECCIÓN II, NÚMERAL 4.1, INCISO V, ANEXAR MEMORIA. DERIVADO A QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LA PROPUESTA SE ENCUENTRE EN HOJAS MEMBRETADAS, FIRMADAS Y RUBRICADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL ASÍ COMO CON EL FOLIO CONSECUTIVO ¿LA PROPUESTA QUE SE ANEXE EN ELECTRÓNICO PODRÁ IR SIN FIRMAS, RUBRICAS, FOLIO Y SIN EL MEMBRETE DE LA EMPRESA LICITANTE? EN CASO CONTRARIO INDICAR LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ENTREGA EN ELECTRÓNICO.	R=SE ACEPTA SU PROPUESTA
15.	DE ACUERDO A LA SECCIÓN II, NÚMERAL 4.1, INCISO AG FOLLETOS. ENTENDIÉNDOSE QUE EL FOLLETO DEBE ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL ¿ESTÁ CONDICIÓN INCLUYE A LOS PIE DE FOTOGRAFÍA? O EN SU CONTRARIO ¿LAS FOTOGRAFÍAS Y BOCETOS PUEDEN QUEDARSE CON LA INDICACIÓN EN EL IDIOMA DE ORIGEN?	R=LAS FOTOGRAFÍAS Y BOCETOS PUEDEN VENIR EN EL IDIOMA DE ORIGEN.

ESTA CONVOCANTE CONSIDERA QUE LAS RESPUESTAS QUE FUERON OTORGADAS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN A LOS CUESTIONAMIENTOS O DUDAS Y QUE SE LE PROPORCIONO TODA LA INFORMACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIONES IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN RAZÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, EN ESTE ACTO SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES DE ESTA LICITACIÓN, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

EVENTO	FECHA	HORA
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	21 DE DICIEMBRE DE 2022	A LAS 10:00 HORAS

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://compranet.hacienda.gob.mx/> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. ASIMISMO SE ENTREGARA UNA COPIA A LOS PRESENTES Y SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ EN: EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD UBICADO EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA O POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

SE DIO POR TERMINADA ESTA ULTIMA JUNTA, SIENDO LAS 11:45 HORAS, DEL DÍA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ

*(Handwritten signatures and initials)*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LA-924016995-E108-2022**

ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO.

ESTA ACTA CONSTA DE 07 HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

**POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
ING. CARLOS FEDERICO CARRANZA BENÍTEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
QUIM. CAMELIA TERÁN LABASTIDA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
C.P. MAURICIO JULIÁN CAMACHO HERNÁNDEZ	POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
LIC. ALEJANDRO RODRÍGUEZ IZAGUIRRE	POR LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	FIRMA
CP. MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS AUDITOR INTERNO	

----- FIN DEL ACTA -----