



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

**SERVICIOS
DE SALUD**

LICITACIÓN PÚBLICA No. LA-924016995-E022-2021

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
"PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS"**

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 02 DE JULIO 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, EN ESTA CIUDAD, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. **LA-924016995-E022-2021**.

PRESIDE EL ACTO EL C. LIC. ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, FUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS; ESTA PRESENTE POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EL C.P. MAURICIO JULIÁN CAMACHO HERNÁNDEZ, POR EL ÁREA ASESORA LA C. LIC. SACRLET NANCY SANCHEZ MUÑOZ, ASESOR JURÍDICO; Y POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL C. ING. MARTIN NICOLÁS GASCÓN MATA., AUDITOR INTERNO; SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PARTICIPANTES INSCRITOS:

- 1.- LABORATORIOS LICON S.A.
- 2.- COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.

A PETICIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS SE SOLICITA RECESO PARA LA PRESENTE JUNTA DEBIDO AL GRAN NUMERO DE PREGUNTAS RECIBIDAS POR PARTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE DAR CABAL RESPUESTA A CADA UNA DE ELLAS.

SE CITA EL DÍA 05 DE JULIO DEL 2021 A LAS 13:00 HORAS PARA REANUDAR LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO.


LICITACIÓN PÚBLICA No. LA-924016995-E022-2021

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS"

Página 1 de 2

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN A CONTINUACIÓN. DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO A LAS 9:23 HORAS DEL DÍA 2 DE JULIO DEL 2021.

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ



C. LIC. ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÁREA CONTABLE



C. C.P. MAURICIO JULIÁN CAMACHO HERNÁNDEZ
POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD

POR EL AREA ASESORA




C. LIC. SACRELET NANCY SANCHEZ MUÑOZ
ASESOR JURIDICO

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



C. ING. MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

PARTICIPANTES



LABORATORIOS LICON S.A.



COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

**SERVICIOS
DE SALUD**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-924016995-E022-2021

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
"PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y OTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS"**

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, EN ESTA CIUDAD, LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-924016995-E022-2021.

PRESIDE EL ACTO EL C. LIC. ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, FUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS; POR EL ÁREA TÉCNICA EL Q.F.B SERGIO OLIMPO RODRÍGUEZ VIDAL JEFE DE DEPTO. DEL CETS, Y EL Q.B.P ANTONIO MARTÍNEZ GOVEA, JEFE DE DEPTO. DE APOYO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ASÍ MISMO ESTA PRESENTE POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LA C. C.P. CELENE MORENO JUÁREZ, POR EL ÁREA ASESORA LA C. LIC. SCARLET NANCY SÁNCHEZ MUÑOZ, ASESOR JURÍDICO; Y POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL ING. MARTIN NICOLÁS GASCÓN MATA. AUDITOR INTERNO.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN ANTES CITADA, EN EL ORDEN SIGUIENTE:

POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1. LA CONVOCANTE ACLARA QUE AQUELLOS PROVEEDORES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE ATRASO EN LA ENTREGA DE INSUMOS DERIVADOS DE OTROS PROCESOS, SEAN DE LICITACIÓN, INVITACIÓN Y/O COMPRA DIRECTA, **NO SERA RECIBIDA SU PROPUESTA EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**, POR LO QUE SE LES RECOMIENDA REGULARIZAR EN FORMA INMEDIATA SU SITUACIÓN A EFECTO QUE PUEDAN PARTICIPAR LIBREMENTE EN ESTE PROCESO.
2. DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS 9 Y 10 DE LA SECCIÓN III DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN (LUGAR Y TIEMPO DE SERVICIO), NO SE AUTORIZARAN LOS BIENES ADJUDICADOS SI NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO ESPECIFICADO EN LOS PUNTOS 1 Y 2 DE LA MISMA SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, RELATIVO A LA FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZA.
3. REFERENTE AL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN III DE LAS CONVOCATORIA DE LICITACIÓN LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁN DE PRESENTAR APARTE DE LA DOCUMENTACIÓN

SOLICITADA EN ESTE PUNTO, COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DEL 10% CON IVA INCLUIDO DEL TOTAL DE SERVICIOS ADJUDICADOS, DEBIDAMENTE SELLADA POR EL ÁREA JURÍDICA.

4. LA CONVOCANTE ACLARA QUE TODA FACTURA DEBE CONTENER DENTRO DEL CUERPO DE LA MISMA, EL MÉTODO DE PAGO: CONCEPTO 03 TRANSFERENCIA DE FONDOS Y DEBERÁ ANEXAR LOS SIGUIENTES DATOS:

- RAZÓN SOCIAL
- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)
- NOMBRE DEL BANCO
- SUCURSAL Y/O PLAZA
- CLABE INTERBANCARIA
- CUENTA BANCARIA
- NOMBRE DE UN CONTACTO
- CORREO ELECTRÓNICO DE UN CONTACTO

5. LA CONVOCANTE ACLARA QUE ADEMÁS DE PRESENTAR LO SOLICITADO EN LA SECCIÓN III, PUNTO 4 FACTURACIÓN, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR EN 5 TANTOS LA HOJA DE VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL QUE EMITE EL SAT EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>.

6. SE HACE LA INVITACIÓN A LOS PARTICIPANTES A INSCRIBIRSE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ CON LA FINALIDAD DE PODER INVITARLOS A AQUELLOS PROCESOS QUE SON LLEVADOS ACABO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, DICHA INSCRIPCIÓN PODRÁ LLEVARSE ACABADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTA DEPENDENCIA.

RESPECTO A LOS SIGUIENTES ANEXOS LAS ÁREAS TÉCNICAS REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES

ACLARACIONES

ANEXO 1A

FAVOR DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE ARTÍCULO Y EQUIPAMIENTO

13. CARGA VIRAL

EQUIPAMIENTO NECESARIO

Sistema de Biología Molecular para PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) en Tiempo Real completamente automatizado.
Sistema que integra la extracción, purificación, amplificación y detección de ácidos nucleicos en un solo cartucho.
Equipo con módulos totalmente independientes que permite el acceso aleatorio para diferentes pruebas (múltiples patógenos) al mismo tiempo.
Sistema de cartucho individual y desechable.

No requiere áreas específicas de Biología Molecular, ni reactivos adicionales.
Equipo que elimina la necesidad de trabajar las muestras por lote.
No requiere equipamiento extra, ni kits para extracción de ácidos nucleicos.
Los cartuchos contienen todo lo necesario para el ensayo, lo que minimiza la contaminación cruzada
Resultados que van de los 30 minutos hasta 2.5 horas.
Incluye computadora, no-break e impresora.
Software de diagnóstico completamente automatizado, eliminando la interpretación por el usuario.
Sobre la prueba de carga Viral HIV
a) Sistema que integra la PCR en un cartucho.
b) Está validado para todas las muestras de los subtipos A, B, C, D, AE, F, G, H; AB, AG, J y K del grupo M y de los grupos N y O.
c) El ensayo HIV-1 VL contiene reactivos para la detección de ARN del HIV-1 en las muestras, y dos controles internos que se utilizan para la cuantificación del ARN del HIV-1.
d) Los controles de calidad de cada prueba incluye un control de adecuación del volumen de la muestra (SVA), un estándar cuantitativo interno alto y bajo (IQS-H y IQS-L), que también es un control de procesamiento de la muestra (SPC), y un control de comprobación de sondas (PCC).
e) Límite de Detección en plasma con ACD fue 15,8copias/mL
f) Límite de Cuantificación inferior del ensayo es de 40 copias/mL
g) Los cartuchos y reactivos se almacenan a una temperatura entre 2°C a 28°C.
h) Sistemas de automatizan que integran la preparación de muestras, la extracción y amplificación de ácidos nucleicos y la detección de la secuencia diana en muestras simples o complejas mediante ensayos de PCR con transcripción inversa (RT-PCR) en tiempo real.
i) Reporta valores en copias y Logaritmo base 10.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODULO
1. Módulos de Instrumento que permiten el procesamiento automatizado de la muestra en el cartucho y el llenado del tubo con la mezcla de la muestra y los reactivos para la PCR.
2. El módulo contiene Valve drive (Motor de la válvula), hace que el cuerpo de la válvula del cartucho gire a las diferentes cámaras del cartucho.
3. El módulo contiene, Ultrasonic horn (Indicador ultrasónico): induce la lisis de la muestra.
El módulo contiene I-CORE® module (Módulo I-CORE®): (reacción óptica inteligente de enfriamiento y calentamiento) es el componente de hardware en el interior de cada módulo del instrumento que realiza la amplificación por PCR y la detección de fluorescencia.

DETERMINACIONES A REALIZAR:

CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD
F16457	Kit de Reactivo para determinar carga viral HIV-1. Incluye consumibles	KIT CON 10	20

CADUCIDAD REQUERIDA: 12 MESES.

UNIDADES A EQUIPAR

ÁREA	NUMERO DE UNIDADES	NOMBRE DE LAS UNIDADES	MUNICIPIO
Carga viral	1	Laboratorio Estatal de Salud Publica	San Luis Potosí

ANEXO 1B

ACLARACIÓN EN EL PUNTO 7. INMUNOLOGIA

La Propuesta deberá constar de 2 equipos analizadores, de los cuales uno se instalara en el banco de sangre de la unidad y el otro en el laboratorio clínico del mismo hospital.

ACLARACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE INFORMÁTICO DE LABORATORIO

Favor de incluir que se requiere sistema digital y computadoras (CPU, monitor, teclado y mouse) dentro del hospital el cual tenga acceso por medio de la red del hospital a nuestro ordenador para la consulta de resultados en los diferentes servicios como son las áreas de, lactantes, escolares, neonatología, medicina hombres, medicina mujeres, cirugía hombres, cirugía mujeres, ginecología, terapia intensiva, terapia pediátrica, trasplantes, consulta externa, reumatología, y 2 computadoras las cuales constan de 2 CPU, 2 monitores, 2 teclados y 2 mouse, para las recepcionistas de consulta externa las cuales atienden la programación de citas a pacientes ambulatorios.

ASÍ MISMO SE CANCELA POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE LAS SIGUIENTES CLAVES PARA SU ADQUISICIÓN:

CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD SOLICITADA
F1185	MEDIO BASE OXFORD SUPLEMENTADO	FRASCO 500 G	6
080.610.0533	AGAR NUTRITIVO MEDIO DE CULTIVO SIMPLE PARA EL AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS C	FRASCO CON 450G	2

F694	AGAR DE SOYA Y TRIPTICASA TA	FRASCO CON 450G	10
080.610.2604	AGAR PARA METODP ESTANDAR PARA CUENTA MICROBIANA TOTAL EN LA LECHE TA	080.610.2604	8

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS HECHAS POR LOS PARTICIPANTES PARA LA PRESENTE LICITACIÓN:

PREGUNTAS DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA PROHLAB S.A. DE C.V.

1.- EN RELACIÓN AL CARÁCTER NACIONAL DE LA LICITACIÓN. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN, DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SON DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

2.- EN RELACIÓN AL CALENDARIO DE LICITACION EN EL CUAL SE INDICA QUE EL LIMITE DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN UN PLAZO DE 45-60 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL FALLO, DEBIDO A QUE VARIAS CLAVES SOLICITADAS SON DE IMPORTACIÓN Y SU PROCESO DE SURTIMIENTO ES MAS LENTO. ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, FAVOR DE INDICAR LAS CLAVES QUE PUEDAN PRESENTAR LO ANTES MENCIONADO.

3.- EN EL PUNTO 1 "TIPO DE CONTRATACIÓN", DE LA SECCIÓN I, SE SEÑALA QUE LA ADJUDICACIÓN SERA POR RENGLON, SIN EMBARGO EN LOS ANEXOS 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, Y 1F, LOS RENGLONES ESTAN AGRUPADOS POR PAQUETES. ENTENDEMOS QUE SE ADJUDICARAN TODOS LOS RENGLONES COMPLETOS DE CADA PAQUETE AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: LA ADJUDICACION SE REALIZARÁ POR PAQUETE DE RENGLONES

4.- EN RELACIÓN AL PUNTO 4.1 INCISO D DE LA SECCION II DONDE DICE: CUANDO SE TRATE DE DISTRIBUIDORES PRIMARIOS, ESTOS DEBERÁN ACREDITAR FEHACIENTEMENTE QUE EL FABRICANTE DEL CUAL VAN A DISTRIBUIR SUS PRODUCTOS, CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y QUE SE OBLIGA SOLIDARIAMENTE CON EL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LA OFERTA PRESENTADA RESPECTO AL ANEXO 1, DE ESTA LICITACIÓN, ANEXO 7 EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE, QUIEN DEBERÁ EXTENDER UN DOCUMENTO (EN ORIGINAL DEL FABRICANTE) DE RESPALDO EN EL CUAL SEÑALE TODOS LOS RENGLONES QUE RESPALDE A SU REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. LOS DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO SE PRESENTEN, TENDRÁN QUE SER EN ORIGINAL SEÑALANDO ESTA LICITACIÓN EN ESPECÍFICO, EL

NÚMERO DE PARTIDAS QUE DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS BIENES QUE LO INTEGRAN Y QUE SE COTICE, NO ACEPTANDO COPIAS FOTOSTÁTICAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA DE RESPALDO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DEL DISTRIBUIDOR MAYORITARIO SIEMPRE Y CUANDO TAMBIEN SE ADJUNTE LA CARTA DEL FABRICANTE HACIA EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR MAYORITARIO. ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

5.- EL PUNTO 4.1 INCISO L, SECCIÓN II SEÑALA QUE: EL PERIODO DE CADUCIDAD DE LOS INSUMOS NO DEBERÁ SER MENOR DE 18 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNO DE LOS ALMACENES Y LUGARES SEÑALADOS EN LA SECCIÓN III, NUMERAL 8 DE LAS PRESENTES BASES PARA SU RECEPCIÓN. SIN EMBARGO EN EL ANEXO 1A AL FINAL DE LOS PAQUETES 11. SUSTANCIAS QUIMICAS LABORATORIOS, 12. MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO CLINICO Y CETS, 14.- ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, 15- BIOLOGIA MOLECULAR LESP Y 16.- MEDIOS DE CULTIVO LESP RESPECTIVAMENTE SE SEÑALA QUE SE SOLICITAN LOS BIENES CON CADUCIDADES MINIMAS 12 MESES. ENTENDEMOS QUE PARA EL CASO DE DICHOS PAQUETES LA CADUCIDAD ACEPTADA ES LA DE 12 MESES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTA.

6.- EN RELACIÓN A LOS PAQUETES 11. SUSTANCIAS QUIMICAS LABORATORIOS, 14.- ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, 15- BIOLOGIA MOLECULAR LESP Y 16.- MEDIOS DE CULTIVO LESP DEL ANEXO 1 A. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTEN CADUCIDADES MINIMAS DE 8 MESES DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS ESTOS SON FABRICADOS CON CADUCIDADES CORTAS. ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA. FAVOR DE INDICAR LOS RENGLONES QUE PUDIERAN SER SUSCEPTIBLES DE DICHA OBSERVACIÓN.

7.- EN EL PUNTO 4.1 INCISO S, SECCION II, DICE: ANEXO 11, FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR UN AÑO DE ACUERDO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE ABRIL DE 2013.

DEBEMOS ENTENDER QUE BASTA CON PRESENTAR EL ANEXO EN HOJA MEMBRETADA FIRMANDO EL FORMATO COMO ACEPTACIÓN DE TERMININOS Y EN CASO DE SALIR ASIGNADOS ENTONCES SI ENTREGAR LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

8.- EN EL PUNTO 4.1 INCISO G Y Z, SECCIÓN II, SE SOLICITAN LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES OFERTADOS EN AMBOS INCISOS, DEBEMOS DE INCLUIR LOS REGISTROS SANITARIOS EN CADA UNO DE LOS INCISOS O CON QUE SE INCLUYAN EN CUALQUIERA DE LOS DOS INCISOS BASTARA?

R: PUEDE INCLUIRLOS UNA VEZ SEÑALANDO QUE CORRESPONDE A AMBOS INCISOS EN CASO DE SER LA CUESTIÓN

9.- EN RELACIÓN AL PUNTO 4.1, INCISO R, SECCIÓN II. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUISITADO EN ESTE PUNTO, BASTARA CON PRESENTAR, LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EMITIDA POR EL INFONVIT, LA CUAL DEBE SER POSITIVA Y VIGENTE. ¿ES CORRECTO?

R:EL PUNTO R SE REFIERE A LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ANTE INFONAVIT, IMSS Y EL SAT

10.- EN RELACIÓN AL PUNTO 4.1, INCISO R, SECCIÓN II. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS INDIQUE, QUE DOCUMENTO SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO.

R: YA FUE CONTESTADA EN LA PREGUNTA ANTERIOR

11.- EN EL PUNTO 4.1 INCISO AE, SECCIÓN II, SE INDICA QUE SE DEBE DE INCLUIR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE SON DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS BIENES QUE OFERTAN Y ENTREGARAN SERÁ PRODUCIDO EN MÉXICO Y CUENTAN CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UN ESCRITO MANIFESTANDO LA PROCEDENCIA EXTRANJERA PARA EL CASO DE LOS BIENES QUE SEAN DE IMPORTACIÓN. ¿SE ACEPTA?

R: BASTARA CON CERTIFICADO DE LIBRE VENTA

12.- EN RELACIÓN AL ANEXO 1A, PAQUETE 11 SUSTANCIAS QUIMICAS LABORATORIOS, CLAVE F17919 LA CUAL DICE: PAQUETE C/100 SOBRES C/U CON 3 PIEZAS DE APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN ESTERIL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: PAQUETE C/100 SOBRES C/U CON 3 PIEZAS DE APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTERIL. ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

13.- EN RELACIÓN AL ANEXO 1A PAQUETE 12. MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO CLINICO Y CETS, CLAVE 080.510.0613. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE MEDIDA DEL VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO REFRACTARIO CON GRADUACIÓN.

R: 250 mL

14.- EN RELACIÓN AL PAQUETE 15.-BIOLOGIA MOLECULAR LESP, ANEXO 1A, CLAVE F15960. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA MEDIDA DEL TUBO TIPO EPPENDORFF LIBRES DE DNASA, RNASA (BOLSA CON 500).

R: 1500 uL

PREGUNTAS DEL LICITANTE: COMERCIALIZADORA DICLinsa S.A. DE C.V.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS.

1. PUNTO 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA.

INCISO I) EL PERIODO DE CADUCIDAD DE LOS INSUMOS NO DEBERÁ SER MENOR DE 18 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNO DE LOS ALMACENES Y LUGARES SEÑALADOS EN LA SECCIÓN III, NUMERAL 8 DE LAS PRESENTES BASES PARA SU RECEPCIÓN; CONFORME AL ANEXO 5.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE CONSIDERAR LA ENTREGA DE INSUMOS CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES JUNTO CON CARTA CANJE PARA ATENDER EN CASO DE QUE LOS BIENES NO SEAN CONSUMIDOS EN SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

2. ANEXO 1C

NO.	PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
5	25101	F1745	ANTÍGENO ROSA DE BENGALA PARA 50 PRUEBAS	ENVASE CON 50 PRUEBAS.	294

SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE CONSIDERAR LA OFERTA DE CLAVE 080.074.1456.05.01 ANTIGENO TEÑIDO CON ROSA DE BENGALA, AGLUTINACION EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS, RTC 150 PRUEBAS, HACIENDO LA DEBIDA CONVERSIÓN PARA CUBRIR LA NECESIDAD REQUERIDA ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, MIENTRAS CUENTE CON VALIDACIÓN INDRE.

PREGUNTAS DEL LICITANTE: IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.

1.- ANEXO 1A. ÁREA GASOMETRÍA, EQUIPO 1, ANALIZADOR PARA GASOMETRÍA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: OPCIÓN 1: SOLICITAN 2.- PARÁMETROS MEDIDOS QUE SEAN: PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, LACTATO, GLUCOSA, CTBIL, HEMATOCRITO Y PARÁMETROS DE COOXIMETRÍA (CTHB, SO2, Y LAS FRACCIONES DE HEMOGLOBINA FO2HB, FCOHB, FMETHB, FHFB Y FHB) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR EL CUAL REALIZA LA DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINAS EN LUGAR DE LA FHB, Y ASÍ PODER CONTAR CON UN PARÁMETRO QUE SEA ÚTIL EN PACIENTES NEONATOS, PEDIATRAS, ADULTOS Y NO SOLO EN PACIENTES NEONATOS ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, SIN EXCLUIR LO SOLICITADO INICIALMENTE.

2.- ANEXO 1A. AREA GASOMETRÍA, EQUIPO 1, ANALIZADOR PARA GASOMETRÍA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: OPCIÓN 1: SOLICITAN 6.- REQUIERE 95 ML DE MUESTRA PARA LOS ESTUDIOS COMPLETOS (GASES + ELECTROLITOS + METABOLITOS Y COOXIMETRÍA). ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR EL CUAL REALIZA EL ANÁLISIS DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS CON SOLO 150 UL Y MICROMUESTRA DE 65 UL? ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, SIN EXCLUIR LO SOLICITADO INICIALMENTE.

3.- ANEXO 1A. AREA GASOMETRÍA, EQUIPO 2, OPCIÓN 1: SISTEMA ANALIZADOR DE MUESTRAS SANGUÍNEAS PARA GASOMETRÍA, SOLICITAN: 3.- VOLUMEN DE MUESTRA DE 92 µL ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR EL CUAL REALIZA EL ANÁLISIS DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS CON SOLO 150 UL Y MICROMUESTRA DE 65 UL? ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, SIN EXCLUIR LO SOLICITADO INICIALMENTE.

4.- ANEXO 1A. AREA GASOMETRÍA, EQUIPO 2, OPCIÓN 1: SISTEMA ANALIZADOR DE MUESTRAS SANGUÍNEAS PARA GASOMETRÍA, SOLICITAN: 4.- TIEMPO DE PROCESO DE LA MUESTRA: 35 SEG. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR DE GASES EL CUAL REALIZA EL ESTUDIO EN SOLO 85 SEGUNDOS, EN LOS CUALES REALIZA EL LAVADO Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DESPUÉS DE CADA MUESTRA, OFRECIENDO MAS CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS POR VERIFICACIONES POR MUESTRA? ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, SIN EXCLUIR LO SOLICITADO INICIALMENTE.

5.- ANEXO 1A. AREA GASOMETRÍA, EQUIPO 2, OPCIÓN 1: SISTEMA ANALIZADOR DE MUESTRAS SANGUÍNEAS PARA GASOMETRÍA, SOLICITAN: 6.- CONTROLES: EUROTROL GAS-ISE PARA METABOLITOS Y EUROTROL PARA HEMATOCRITO ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR EL CUAL REALIZA EL CONTROL DE CALIDAD CON LAS SOLUCIONES INTERNAS DEL CARTUCHO DE REACTIVOS, LAS CUALES CUENTAN CON TRAZABILIDAD NIST Y ASÍ EVITAR EL USO DE AMPOLLETAS EXTERNAS ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, SIN EXCLUIR LO SOLICITADO INICIALMENTE.

6.- ANEXO 1A. AREA GASOMETRÍA, EQUIPO 2, OPCIÓN 1: SISTEMA ANALIZADOR DE MUESTRAS SANGUÍNEAS PARA GASOMETRÍA, SOLICITAN: 10.- BATERÍA CON RENDIMIENTO DE HASTA 70 TARJETAS DE PRUEBA ¿PODEMOS OFERTAR ANALIZADOR EL CUAL CUENTA CON BATERÍA INTERNA Y PROPORCIONAR REGULADOR NOBREAK EXTERNO PARA MANTENER EL TRABAJO DEL ANALIZADOR EN CASO DE CORTE DE CORRIENTE ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, SIN EXCLUIR LO SOLICITADO INICIALMENTE.

7.- ANEXO 1A. AREA GASOMETRÍA, EQUIPO 2, OPCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1.- EQUIPO PORTÁTIL PARA ÁREA COVID O TERAPIA INTENSIVA ¿PODEMOS OFERTAR ANALIZADOR DE GASES PORTÁTIL EL CUAL REALIZA EL ANÁLISIS DE PH, GASES, ELECTROLITOS (SODIO, POTASIO Y CALCIO IÓNICO), METABOLITOS (GLUCOSA Y LACTATO) Y HEMATOCRITO, CON SOLO UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 150 UL Y SOLO 85 SEGUNDOS, SIN MANTENIMIENTO POR PARTE DE LOS USUARIOS Y CON CONTENEDOR DE DESECHOS SELLADO Y DENTRO DEL CARTUCHO DE SOLUCIONES ALEJADO DE LOS USUARIOS PARA SU PROTECCIÓN, CON MEMORIA DE MAS DE 6,000 RESULTADOS Y CONTROL DE CALIDAD AUTOMÁTICO EL CUAL REALIZA LA VERIFICACIÓN CON SOLUCIONES LÍQUIDAS, DETECCIÓN, CORRECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ERRORES DE FORMA AUTOMÁTICA? ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, SIN EXCLUIR LO SOLICITADO INICIALMENTE.

8.- ANEXO 1B. 3.-AREA GASOMETRÍA, OPCION 2, 2.ANALIZADOR PARA GASOMETRÍA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SOLICITAN PUNTO 2.- PARÁMETROS MEDIDOS QUE SEAN: PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, LACTATO, GLUCOSA, CTBIL, HEMATOCRITO Y PARÁMETROS DE COOXIMETRÍA (CTHB, SO2, Y LAS FRACCIONES DE HEMOGLOBINA FO2HB, FCOHB, FMETHB, FHMB Y FHBF) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR EL CUAL REALIZA LA DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINAS EN LUGAR DE LA FHBF, Y ASÍ PODER CONTAR CON UN PARÁMETRO QUE SEA ÚTIL EN PACIENTES NEONATOS, PEDIATRAS, ADULTOS Y NO SOLO EN PACIENTES NEONATOS ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, SIN EXCLUIR LO SOLICITADO INICIALMENTE.

9.- ANEXO 1B. ÁREA GASOMETRÍA, EQUIPO 1, ANALIZADOR PARA GASOMETRÍA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: OPCIÓN 2: SOLICITAN PUNTO 6.- REQUIERE 95 ML DE MUESTRA PARA LOS ESTUDIOS COMPLETOS (GASES + ELECTROLITOS + METABOLITOS Y COOXIMETRÍA). ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR EL CUAL REALIZA EL ANÁLISIS DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS CON SOLO 150 UL Y MICROMUESTRA DE 65 UL? ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, SIN EXCLUIR LO SOLICITADO INICIALMENTE.

PREGUNTAS COAGULACIÓN:

10.-DENTRO DEL ANEXO 1A INDICAN "SERA INDISPENSABLE QUE EL PROVEEDOR QUE MUESTRE INTERÉS EN LA PRESENTE, COTICE EN LA TOTALIDAD LOS ARTÍCULOS Y EQUIPOS SOLICITADOS EN CADA PAQUETE O ÁREA, PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN",

DENTRO DE CADA EQUIPO Y ÁREA SOLICITADA SE ENCUENTRAN VARIAS OPCIONES, ENTENDEMOS QUE CON OFERTAR UNA DE ESTAS OPCIONES PARA CADA EQUIPO (ALTA Y BAJA PRODUCTIVIDAD) ESTARÍAMOS CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTO, MIENTRAS CUMPLA CON EL PAQUETE DE RENGLONES COMPLETA SU PROPUESTA

11.-DENTRO DEL ANEXO 1A PUNTO 4. ÁREA COAGULACIÓN "DETERMINACIONES A REALIZAR" SOLICITAN:

25101	F1816 7	FIBRINÓGENO. EQUIPO DE REACTIVOS PARA MEDIR SU CONCENTRACIÓN EN EL PLASMA SANGUÍNEO, COMPUESTO DE TROMBINA, CON AMORTIGUADOR DE BARBITAL O CON SUSPENSIÓN DE CAOLÍN.	KIT	2	2
-------	------------	--	-----	---	---

NUESTRO REACTIVO DE FIBRINÓGENO DE CLAUSS TIENE LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

El kit Fibrinogen-C consta de:

Bovine thrombin: (Cat. No. 0020301110): 10 x 2 mL viales de Trombina Bovina liofilizada (35 UNIH/mL) con albúmina bovina, Cloruro Cálxico, tampón y estabilizantes.

CON LA PARTE MARCADA COMO "TAMPÓN Y ESTABILIZANTES" ESTAMOS CUBRIENDO LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTO

12.-DENTRO DEL ANEXO 1A PUNTO 4. ÁREA COAGULACIÓN "DETERMINACIÓN A REALIZAR" SOLICITAN:

25101	F1816 8	ANTÍGENO RELACIONADO AL FACTOR VIII. PARA MINIMO 20 PRUEBAS	CAJA	1	1
-------	------------	---	------	---	---

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PLASMA DEFICIENTE DE FVIII PARA LA DETERMINACIÓN DE FACTOR VIII POR TÉCNICA COAGULOMÉTRICA.

R: SE ACEPTA

13.- ANEXO 1B 4 ÁREA DE COAGULACIÓN, EQUIPAMIENTO OPCIÓN 2 RENGLÓN 6. PODEMOS OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO CON CAPACIDAD DE 40 POSICIONES DE REACTIVO Y 80 MUESTRAS A BORDO CON CARGA CONTINUA DE REACTIVOS Y MUESTRAS SIN DETENER EL PROCESO. Y MÁS DE CUATRO CANALES DE LECTURA ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

14.- SISTEMA DE INFORMATICO DE LABORATORIO "CARACTERISITICAS DEL SOFTWARE", LÍNEA 15.- RELACIÓN DE ESTUDIOS (REMISIÓN /FACTURA), EN LA PÁGINA 176 .

¿LA RELACIÓN CON LA FACTURA ES PORQUE HAY UN ERP CONTABLE AL CUAL NOS DEBEMOS INTERFAZAR? SI ES ASÍ ¿QUÉ ERP ES?

R: NO SE CUENTA CON ERP CONTABLE

15.- SISTEMA DE INFORMATICO DE LABORATORIO "CARACTERISITICAS DEL SOFTWARE", LÍNEA 20. REGISTRO DE DATOS CAPTURADOS POR: DATOS EN MEMORIA USB, DISCO FLEXIBLE, EN LA PÁGINA 176.

¿QUÉ SISTEMA REGISTRARA DATOS EN USB O DISCO FLEXIBLE, EXISTIRÁ LA POSIBILIDAD DE QUE HAYA OTRO SISTEMA EL CUAL CAPTURE DATOS PARA EL LABORATORIO?

R: NO HAY OTROS SISTEMAS

16.- SISTEMA DE INFORMATICO DE LABORATORIO "CARACTERISITICAS DEL SOFTWARE", LÍNEA 5. QUÍMICA CLÍNICA Y APARECE UNA LISTA DE ANALIZADORES, EN LA PÁGINA 177

¿EL LISTADO QUE SE MENCIONA SERÁN LOS EQUIPOS QUE SE DEBEN INTERFAZAR AL LIS O A QUE SE HACE REFERENCIA CON ESTE LISTADO DE ANALIZADORES?

R: SE HACE REFERENCIA A LA COMPATIBILIDAD DE EQUIPOS CON QUE CUENTA EL SOFTWARE ACTUALMENTE INSTALADO CON LOS EQUIPOS QUE CUENTA LA UNIDAD.

17.-SISTEMA DE INFORMATICO DE LABORATORIO "CARACTERISITICAS DEL SOFTWARE", LÍNEA 20 DESARROLLADO CON VISUAL STUDIO (VB Y VC++, #) Y BASE DE DATOS SQL, EN LA PÁGINA 177.

¿SE PUEDE OFRECER UN LIS DESARROLLADO CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN MÁS NUEVO, ACTUAL Y ROBUSTO AL IGUAL QUE OFRECER UNA BASE DE DATOS MÁS ROBUSTA Y CON MAYOR ESTABILIDAD?

R: SE ACEPTA, EL SOFTWARE QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPAMIENTO QUE OFERTE EL LICITANTE.

18.-SISTEMA DE INFORMATICO DE LABORATORIO "CARACTERISITICAS DEL SOFTWARE", LÍNEA 30. TOTALMENTE DESARROLLADO POR NUESTRA EMPRESA (INCLUYENDO INTERFACES BIDIRECCIONALES), EN LA PÁGINA 177

¿A QUÉ SE REFIERE ESTE PUNTO CON TOTALMENTE DESARROLLADA POR NUESTRA EMPRESA?

R: PUEDE SER DESARROLLADO O ADQUIRIDO POR EL LICITANTE, DE ACUERDO A LA COMPATIBILIDAD DE LOS EQUIPOS A OFERTAR.

19.-SISTEMA DE INFORMATICO DE LABORATORIO "CARACTERISITICAS DEL SOFTWARE"

¿SE PUEDEN ENUMERAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES PARA HACER MÁS FÁCIL LAS REFERENCIAS CON LOS MANUALES DE NUESTRO SISTEMA?

R: SE ACEPTA

20.- ANEXO 9 4.2. **DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA REFRENCIA AE) RENGLÓN 10.** ESCRITO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE SON DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS BIENES QUE OFERTAN Y ENTREGARAN SERÁ PRODUCIDO EN MÉXICO Y CUENTAN CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO.

ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LOS PRODUCTOS CUYA FABRICACIÓN ES 100 % DE ORIGEN EXTRANJERO, ESTARÁN EXENTOS DE ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE CONTENIDO NACIONAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: BASTARA CON CERTIFICADO DE LIBRE VENTA.

21.- DE ACUERDO AL ANEXO 1A Y ANEXO 1B INDICAN LA CANTIDAD DE PRUEBAS A REALIZAR EN CADA UNA DE LOS PAQUETE/ÁREAS,

SERIA TAN AMABLE DE INDICARNOS LA CANTIDAD DE PRUEBAS POR HOSPITAL PARA LAS PRUEBAS DE COAGULACION Y GASES, FAVOR DE PROPORCIONARNOS LA INFORMACIÓN

R: SE ANEXA TABLA

22.- DE ACUERDO AL ANEXO 1A Y ANEXO 1B INDICAN LA CANTIDAD DE PRUEBAS A REALIZAR EN CADA UNA DE LOS PAQUETE/ÁREAS,

SERIA TAN AMABLE DE INDICARNOS LA CANTIDAD DE PRUEBAS POR HOSPITAL PARA TODOS LOS PAQUETE DE ESTUDIOS, FAVOR DE PROPORCIONARNOS LA INFORMACIÓN.

R: SE ANEXA TABLA

23- EN EL PUNTO 4.1 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, EN EL INCISO G SOLICITAN COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO EN ANVERSO Y REVERSO DEL PRODUCTO POR CADA RENGLÓN QUE SE COTIZA;

ENTENDEMOS QUE PARA AQUELLOS PRODUCTOS CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO, PODEMOS PRESENTAR LA PUBLICACIÓN DEL DOF VIGENTE "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO, PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO", ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

PREGUNTAS DEL LICITANTE: LABORATORIO LICON S.A.

1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO ¿FAVOR DE ACLARAR?

R: VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2. PUNTO 4. PROPUESTA QUE CONTENDRÁ ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS NUMERAL 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA. INCISO G) COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO EN ANVERSO Y REVERSO DEL PRODUCTO POR CADA RENGLÓN QUE SE COTIZA, MISMO QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBERÁ ESTAR VIGENTE Y EN CASO DE MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO INICIAL, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA ULTIMA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN ESTAR LEGIBLES POR AMBOS LADOS, COMPLETO, DONDE OBRE FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD QUE LO EXPIDE (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE INSUMOS PARA LA SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL), CON LA AUTORIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN CORRECTA PARA LA PARTIDA OFERTADA Y QUE SE ENCUENTRE A NOMBRE DEL FABRICANTE. PARA AQUELLAS CLAVES QUE LAS REQUIERAN, (FOTOCOPIAS LEGIBLES ASÍ MISMO DEBERÁ SEÑALAR EL RENGLÓN AL CUAL PERTENECE DE ACUERDO AL LISTADO DE EL ANEXO 1, Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON MARCA TEXTOS FLUORESCENTES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS INSUMOS QUE DEBIDO A SU NATURALEZA NO REQUIEREN DE UN REGISTRO SANITARIO SE PRESENTE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

3. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 4 AREA COAGULACIÓN, ALTA PRODUCTIVIDAD; OPCIÓN 4. FAVOR DE CAPTURAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR, LAS CUALES DEBEN IGUAL O

SUPERAR LOS EQUIPOS PROPUESTOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, TIEMPO DE TROMBINA, FIBRINÓGENO, FACTORES DE COAGULACIÓN Y PRUEBAS ESPECIALES.

- 1.- PRUEBAS POR HORA: TP: 140 TP/TTPA: 140 FIBRINÓGENO 140
- 2.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE COÁGULO: ELECTROMAGNÉTICO "BALÍN" Y FOTO ÓPTICO. DENSIDAD ÓPTICA PARA LAS PRUEBAS CROMOGÉNICAS E INMUNOTURBIDIMÉTRICAS.
- 3.- ANÁLISIS DE PRUEBAS POR METODOLOGÍA COAGULOMETRICA, CROMOGÉNICAS E INMUNOTURBIDIMÉTRICAS.
- 4.- CAPACIDAD DE CARGA DE REACTIVOS: 31 VIALES DE REACTIVOS PUEDEN AÑADIRSE RACKS DE MUESTRAS INCLUSO DURANTE EL PROCESO DE ANÁLISIS. MÓDULO REFRIGERADO PARA REACTIVOS Y 4 POSICIONES CON AGITACIÓN.
- 5.- SISTEMA DE INCUBACIÓN PARA MUESTRAS Y REACTIVOS
- 6.- PIPETEADOR INTEGRADO PARA REACTIVOS Y MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO Y/O COPA O COPILLA
- 7.-CAPACIDAD DE CARGA DE MUESTRAS: 50 TUBOS DE MUESTRAS. CON CARGA CONTINUA DE RACKS QUE GARANTIZA UNA PRODUCTIVIDAD MÁXIMA. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS URGENTES EN CUALQUIER MOMENTO Y POSICIÓN. CUALQUIER TIPO DE TUBO, PEDIÁTRICOS, EPPENDORF Y DE DECANTACIÓN.
- 8.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD: LEVEY-JENNINGS – REGLAS DE WESTGARD. CONFIGURABLE, TRAZABILIDAD COMPLETA Y EXPORTACIÓN EN FORMATO CVS A EXCEL U OTROS PROGRAMAS.
- POSIBILIDAD DE AÑADIR UN COMENTARIO O ELIMINAR UN PUNTO.
- 9.- FUENTE DE LUZ: CUATRO LONGITUDES DE ONDA DIFERENTES (LED)
304 - 405 – 635 – 705 NM.
- 10.- LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO (TUBO PRIMARIO Y REACTIVO).
- 11.- GESTIÓN INTELIGENTE DE RESULTADOS CON ANÁLISIS CONDICIONAL (RÉFLEX TESTING).
- 12.- VOLUMEN DE MUESTRA: 25 µL MECÁNICO Y 50 µL ÓPTICO.
- 13.- VOLUMEN DE REACTIVO: 50 µL MECÁNICO Y 100 µL ÓPTICO.
- 14.- CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA.
- 15.- INTERFACE BIDIRECCIONAL.
- PANTALLA TÁCTIL DE 17" / WINDOWS 7
- 16.- CANALES DE MEDICIÓN: 4 MECÁNICOS Y 4 ÓPTICOS.
- 17.- PERIODO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS: 6 MESES, CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR FÁCILMENTE COPIAS DE SEGURIDAD EN SOPORTES EXTERNOS.
- 18.- DIMENSIONES: ANCHO 89 CM, PROFUNDIDAD 68 CM, ALTO 59 CM, PESO 65 KG.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA, SIN EXLCUIR LO INICIALMENTE SOLICITADO.

4. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 4 AREA COAGULACIÓN, BAJA PRODUCTIVIDAD; OPCIÓN 4, FAVOR DE CAPTURAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OFERTAR, LAS CUALES DEBEN IGUAL O

SUPERAR LOS EQUIPOS PROPUESTOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA: TIEMPO DE PROTOMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, TIEMPO DE TROMBINA, FIBRÍNOGENO, FACTORES DE COAGULACIÓN Y PRUEBAS ESPECIALES

- 1.- PRUEBAS POR HORA: TP 60.
- 2.- MÉTODO DE DETECCIÓN DE COÁGULO: MECÁNICO (ELECTROMECAÁNICO).
- 3.- SISTEMA DE INCUBACIÓN PARA MUESTRAS Y REACTIVOS.
- 4.- AREA DE INCUBACIÓN PARA 8 MUESTRAS Y 5 REACTIVOS.
- 5.- PIPETA ELECTRÓNICA EXTERNA PARA REACTIVOS.
- 6.- 12 POSICIONES DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS.
- 7.- VOLUMEN DE MUESTRA: 50 µL.
- 8.- VOLUMEN DE REACTIVOS: 50 A 100 µL.
- 9.- LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS OPCIONAL.
- 10.- COMUNICACIÓN UNIDIRECCIONAL.
- 11.- CORRIENTE ELÉCTRICA 120V / 60 HZ.
- 12.- MONITOR LCD INTEGRADO.
- 13.- IMPRESORA EXTERNA.
- 14.- TECLADO INTEGRADO.
- 15.- MANEJO DE MUESTRAS SIMPLES O POR DUPLICADO.
- 16.- CARGA CONTINUA PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS URGENTES.
- 17.- CANALES DE MEICION: 4 MECANICOS.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

5. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 4 AREA COAGULACIÓN, DETERMINACIONES A REALIZAR; PARTIDA 25101, CLAVE F18167 FIBRINÓGENO. EQUIPO DE REACTIVOS PARA MEDIR SU CONCENTRACIÓN EN EL PLASMA SANGUÍNEO, COMPUESTO DE TROMBINA, CON AMORTIGUADOR DE BARBITAL O CON SUSPENSIÓN DE CAOLÍN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES, NOS PERMITA OFERTAR UN REACTIVO DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, EL CUAL CONSTA DE UN REACTIVO LIOFILIZADO CON TROMBINA BOVINA, BUFFER DE IMIDAZOL, CLORURO DE SODIO Y COMO CALIBRADOR UN LIOFILIZADO DE PLASMA HUMANO CON CITRATO. ¿SE ACEPTA, NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

6. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 4 AREA COAGULACIÓN; DETERMINACIONES A REALIZAR PARTIDA 25101, CLAVE F18168, ANTÍGENO RELACIONADO AL FACTOR VIII. PARA MINIMO 20 PRUEBAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, PLASMA

DEFICIENTE DE FACTOR VIII CON UNA CAPACIDAD DE 100 PRUEBAS POR KIT. ¿SE ACEPTA, NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

7. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 4 AREA COAGULACIÓN, DETERMINACIONES A REALIZAR, PARTIDAS 25101, CLAVES: F17952, F17953, F18166, F18167, F18168. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE LA CANTIDAD DE PRUEBAS MENSUALES POR HOSPITAL QUE SOLICITAN PARA ESTAS DETERMINACIONES ¿FAVOR DE ACLARAR?

R: PARA ESTE PUNTO, LA ENTREGA SERA EN UAN EXHIBICION Y SE ANEXA EN TABLA A QUE UNIDADES CORRESPONDERIA.

8. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 7.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, ALTA PRODUCTIVIDAD EQUIPO1, OPCIÓN 3: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

ANALIZADOR DE TAMAÑO MEDIO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA REALIZAR LAS TÉCNICAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL PARA LAS PRUEBAS DE GRUPO SANGUÍNEO ABO/RH COMPLETO (HEMÁTICO Y SÉRICO), FENOTIPO RH+KELL, D DÉBIL, PRUEBA CRUZADA, ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, PRUEBAS ENZIMÁTICAS, TEST DE COOMBS DIRECTO, DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS ESPECIALES Y AUTOCONTROL.

- 1.- PANTALLA TÁCTIL EXTERNA PARA COLOCARSE EN AMBOS LATERALES DEL INSTRUMENTO
- 2.- MÁXIMA VELOCIDAD: 50 TARJETAS/HORA (400 RESULTADOS /HORA)
- 3.- CAPACIDAD DE 35 GRUPOS COMPLETOS/ HORA.
- 4.- ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS (I, II, III): 72 MUESTRAS/HORA
- 5.- TIPAJE Y ESCRUTINIO: 23 MUESTRAS/HORA
- 6.- 2 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN:
PARA PICOS DE TRABAJO CON 23 REACTIVOS (17 AGITADOS, 5 NO AGITADOS, 1 DILUYENTE Y 72 MUESTRAS).
PARA UN MENÚ MÁS COMPLETO CON 46 REACTIVOS (34 AGITADOS, 10 NO AGITADOS, 2 DILUYENTES Y 48 MUESTRAS).
- 7.- HASTA 200 TARJETAS DG GEL.
- 8.- DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS CON PROCESAMIENTO DE URGENCIAS.
- 9.- LAS TARJETAS SON TRANSPORTADAS HASTA EL LECTOR DONDE UNA CÁMARA TOMA LAS FOTOGRAFÍAS.
- 10.- INCUBACIÓN A LA TEMPERATURA REQUERIDA DE ACUERDO AL TIPO DE PRUEBA
- 11.- CUENTA CON DOS CENTRIFUGAS INDEPENDIENTES PARA 12 TARJETAS CADA UNA.
- 12.- UTILIZACIÓN DE CUALQUIER TAMAÑO DE TUBO PRIMARIO DE PLÁSTICO O VIDRIO YA QUE MANEJA DIMENSIONES: $9 \leq \varnothing \leq 16$ MM Y LONGITUD ≤ 100 MM.
- 13.- CONECTIVIDAD BIDIRECCIONAL AL LIS PARA CONECTARSE A COMPUTADORA CENTRAL. SOFTWARE EN LÍNEA PARA SOPORTE DE SERVICIO VÍA REMOTA.

- 14.- IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS DE MUESTRAS Y REACTIVOS.
15.- CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO.
16.- REALIZA PRESUPUESTO DE REACTIVOS, DILUYENTES Y TARJETAS.
¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

9. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 7.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, DETERMINACIONES A REALIZAR, PARTIDA 25101, F12133, CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CUALITATIVA DE RECONOCIMIENTO DE LOS ANTÍGENOS A, B Y D (RH1) EN LOS HEMATÍES HUMANO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTA PARTIDA SE PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL CONTENIENDO LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI D, Y CTL, CONTEMPLANDO DOS DETERMINACIONES POR TARJETA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS DEL SISTEMA ABO, RH PARA CONFIRMACIÓN DE GRUPO DIRECTO. CAJA CON 100 PRUEBAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: SE ACEPTA

10. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 7.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, DETERMINACIONES A REALIZAR, PARTIDA 25101, F12134, CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN, PRINCIPALMENTE DE LOS ANTICUERPOS ESPERADOS DEL GRUPO SANGUÍNEO (ABO) Y PARA PROCEDIMIENTO DE CRIBADO DE ANTICUERPO PARA LA AGLUTINACIÓN DIRECTA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES, ME PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE 8 MICROCOLUMNAS DE GEL ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

11. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 7.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, DETERMINACIONES A REALIZAR, PARTIDA 25101, F12134, CASSETTES CON C/6 COLUMNAS DE ESFERA DE VIDRIO O GEL, PARA DETERMINACIÓN, PRINCIPALMENTE DE LOS ANTICUERPOS ESPERADOS DEL GRUPO SANGUÍNEO (ABO) Y PARA PROCEDIMIENTO DE CRIBADO DE ANTICUERPO PARA LA AGLUTINACIÓN DIRECTA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO ABO DIRECTO E INVERSO, DEBERÁ REALIZARSE EN UNA SOLA TARJETA

CONTENIENDO LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CTL, A1 Y B TAL COMO LO ESTABLECE LA NOM-253-SSA1-2012.

R: PUEDEN REALIZARSE AMBAS DETERMINACIONES EN UNA TARJETA O POR SEPARADO

12. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 7.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, DETERMINACIONES A REALIZAR, PARTIDA 25101, F12136, CASSETTES COOMBS POLIESPECIFICO CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO O GEL, PROCEDIMIENTO CUALITATIVO PARA LA DETECCIÓN DE IGG O COMPLEMENTO EN LOS HEMATÍES HUMANOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES, ME PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE 8 MICROCOLUMNAS DE GEL PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECIFICA PARA LA PRUEBA DE COOMBS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

13. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 7.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, DETERMINACIONES A REALIZAR, PARTIDA 25101, F12136, CASSETTES COOMBS POLIESPECIFICO CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO O GEL, PROCEDIMIENTO CUALITATIVO PARA LA DETECCIÓN DE IGG O COMPLEMENTO EN LOS HEMATÍES HUMANOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE COOMBS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PRUEBA MAYOR, PRUEBA MENOR Y AUTOCONTROL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

R: ES CORRECTO PARA LA TECNOLOGIA QUE ESTA PROPONIENDO

14. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 7.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, DETERMINACIONES A REALIZAR, PARTIDA 25101, F12140 CASSETTES CON C/6 COLUMNAS QUE CONTIENEN ESFERAS DE VIDRIO O GEL, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS C (RH2), E (RH3), C (RH4), E (RH5), K (K 1) EN LOS HEMATÍES HUMANOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES, ME PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE 8 MICROCOLUMNAS DE GEL PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH Y KELL: ANTI-D, ANTI- C, ANTI- E, ANTI- C, ANTI- E, ANTI-KELL Y CTL. CAJA CON 100 PRUEBAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

15. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 7.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, DETERMINACIONES A REALIZAR, PARTIDA 25101, CLAVES: F12133, F12134, F12136, F12137, F12140. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE LA CANTIDAD DE PRUEBAS MENSUALES POR HOSPITAL QUE SOLICITAN PARA ESTAS DETERMINACIONES ¿FAVOR DE ACLARAR?

R: LA ENTREGA SE REALIZARA EN UNA EXHIBICION A CETS Y BANCO DE SANGRE VALLES, SE ANEXA TABLA.

16. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 7.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERÁN INCLUIR ANTISUEROS FUERA DEL SISTEMA ABO Y RH (K,k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb,Lez, Leb, P, M, N, S,,s, Dia,). ¿FAVOR DE ACLARAR?

R: LA TECNOLOGIA CON QUE SE TRABAJA ACTUALMENTE NO LO REQUIERE, SE CONSIDERARA LA CANTIDAD Y ENTREGA DE LOS MISMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.

17. EN CASO DE SER FAVORABLE LA PREGUNTA ANTERIOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES MENSUAL A ENTREGAR.

R: SE CONTESTO EN PREGUNTA ANTERIOR

18. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 7.- AREA INMUNOHEMATOLOGÍA. BANCO DE SANGRE, DETERMINACIONES A REALIZAR, PARTIDA 25101, F12137, DILUYENTE DE HEMATÍES AL 0.8% SOLUCIÓN DE CONCENTRACIÓN IÓNICA BAJA PARA LA PREPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE HEMATÍES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACION DE 2 FRASCOS DE 100 ML AJUSTÁNDONOS A LAS CANTIDADES REQUERIDAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

19. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. NUMERAL 8. CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA, LESP Y BANCO DE SANGRE CIUDAD VALLES, DETERMINACIONES A REALIZAR, PARTIDA 25101, CLAVE F12141,

F13892, F13893. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSA-2012 EN EL PUNTO 15.9.2 DEBEMOS ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN CUYO VALOR NO EXCEDA TRES VECES DEL PUNTO DE CORTE, EL CUAL ES INDEPENDIENTE DE LOS CONTROLES QUE INCLUYE EL FABRICANTE PARA LOS ANALITOS: HIV, HCV, HBC, SIFILIS, Y CHAGAS Y DEBERÁ SER RESPALDADO CON CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DEL CONTROL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: SE ESPECIFICA QUE SON CONTROLES DE TERCERA OPINION, RESPECTO A CARTAS DE APOYO YA HA SIDO CONTESTADO ANTERIORMENTE.

20. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE SANGRADO, BANCO DE SANGRE Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA, CONTROL DE CALIDAD EXTERNO LA PROPUESTA DEBE CITAR EL COMPROMISO DE INSCRIBIR A TODOS LOS LABORATORIOS ANTE UN PROVEEDOR COMPETENTE DE PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD RECONOCIDO BAJO ILAC-G13:08/2007 PARA LAS ÁREAS ADJUDICADAS Y APLICA PARA INMUNOLOGÍA, (QCENET) PARA HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES Y CETS, PARA PRUEBAS CRUZADAS, (CAP) PARA LOS 5 HOSPITALES Y EL CETS, LO ANTERIOR POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 12 MESES EN CITOMETRIA HEMÁTICA (PACAL) PARA LOS 5 HOSPITALES GENERALES Y EL CETS Y COAGULACIÓN (PACAL) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CD VALLES Y EL CETS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMATOLOGÍA PARA LOS BANCOS DE SANGRE, HOSPITAL GENERAL CD VALLES, CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Y PUESTOS DE SANGRADO, HOSPITAL GENERAL MATEHUALA, HOSPITAL GENERAL SOLEDAD, HOSPITAL GENERAL DEL NIÑO Y LA MUJER, HOSPITAL GENERAL RIO VERDE, Y UN CONTROL EXTERNO DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA LOS BANCOS DE SANGRE HOSPITAL GENERAL CD. VALLES Y CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, ACREDITADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) CON 4 EVALUACIONES, ENTREGA TRIMESTRALES Y ENTREGA DE CONSTANCIA ANUAL DE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

21. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE SANGRADO, BANCO DE SANGRE Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA, CONTROL DE CALIDAD EXTERNO LA PROPUESTA DEBE CITAR EL COMPROMISO DE INSCRIBIR A TODOS LOS LABORATORIOS ANTE UN PROVEEDOR COMPETENTE DE PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD RECONOCIDO BAJO ILAC-G13:08/2007 PARA LAS ÁREAS ADJUDICADAS Y APLICA PARA INMUNOLOGÍA, (QCENET) PARA HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES Y CETS, PARA PRUEBAS CRUZADAS, (CAP) PARA LOS 5 HOSPITALES Y EL CETS, LO ANTERIOR POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 12 MESES EN CITOMETRIA HEMÁTICA (PACAL) PARA LOS 5 HOSPITALES GENERALES Y EL CETS Y COAGULACIÓN (PACAL) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CD VALLES Y EL CETS. SE SOLICITA

AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ACREDITADO BAJO LA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN DEL REINO UNIDO (UKAS) Y/O ISO 174043:2010. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

22. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE SANGRADO, BANCO DE SANGRE Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA, INMUNOHEMATOLOGÍA, INSUMOS COMPLEMENTARIOS, SUSPENSIÓN AL 0.8% DE CÉLULAS DE DONANTES INDIVIDUALES DE GRUPO O PARA DETECTAR ANTICUERPOS IRREGULARES DE GRUPOS SANGUÍNEOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTE PUNTO, ADICIONAL A LAS CÉLULAS DE RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SE DEBERÁ INCLUIR LA CÉLULA DIEGO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTO PARA LA TECNOLOGIA QUE ESTA OFERTANDO, ACTUALMENTE NO SE REALIZA.

23. EN CASO DE SER FAVORABLE LA PREGUNTA ANTERIOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES MENSUAL A ENTREGAR.

R: SE ESTABLECERA LA CANTIDAD EN CASO DE SER ADJUDICADO.

24. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE SANGRADO, BANCO DE SANGRE Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA, INMUNOHEMATOLOGÍA, INSUMOS COMPLEMENTARIOS, SUSPENSIÓN AL 0.8% DE CÉLULAS DE DONANTES INDIVIDUALES DE GRUPO O PARA IDENTIFICAR ANTICUERPOS IRREGULARES DE GRUPOS SANGUÍNEOS, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBERÁN INCLUIR PANEL DE 11 CÉLULAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTO PARA LA TECNOLOGIA QUE ESTA OFERTANDO, ACTUALMENTE NO SE UTILIZAN

25. EN CASO DE SER FAVORABLE LA PREGUNTA ANTERIOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CANTIDADES MENSUAL A ENTREGAR.

R: SE ESTABLECERA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.

26. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE SANGRADO, BANCO DE SANGRE Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA, INMUNOHEMATOLOGÍA, INSUMOS COMPLEMENTARIOS, ORTHO CONFIDENCE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES ME PERMITA OFERTAR UN

REACTIVO DE IGUAL O SUPERIORES ESPECIFICACIONES, CONTROL DE CALIDAD KIT DE 4 X 6 ML ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

27. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PUNTO 10 SEROLOGÍA POR AGLUTINACIÓN, PARTIDA 25101 FEBRICLIN CONTROL POSITIVO PARA REACCIONES FEBRILES. Y FEBRICLIN CONTROL NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE LA DESCRIPCION CORRESPONDE A UNA MARCA EN ESPECIFICO, ME PERMITA OFERTAR UN REACTIVO EQUIVALENTE PRESENTACIÓN DE 5 ML ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

28. ANEXO 1A REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. PUNTO 10 SEROLOGÍA POR AGLUTINACIÓN, PARTIDA 25101 PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRFÍA, CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (VIH-1) Y TIPO 2 (VIH-2) EN FLUIDO ORAL, SANGRE CAPILAR, SANGRE TOTAL Y PLASMA. PARA USO COMO PRUEBA DE TAMIZAJE." SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRFICA PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL PARA EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y 2 EN MEMBRANA SOLIDA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

29. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 4.- AREA COAGULACIÓN. EQUIPAMIENTO OPCIÓN 1: NUMERAL 2.- LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN CON TECNOLOGÍA NEFELOMETRICA, MECÁNICA Y/O FOTO ÓPTICA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

30. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 4.- AREA COAGULACIÓN. EQUIPAMIENTO OPCIÓN 1: NUMERAL 5.- CON CAPACIDAD DE DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA SIN GASTO DE REACTIVO EXTRA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR

EQUIPO QUE CUENTE CON LA DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO ATRAVÉS DEL MÉTODO DE CLAUS, CONSIDERANDO QUE ESTE MÉTODO ES GOLD ESTÁNDAR PARA LA CUANTIFICACIÓN, RECOMENDADO POR LAS GUÍAS INTERNACIONALES CLSI, CAP, YA QUE EL FIBRINÓGENO DERIVADO PUEDE LLEVAR A SUBESTIMACIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

31. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 4.- AREA COAGULACIÓN. EQUIPAMIENTO OPCIÓN 1: NUMERAL 7.- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA REACTIVOS Y CON CAPACIDAD PARA 22 REACTIVOS A BORDO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ME PERMITA OFERTAR EQUIPO CON 31 VIALES DE CARGA DE REACTIVOS, CON UN MODULO REFRIGERADO PARA REACTIVOS Y 4 POSICIONES CON AGITACIÓN. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

32. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 4.- AREA COAGULACIÓN. EQUIPAMIENTO OPCIÓN 1: NUMERAL 11.- DOS CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES PARA TÉCNICAS COAGULOMÉTRICAS, CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACION Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTE ME PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN CON 8 CANALES DE MÉDICION INDEPENDIENTES PARA ANALISIS DE PRUEBAS COAGOLUMETRICAS, CROMOGÉNICAS E INMUNO TURBIDIMETRICAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

33. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 4.- AREA COAGULACIÓN. EQUIPAMIENTO OPCIÓN 1: NUMERAL 12.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD CON GRÁFICAS DE LEVEY-JENNINGS, CAPACIDAD PARA PROGRAMAR HASTA 10 CONTROLES. SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ME PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN EN EL CUAL SE PUEDEN PROGRAMAR HASTA 3 NIVELES DE CONTROL POR TÉCNICA, UNA VES PROGRAMADAS SE EJECUTAN LOS CONTROLES HASTA EL NUMERO DE TÉCNICAS DESEADAS. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

34. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 4.- AREA

COAGULACIÓN. EQUIPAMIENTO OPCIÓN 1: NUMERAL 17.- VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES ME PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 EN BASE AL TTP / TTPA / FIB ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

35. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 4.- AREA COAGULACIÓN. EQUIPAMIENTO OPCIÓN 1: NUMERAL 19.- ANCHURA: 92 CM FONDO: 60 CM ALTURA: 27 CM-60 CM (CON PANTALLA), PESO: 63 KG. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES ME PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES, ANCHO 89CM, PROFUNDIDAD 68 CM, ALTURA 59 CM Y UN PESO DE 65 KG. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

36. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 4.- AREA COAGULACIÓN. EQUIPAMIENTO OPCIÓN 2: NUMERAL 2.- PRUEBAS POR HORA: TP: 150 Y TP/TTPA: 100. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES ME PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 EN BASE AL TTP / TTPA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

37. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 4.- AREA COAGULACIÓN. EQUIPAMIENTO OPCIÓN 2: NUMERAL 6.- CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 POSICIONES DE REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN Y MÍNIMA DE 90 POSICIONES DE MUESTRAS A BORDO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y TENER UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES ME PERMITA OFERTAR EQUIPO CON 31 VIALES DE CARGA DE REACTIVOS, 50 TUBOS DE MUESTRA, CON UN MÓDULO REFRIGERADO PARA REACTIVOS Y 4 POSICIONES CON AGITACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

38. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 4.- AREA COAGULACIÓN. EQUIPAMIENTO DETERMINACIONES A REALIZAR PARTIDA 25101,CLAVE

F18233, F18234, F18235, F18236. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE LA CANTIDAD DE PRUEBAS MENSUALES QUE SOLICITAN PARA ESTAS DETERMINACIONES ¿FAVOR DE ACLARAR?

R: ANEXO PRODUCTIVIDAD DE AREAS

39. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 11.- INMUNOHEMATOLOGIA, ARTICULOS A ADQUIRIR: PARTIDA 25101, CLAVE: F17942, F17943, F17944, F17945. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI LA CANTIDAD DE LAS DETERMINACIONES SOLICITADAS ES MENSUAL. ¿FAVOR DE ACLARAR?

R: ANEXO PRODUCTIVIDAD DE AREAS. LA ENTREGA SERA EN UNA EXHIBICION

40. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", PUNTO 11.- INMUNOHEMATOLOGIA, ARTICULOS A ADQUIRIR: PARTIDA 25101, CLAVE: F17942, F17943, F17944, F17945. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR CADUCIDADES DE 6 A 12 MESES YA QUE POR SU NATURALEZA, COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO Y EL TIEMPO DE IMPORTACIÓN, PUEDE VARIAR LA CADUCIDAD AL MOMENTO DE SU ENTREGA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: CON CARTA COMPROMISO DE CANJE

41. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSA-2012 EN EL PUNTO 15.9.2 DEBEMOS ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN CUYO VALOR NO EXCEDA TRES VECES DEL PUNTO DE CORTE, EL CUAL ES INDEPENDIENTE DE LOS CONTROLES QUE INCLUYE EL FABRICANTE PARA LOS ANALITOS: HIV, HCV, HBC, SIFILIS, Y CHAGAS Y DEBERÁ SER RESPALDADO CON CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DEL CONTROL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: SE CONTESTO PREVIAMENTE PARA ANEXO 1A, FAVOR DE SEGUIR MISMA INDICACION.

42. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", CONTROL DE CALIDAD EXTERNO: LA PROPUESTA DEBE CITAR EL COMPROMISO DE INSCRIBIR A TODOS LOS LABORATORIOS ANTE UN PROVEEDOR COMPETENTE DE PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD RECONOCIDO BAJO ILAC-G13:08/2007 PARA LAS ÁREAS ADJUDICADAS Y APLICA PARA QUÍMICA SANGUÍNEA, CITOMETRÍA HEMÁTICA, COAGULACIÓN, UROANÁLISIS Y PARASITOLOGÍA, GASOMETRÍA, MICROBIOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y PRUEBA ESPECIALES COMO SEROLOGÍA INFECCIOSA DE BANCO DE SANGRE, LO ANTERIOR POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 8 MESES A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO. . SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO

ACREDITADO BAJO LA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN DEL REINO UNIDO (UKAS) Y/O ISO 174043:2010. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

43. ANEXO 1B REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", CONTROL DE CALIDAD EXTERNO: LA PROPUESTA DEBE CITAR EL COMPROMISO DE INSCRIBIR A TODOS LOS LABORATORIOS ANTE UN PROVEEDOR COMPETENTE DE PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD RECONOCIDO BAJO ILAC-G13:08/2007 PARA LAS ÁREAS ADJUDICADAS Y APLICA PARA QUÍMICA SANGUÍNEA, CITOMETRÍA HEMÁTICA, COAGULACIÓN, UROANÁLISIS Y PARASITOLOGÍA, GASOMETRÍA, MICROBIOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y PRUEBA ESPECIALES COMO SEROLOGÍA INFECCIOSA DE BANCO DE SANGRE, LO ANTERIOR POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 8 MESES A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMATOLOGÍA Y SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ACREDITADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) CON 4 EVALUACIONES, ENTREGA TRIMESTRALES Y ENTREGA DE CONSTANCIA ANUAL DE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

PREGUNTAS DEL LICITANTE: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES

1. REFERENTE AL PUNTO 2, VIÑETA 3, SE MENCIONA QUE DEBEMOS REGISTRAR NUESTRA PARTICIPACIÓN EN COMPRANET, A ESTE RESPECTO, LA LICITACIÓN POR SER PRESENCIAL, NO SE ENCUENTRA CONFIGURADA PARA EXPRESAR INTERÉS EN LA MISMA ATRAVÉS DE COMPRANET, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE EL ESCRITO DE MANIFIESTO DE INTERÉS EN SU LUGAR ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA

2. REFERENTE A LA SECCIÓN II, CALENDARIO DE EVENTOS, SE MENCIONA COMO LÍMITE DE ENTREGA EL 10 DE AGOSTO DE 2021. A ESTE RESPECTO, LOS INSUMOS PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS NO SE PODRÍAN ENTREGAR EN UNA SOLA ENTREGA A MÁS TARDAR ESA FECHA, DADAD LAS CADUCIDADES QUE SE MANEJAN EN ALGUNOS REACTIVOS QUE HAN SIDO AUTORIZADOS POR LA COFEPRIS CON CADUCIDADES MENORES A 18 MESES, POR LO QUE AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LAS ENTREGAS CONFORME LA UNIDAD LO VAYA SOLICITANDO. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

R: LA ENTREGA DE REACTIVOS SERA EN MAXIMO 2 SOLICITUDES, FAVOR DE HACER MENCION EL MOTIVO Y REACTIVOS QUE NO SE PUEDEN ENTREGAR EN EL TIEMPO ESTIPULADO.

3. REFERENTE AL PUNTO 4.1, DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS, INCISO G, Y PUNTO 4.2, DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, INCISO Z, EN AMBOS INCISOS SE SOLICITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS, POR LO QUE ANTE ESTA SITUACIÓN, ENTENDEMOS QUE EL INCISO Z ES UN ERROR Y SE DEBE ELIMINAR, Y QUE NO SERÍA NECESARIO ENTREGAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR DUPLICADO. ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?

YA SE CONTESTO ANTERIORMENTE ESTA PREGUNTA

4. REFERENTE AL PUNTO 4.1, DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS, INCISO R, ENTENDEMOS SE SOLICITA LA OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL INFONAVIT Y SAT ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?

YA SE CONTESTO ANTERIORMENTE ESTA PREGUNTA

5. REFERENTE AL PUNTO 4.1, DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS, INCISO S, SE SOLICITA EL ANEXO 11, FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR UN AÑO... A ESTE RESPECTO Y COMO EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO TODAVÍA NO SE ENCUENTRA SUSCRITO CONTRATO ALGUNO, ENTENDEMOS QUE AQUÍ SE SOLICITA ENTREGAR EL ANEXO 11, SIN REQUISITAR, SOLAMENTE REPRODUCIDO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

6. REFERENTE AL PUNTO 4.1, DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS, INCISO T, SE SOLICITA CARTA NO SUJETO A GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 14)... DE IGUAL MANERA, A ESTE RESPECTO Y COMO EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO TODAVÍA NO SE ENCUENTRA SUSCRITO CONTRATO ALGUNO, ENTENDEMOS QUE AQUÍ SE SOLICITA ENTREGAR EL ANEXO 14, SIN REQUISITAR, SOLAMENTE REPRODUCIDO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

7. REFERENTE AL PUNTO 4.1, DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS, INCISO I, SE SOLICITA QUE EL PERIODO DE CADUCIDAD DE LOS INSUMOS NO DEBERÁ SER MENOR DE 18 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNO DE LOS ALMACENES (ANEXO 5). A ESTE RESPECTO, EN ESTA LICITACIÓN SE SOLICITAN REACTIVOS (PRUEBAS) QUE, POR SU NATURALEZA, HAN SIDO AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN POR LA COFEPRIS CON CADUCIDADES INFERIORES A 18 MESES, COMO ES EL CASO DE ALGUNOS HEMODERIVADOS (CONTROLES DE HEMATOLOGÍA, ETC. QUE CUENTAN CON CADUCIDADES DE HASTA 3 MESES), POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTOS PRODUCTOS CON SU RESPECTIVA CARTA COMPROMISO DE CANJE EN DADO CASO DE QUE ÉSTOS LLEGARAN A CADUCAR SIN CONSUMIRSE. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

R: SE ACEPTA, FAVOR DE CONSIDERAR LAS CADUCIDADES QUE CADA ANEXO MENCIONA. SE ACEPTA CARTA COMPROMISO DE CANJE

8. REFERENTE AL PUNTO 4.1, DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS, INCISO U, SE SOLICITA ANEXAR MEMORIA USB CON LAS PROPUESTAS, ASÍ COMO CATÁLOGOS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS. A ESTE RESPECTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CD QUE CONTENGA DICHA INFORMACIÓN ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

R: SE REQUIERE EN MEMORIA USB

9. REFERENTE AL PUNTO 4.2, DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, INCISO AE, SE SOLICITA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SOMOS DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LOS PRODUCTOS QUE ENTREGAREMOS SERÁN PRODUCIDOS EN MÉXICO Y CUENTAN CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL... A ESTE RESPECTO, LA GRAN MAYORÍA DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO NO CUENTAN CON PRODUCCIÓN NACIONAL, POR LO QUE ESTE REQUISITO NO SE PUDIERA CUMPLIR POR NINGÚN LICITANTE, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BIENES IMPORTADOS ÚNICAMENTE MANIFESTANDO QUE SOMOS DE NACIONALIDAD MEXICANA ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

SE ACEPTA

10. REFERENTE AL PUNTO 4.2, DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, INCISO AI, SE SOLICITAN MUESTRAS FÍSICAS Y/O CATÁLOGOS, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE ES A NUESTRA ELECCIÓN ENTREGAR UNO O EL OTRO Y NO SE SOLICITA NECESARIAMENTE ENTREGAR MUESTRAS OBLIGATORIAMENTE ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTA

11. REFERENTE AL PUNTO 9, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE BIENES, SE SOLICITA NUEVAMENTE QUE LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA SERÍA EL 10 DE AGOSTO DE 2021 Y QUE LOS BIENES SE ENTREGARÁN EN LOS ALMACENES UBICADOS EN COEPRIS S.L.P. A ESTE RESPECTO SOLICITAMOS, PARA EL CASO DE OFERTAR INSUMOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO, SE NOS PERMITA ENTREGAR LOS INSUMOS DIRECTAMENTE EN DICHA UNIDAD. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

R: SE HAN ACLARADO LAS DEMAS UNIDADES DE ENTREGA

12. REFERENTE AL ANEXO 6, PROPUESTA TÉCNICA, SE SOLICITA EN DICHO FORMATO EL CAMPO "CANTIDAD". A ESTE RESPECTO, Y YA QUE EN EL ANEXO 1 SE MENCIONAN CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL DE LAS DOS SE DEBERÁ REQUISITAR EN DICHO FORMATO. FAVOR DE ACLARAR.

R: FAVOR DE CONSIDERAR CANTIDADES MAXIMAS

13. REFERENTE AL ANEXO 6, PROPUESTA TÉCNICA, SE SOLICITA EN DICHO FORMATO EL CAMPO "FECHA DE CADUCIDAD". A ESTE RESPECTO Y YA QUE NO ES POSIBLE SABER QUE LOTES SE ESTARÍAN ENTREGANDO EN CASO DE TENER ALGUNA ADJUDICACIÓN EN ESTE PROCEDIMIENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTA COLUMNA ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

DEBERÁ SEÑALAR LA CADUCIDAD SOLICITADA POR EL ÁREA TÉCNICA, O LA QUE COMO PROVEEDOR PUEDA OFERTAR SEGÚN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE

14. REFERENTE AL ANEXO 10, PROPUESTA ECONÓMICA, SE SOLICITA EN DICHO FORMATO EL CAMPO "CANTIDAD". A ESTE RESPECTO, Y YA QUE EN EL ANEXO 1 SE MENCIONAN CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL DE LAS DOS SE DEBERÁ REQUISITAR EN DICHO FORMATO. FAVOR DE ACLARAR.

R: FAVOR DE CONSIDERAR CANTIDADES MAXIMAS

15. REFERENTE AL ANEXO 10, PROPUESTA ECONÓMICA, SE SOLICITA EN DICHO FORMATO EL TOTAL DE RENGLONES OFERTADOS, SIN EMBARGO EN EL FORMATO SE ENCUENTRA UN CAMPO QUE DICE "PARTIDA". A ESTE RESPECTO ENTENDEMOS QUE DEBERÁ DECIR "RENGLON" ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

16. REFERENTE AL ANEXO 1B, RENGLÓN 7 INMUNOLOGÍA, ARTICULOS A ADQUIRIR, CLAVE F17807, SE SOLICITA HBSAG QNT (CUANTITATIVO) REACTIVO, Y EN LAS CLAVES 17833 Y 17854 SE SOLICITAN EL CONTROL Y CALIBRADOR DE ESTE REACTIVO RESPECTIVAMENTE COMO QUAL (CUALITATIVO), POR LO QUE NO CORRESPONDE EL CONTROL Y CALIBRADOR AL REACTIVO SOLICITADO (CUANTITATIVO – CUALITATIVO). ACTUALMENTE, EL LABORATORIO MANEJA EL REACTIVO CUALITATIVO, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN Y SE NECESITA REACTIVO QUAL (CUALITATIVO). ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTO

PREGUNTAS DEL LICITANTE: PATRICIA TREVIÑO DELGADO

1.- En la Sección I –GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION-, INCISO 4 - PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA QUE CONTIENE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, EN SOBRE CERRADO_ INDICA:

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EN UNA ETAPA.

EL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA SE IDENTIFICARÁ CON LA LEYENDA "PROPUESTA RELATIVA A LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA", SE PRESENTARÁ CERRADO, SELLADO CON CINTA ADHERIBLE Y ROTULADO...

PREGUNTA:

POR EL VOLUMEN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA, ¿EL SOBRE PUEDE SER SUBSTITUIDO POR UNA CAJA CUYO TAMAÑO DEPENDERÁ DEL VOLUMEN DE DOCUMENTACIÓN?

R: SE ACEPTA, MIENTRAS SE UN PAQUETE ÚNICAMENTE.

2.- En la Sección I –GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION-, INCISO 8 - REGLAS GENERALES DE EVALUACION Y ADJUDICACION-, PÁRRAFO 7 SE INDICA:

“LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR RENGLON SOLICITADO DENTRO DE LOS ANEXOS Y OFERTADO POR EL LICITANTE QUE REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA.”

PREGUNTA:

EN VARIAS PARTES DEL CUERPO DE LAS BASES, SE MENCIONA QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ POR PARTIDA.

FAVOR DE ACLARAR SI SERÁ POR RENGLÓN O POR PARTIDA.

R: SE ADJUDICARA POR PAQUETE DE RENGLONES DE CADA AREA

3.- En la Sección II . -PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN- Punto 4. PROPUESTA QUE CONTENDRÁ ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS-, INCISO G SE INDICA QUE SE DEBERÁ PRESENTAR:

G. COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO EN ANVERSO Y REVERSO DEL PRODUCTO POR CADA RENGLÓN QUE SE COTIZA, MISMO QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBERÁ ESTAR VIGENTE Y EN CASO DE MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO INICIAL, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. DICHS DOCUMENTOS DEBERÁN ESTAR LEGIBLES POR AMBOS LADOS, COMPLETO, DONDE OBRE FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD QUE LO EXPIDE (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE INSUMOS PARA LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL)...

PREGUNTA:

EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO O SU MODIFICACIÓN SE ENCUENTRE VENCIDO, ¿PUEDE PRESENTARSE EL ACUSE DE RECIBO ANTE LA COFEPRIS DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA?

R: SE ACEPTA

4.- En la Sección II . -PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN- Punto 4. PROPUESTA QUE CONTENDRÁ ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS-, INCISO I SE INDICA:

I. EL PERIODO DE CADUCIDAD DE LOS INSUMOS NO DEBERÁ SER MENOR DE 18 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNO DE LOS ALMACENES Y LUGARES SEÑALADOS EN LA SECCIÓN III, NUMERAL 8 DE LAS PRESENTES BASES PARA SU RECEPCIÓN; CONFORME AL ANEXO 5.

R: LA CADUCIDAD SE ENCUENTRA SEÑALADA EN CADA PAQUETE DE RENGLONES

PREGUNTA:

EN VARIOS PARTES DEL ANEXO 1A SE MENCIONAN DIVERSOS PERIDOS DE CADUCIDAD, QUE DEPENDEN DE CADA PARTIDA QUE SE LICITA. FAVOR DE ACLARAR A CUÁL DE LOS PERIODOS DE CADUCIDAD DEBERÁ ATENDERSE.

R: LA QUE SE INDICADA EN CADA PAQUETE

5.- En la Sección II . -PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN- Punto 4.2 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, INCISO AE INDICA QUE DEBERÁ PRESENTARSE:

AE. ESCRITO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE SON DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS BIENES QUE OFERTAN Y ENTREGARAN SERÁ PRODUCIDO EN MÉXICO Y CUENTAN CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO.

PREGUNTA:

EN EL CASO DE BIENES DE IMPORTACIÓN, ¿SE ACEPTA EL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA CON EL CUAL SE PUEDEN INGRESAR LEGALMENTE AL PAÍS LOS BIENES QUE SE OFERTARÁN, ASÍ COMO EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE?

R: SE ACEPTA

6.- EN LA SECCIÓN III, OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES, INCISO 9. -CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, SE INDICA:

LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN LOS ALMACENES UBICADOS EN COEPRIS S.L.P. CALLE 5 DE MAYO 1485, BARRIO DE SAN MIGUELITO, C.P. 78339 SAN LUIS, S.L.P.; CENTRO DE CONTROL DE RABIA Y OTRAS ZOONOSIS, AV. ANILLO PERIF. NTE. 150, ZONA DE ABASTOS, C.P. 78390 SAN LUIS, S.L.P. Y EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LOS S.S.S.L.P., UBICADO EN AV. DE LA PAZ No. 645, BARRIO DE TLAXCALA, C.P. 78030 DE ESTA CIUDAD.

PREGUNTA:

EN DIVERSAS PARTES DE LAS BASES SE MENCIONAN OTRAS DIRECCIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. FAVOR DE PRECISAR LAS DIRECCIONES EN LAS QUE SE DBERÁN HACER LAS ENTREGAS CORRESPONDIENTES.

R: SE ACLARO ANTERIORMENTE

7.- EN LA SECCIÓN III, OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES, INCISO 9. –CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, SE INDICA:

EL CONTROL DE CALIDAD SERÁ REVISADO POR EL ÁREA ENCARGADA DE RECEPCIÓN DEL ALMACÉN DEL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER.

PREGUNTA:

¿ES CORRECTO QUE EL CONTROL DE CALIDAD SERÁ REVISADO POR EL ÁREA ENCARGADA DE RECEPCIÓN DEL ALMACÉN DEL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER?

AL MOMENTO DE RECIBIR INSUMOS O SERVICIOS, EL ÁREA DE ALMACENES O ACTIVO FIJO, DA AVISO AL ÁREA REQUERENTE DE LOS MISMOS PARA QUE SEÑALE AL ÁREA TÉCNICA CORRESPONDIENTE DE HACER LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

8.- PREGUNTA

EN CASO DE QUE SEA CORRECTA LA INDICACIÓN ANTERIOR, FAVOR DE DETALLAR EL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO DICHO CONTROL DE CALIDAD DE LOS BIENES.

YA FUE CONTESTADA EN LA PREGUNTA ANTERIOR

9.- EN EL ANEXO 5 –PERIODO DE CADUCIDAD-, SE INDICA:

PARA EL CASO DE QUE SE ENTREGUEN BIENES CON CADUCIDAD REDUCIDA, NO DEBIENDO SER INFERIOR DE 18 MESES, NOS OBLIGAMOS A ENTREGAR CONJUNTAMENTE CON LOS BIENES CARTA, COMPROMISO DE CANJE, EN UN PERIODO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE CANJE, POR OTROS CON LA MISMA DESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD NO INFERIOR A SEIS MESES, SEÑALANDO ADEMÁS NUMERO DE LICITACIÓN, NUMERO DE CONTRATO, CLAVE, DESCRIPCIÓN, MARCA, CANTIDAD, LOTE Y CADUCIDAD, DE TAL FORMA QUE QUEDA GARANTIZADA LA CADUCIDAD DE 18 MESES A LA QUE NOS COMPROMETEMOS.

PREGUNTA:

PARA EL CASO DE LOS INSUMOS QUE POR SU NATURALEZA, LA CADUCIDAD SEA INFERIOR A LOS SEIS MESES ESTABLECIDOS EN ESTA DISPOSICIÓN, ¿SE ACEPTA INDICAR LA CADUCIDAD MÁXIMA DE DICHS BIENES EN ESTE ANEXO?

R: SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER LAS CADUCIDADES PREVISTAS EN CADA PAQUETE

10.- NUMERAL 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LAS PROPUESTAS PARA ACREDITACIÓN INCISO D

CUANDO SE TRATE DE DISTRIBUIDORES PRIMARIOS, ESTOS DEBERÁN ACREDITAR FEHACIENTEMENTE QUE EL FABRICANTE DEL CUAL VAN A DISTRIBUIR SUS PRODUCTOS, CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y QUE SE OBLIGA SOLIDARIAMENTE CON EL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LA OFERTA PRESENTADA RESPECTO AL ANEXO 1, DE ESTA LICITACIÓN, ANEXO 7 EN PAPEL MEMBRETEADO DEL FABRICANTE, QUIEN DEBERÁ EXTENDER UN DOCUMENTO (EN ORIGINAL DEL FABRICANTE) DE RESPALDO EN EL CUAL SEÑALE TODOS LOS RENGLONES QUE RESPALDE A SU REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. LOS DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO SE PRESENTEN, TENDRÁN QUE SER EN ORIGINAL SEÑALANDO ESTA LICITACIÓN EN ESPECIFICO, EL NÚMERO DE PARTIDAS QUE DEBERÁ INCLUIR TODOS LO BIENES QUE LO INTEGRAN Y QUE SE COTICE, NO ACEPTANDO COPIAS FOTOSTÁTICAS.

PREGUNTA:

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LA CARTA EN ORIGINAL DEL DISTRIBUIDOR EN MÉXICO, PRESENTADO COPIA SIMPLE DE LA CARTA SOLIDARIA DEL DISTRIBUCIÓN MAYORISTA RESPALDANDO AL LICITANTE Y PRESENTA CARTA

DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL LA DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ SE REQUIERA EN LAS BASES

11.- EN EL ANEXO 1ª, AREA QUÍMICA CLÍNICA, -DETERMINACIONES A REALIZAR- SE MENCIONA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
---------	-------	-------------	--------------

25101	F17995	Dímero D. Prueba para determinación mediante aplicación en plasma	Caja/25 pruebas
-------	--------	---	-----------------

25101	F17996	Ferritina. Prueba para determinación mediante aplicación en plasma	Caja/25 Pruebas
-------	--------	--	-----------------

PREGUNTA:

¿SE ACEPTA UNA PRESENTACIÓN DIFERENTE, CONSISTENTE EN CAJA CON 60 PRUEBAS PARA CADA UNA DE LAS DOS PRUEBAS MENCIONADAS?

R: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENTREGUEN CANTIDADES MENORES A LAS SOLICITADAS, EN CASO DE QUE POR PRESENTACION, LA ENTREGA SUPERE LA CANTIDAD MAXIMA A ADQUIRIR, NO HABRA UN CARGO EXTRA A LOS SERVICIOS DE SALUD.

12.- EN EL ANEXO 1ª, AREA QUÍMICA CLÍNICA, -DETERMINACIONES A REALIZAR- SE MENCIONA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN
---------	-------	-------------

25101	F17995	Dímero D. Prueba para determinación mediante aplicación en plasma
-------	--------	---

25101	F17996	Ferritina. Prueba para determinación mediante aplicación en plasma
-------	--------	--

PREGUNTA:

POR LA NATURALEZA DE ESTAS DETERMINACIONES, ¿PUEDE HACERSE UNA PROPUESTA PARA ESTAS DOS PRUEBAS DENTRO DE UNA AREA O PARTIDA NUEVA, ES DECIR, QUE NO DEPENDA DE QUÍMICA CLÍNICA O DE ALGUNA OTRA DE LAS CONSIDERADAS EN LAS BASES?

R: NO SE ACEPTA. FORMA PARTE DEL MISMO PAQUETE DE ARTICULOS

PREGUNTAS DEL LICITANTE: MEDICA SILLER

PREGUNTA 1.

ANEXO A1

13.- SUSCEPTIBILIDAD MICOBACTERIAS LESP

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN LA DESCRIPCIÓN: REACTIVO PARA AISLAMIENTO Y PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD A MICOBACTERIAS PARA EQUIPO MGIT 320, NOS ACLARE QUE PORCENTAJE DE POSITIVIDAD DEBEMOS CONSIDERAR PARA ESTA PARTIDA.

FAVOR DE ACLARAR.

R. POSITIVIDAD 25%

PREGUNTA 2.

ANEXO A1

16.- MEDIOS DE CULTIVO LESP

SOLCITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEDIOS DE CULTIVO DE OTRA MARCA, YA QUE ALGUNOS PRODUCTOS DE LA MARCA BD QUE SOLICITAN ESTAN DESCONTINUADOS.

¿SE ACEPTA?

SI SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE CATALOGO DE MARCA DONDE SE ESPECIFIQUE LA FORMULACIÓN PARA VERIFICAR LA COMPOSICION DEL PRODUCTO OFERTADO.

PREGUNTA 3.

ANEXO A1

16.- MEDIOS DE CULTIVO LESP

EN CASO DE NEGATIVA A LA APETICIÓN ANTERIOR DE OFERTAR OTRA MARCA, FAVOR DE INDICAR SI DEBEMOS OMITIR LOS RENGLONES DE LOS PRODCTOS QUE SE ENCUENTREN DESCONTINUADOS Y COTIZAR SOLAMENTE LOS MEDIOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.

FAVOR DE ACLARAR.

R. YA FUE CONTESTADA CON LA PREGUNTA ANTERIOR

PREGUNTA 4.

ANEXO A1

16.- MEDIOS DE CULTIVO LESP

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA, EN CASO DE SER ADJUDICADO LA ENTREGA PARCIAL DE ALGUNOS MEDIOS DE CULTIVO YA QUE POR LA NATURALEZA DE ESTOS MISMOS NO CUENTAN CON LA CADUCIDAD QUE LO SOLICITAN. PERMITIENDOME PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE ESTIPULEMOS QUE SE SURTIRÁN DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL USUARIO.

¿SE ACEPTA?

LAS CLAVES F1178, F1295, F7987, F8002 Y F8276 SE HAN RECIBIDO EN EL LESP CON CADUCIDADES MÍNIMAS DE 8 MESES, LAS DEMÁS CLAVES SE HAN RECIBIDO CON 12 O MÁS MESES DE CADUCIDAD.

PREGUNTA 5

4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA. INCISO (AE).

ESCRITO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE SON DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS BIENES QUE OFERTAN Y ENTREGARAN SERÁ PRODUCIDO EN MÉXICO Y CUENTAN CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS INSUMOS QUE NOS SON PRODUCIDOS EN MEXICO POR NINGUNA CASA COMERCIAL, SE PERMITA INCLUIR CARTA FIRMADA BAJO PROTESTA HACIENDO ESTA ACLARACIÓN, CON LA LEYENDA DE "NO APLICA".

¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

PREGUNTA 6

ANEXO 1A

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.

PUNTO 9.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE

LA CONVOCANTE SOLICITA DOS EQUIPOS DE CONEXIÓN ESTERIL, PERO NO HAY UNA PARTIDA DE INSUMOS PARA UTILIZAR ESTOS EQUIPOS, ¿FAVOR DE ACLARAR CUAL ES LA CANTIDAD DE INSUMOS QUE SE ESTARAN ADQUIRIENDO?

R: LOS EQUIPOS DE CONEXIÓN ESTERIL SON UTILIZADOS PARA LAS FRACCIONES PEDIATRICAS QUE ENVIAMOS A HOSPITALES Y LA CANTIDAD REQUERIDA SE MENCIONA EN ANEXO 1ª

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MINIMA	MAXIMA
25501	F18038	Para Transferencia Con Conector Perforador. Capacidad: 150 mL... En empaque individual	CAJA / 25 PIEZAS	26	29
25501	F18039	Para Transferencia Con Conector Perforador. Capacidad: 300 mL... En empaque individual	CAJA / 25 PIEZAS	15	20

ADEMAS DE CONSIDERAR CONSUMIBLE 12 CAJAS DE NAVAJA PARA EL CONECTOR

PREGUNTA 7

PARA LA PARTIDA: 25502 CLAVE: F18037 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTA PARTIDA Y EN BÚSQUEDA DE LA MODERNIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL BANCO DE SANGRE, LA BOLSA OFERTADA DEBERÁ SER: SET PARA PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE SANGRE QUE PERMITA EN UN MISMO PROCEDIMIENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO INTEGRAR LOS PROCESOS DE FRACCIONAMIENTO, CENTRIFUGACION, SELLADO, BALANCEO DE UNIDADES, ASÍ COMO TRANSFERENCIA DE DATOS AUTOMÁTICAMENTE AL SOFTWARE DE OPERACIÓN DEL BANCO DE SANGRE CAPAZ DE CENTRIFUGAR 4 UNIDADES A LA VEZ, POR LO QUE REALIZA EL TRABAJO DE 4 FRACCIONADORES, 1 CENTRIFUGA, Y 12 SELLADORES INTEGRADOS EN UN SOLO EQUIPO.

¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

R: ESTA OFERTANDO EL SET PARA UN EQUIPO DEL CUAL EN LA ACTUALIDAD, NO CONTAMOS CON REFERENCIA INSTALADA EN NUESTRAS UNIDADES, SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN EXCLUIR LO INICIALMENTE SOLICITADO.

PREGUNTA 8

PARA LA PARTIDA 25501, CLAVE: 080.365.0027, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA ESTE INSUMO EL VOLUMEN EXTRACORPÓREO DEBE SER NO MAYOR A 196 ML PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL DONANTE.

¿ES CORRECTO?

R: SE ACEPTA SIN EXCLUIR LA SOLICITUD INICIAL

PREGUNTA 9

PARA EL ANEXO 1B

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" PUNTO 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE:

- 1 SEPARADOR CELULAR ÁMICUS
- COMPOSEAL MOBILEA II SET
- 1 EQUIPO PARA AFÉRESIS HAEMONETICS

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RETIRE LOS NOMBRES COMERCIALES DADO QUE LA CONVOCANTE ESTÁ SOLICITANDO MARCAS COMERCIALES CON NOMBRE, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, YA QUE POR COMPLETO LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE OTROS OFERTANTES, DIRIGIENDO LAS NECESIDADES A UNA MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA.

¿SE ACEPTA?

R: FAVOR DE OFERTAR LO QUE PUEDA SER EQUIPARABLE A LO SOLICITADO, EN LA DESCRIPCION SE HACE REFERENCIA A LO QUE ACTUALMENTE TENEMOS INSTALADO, SIN LIMITAR LA PARTICIPACION DE SU OFERTA.

PREGUNTA 10

PARA EL ANEXO 1B

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" PUNTO 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25501, CALVE: F18024.

LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE:

BOLSA COMPOSELECT 4F 63 ML CPD/100 ML PQ31451

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RETIRE LOS NOMBRES COMERCIALES Y CÓDIGOS DE PRODUCTO COMPOSELECT ML PQ31451 DADO QUE LA CONVOCANTE ESTÁ SOLICITANDO MARCAS COMERCIALES CON NOMBRE, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES YA QUE POR COMPLETO LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE OTROS OFERTANTES, DIRIGIENDO LAS NECESIDADES A UNA MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA.

¿SE ACEPTA?

R: FAVOR DE OFERTAR LO QUE PUEDA SER EQUIPARABLE A LO SOLICITADO, EN LA DESCRIPCION SE HACE REFERENCIA A LO QUE ACTUALMENTE TENEMOS INSTALADO, SIN LIMITAR LA PARTICIPACION DE SU OFERTA.

PREGUNTA 11

PARA EL ANEXO 1B

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" PUNTO 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25101, CALVE: F18025.

LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE:

EQUIPO PARA AFÉRESIS ACD-A 500 ML REF. N° 426-D

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RETIRE LOS NOMBRES COMERCIALES Y CÓDIGOS DE PRODUCTO DADO QUE LA CONVOCANTE ESTÁ SOLICITANDO MARCAS COMERCIALES CON NOMBRE, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES YA QUE POR COMPLETO LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE OTROS OFERTANTES, DIRIGIENDO LAS NECESIDADES A UNA MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA.

¿SE ACEPTA?

R: FAVOR DE OFERTAR LO QUE PUEDA SER EQUIPARABLE A LO SOLICITADO, EN LA DESCRIPCION SE HACE REFERENCIA A LO QUE ACTUALMENTE TENEMOS INSTALADO, SIN LIMITAR LA PARTICIPACION DE SU OFERTA.

PREGUNTA 12

PARA EL ANEXO 1B

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" PUNTO 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE ARTICULOS A ADQUIRIR, PARTIDA 25501, CALVE: F18026.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CAJA CON 25 UNIDADES.

¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

PREGUNTA 13

QUÍMICA CLÍNICA

EQUIPOS DE MEDIANA PRODUCTIVIDAD (43)

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:

SISTEMA COMPACTO CON TODAS LAS FUNCIONES Y RENDIMIENTO MEJORADO. EL RENDIMIENTO ES DE HASTA 133 PRUEBAS FOTOMÉTRICAS / HORA Y HASTA 266 PRUEBAS / HORA CON ISE.

LO ÚLTIMO DEL SISTEMA MÁS COMPACTO Y COMPLETO CON UN RENDIMIENTO MEJORADO Y LA MEJOR INTERFAZ DE OPERADOR DE SU CLASE. LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PERMITEN MEJORAS SIGNIFICATIVAS, QUE NORMALMENTE NO SE ENCUENTRAN EN LOS ANALIZADORES DE MESA DE TRABAJO. LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PERMITEN MEJORAS SIGNIFICATIVAS, QUE NORMALMENTE NO SE ENCUENTRAN EN LOS ANALIZADORES DE QUÍMICA BENCHTOP. CON ACCESO ALEATORIO Y RENDIMIENTO TÍPICO DE HASTA 140 PRUEBAS POR

HORA, IDEAL DE BENCHTOP PARA NECESIDADES DE PRUEBAS PRIMARIAS, STAT, CON UN MANTENIMIENTO MÍNIMO.

¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA Y SE SOLICITA CONSIDERAR QUE LA TECNOLOGIA Y REACTIVOS ENTRE EQUIPOS DE MEDIANA Y ALTA PRODUCTIVIDAD DEBE SER COMPATIBLE, YA QUE REALIZAMOS INTERCAMBIO DE REACTIVO ENTRE UNIDADES A NECESIDAD DE LA INSTITUCION.

PREGUNTA 14

QUÍMICA CLÍNICA

BAJO RENDIMIENTO

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:

ANALIZADOR DE QUÍMICA SANGUÍNEA AUTOMATIZADO CON EL MÉTODO SECO Y EL REACTIVO EN FASE SÓLIDA.

EQUIPO COMPACTO Y LIVIANO DE FÁCIL USO, CON CENTRIFUGA E IMPRESORA INTEGRADA, CALIBRACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA POR MEDIO DE TARJETAS MAGNÉTICAS, RESULTADOS RÁPIDO.

¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA, AUNQUE NO DESGLOSA LAS DEMAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, LAS CUALES ANALZIAREMOS CON LOS CATALOGOS QUE PRESENTE EL LICITANTE, PARA DETERMINAR SI CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS, FAVOR DE CONSIDERAR QUE EL AREA DE QUIMICA CLINICA CONSTA DE UN PAQUETE DE ARTICULOS COMPLETO CON 3 PRODUCTIVIDADES DIFERENTES Y ES INDISPENSABLE COTIZAR.

PREGUNTA 15

HEMATOLOGÍA

BAJA PRODUCTIVIDAD

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR;

ANALIZADOR CONFIABLE INIGUALABLE CON UNA MÁXIMA FACILIDAD DE OPERACIÓN. RÁPIDOS Y FÁCILES DE USAR, SUS RESULTADOS ALTAMENTE PRECISOS ESTÁN RESPALDADOS POR UN MONITOREO DE CALIDAD INCORPORADO Y UN MANTENIMIENTO BAJO DEL INSTRUMENTO.

ADEMÁS OFRECE UNA SOLUCIÓN COMPLETA DEL SISTEMA YA QUE INCLUYE INSTRUMENTOS, REACTIVOS Y MATERIALES DE CONTROL DE CALIDAD, GARANTIZANDO UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL UNA Y OTRA VE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PANTALLA TÁCTIL 7 PULGADAS A COLOR. SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD (QC). PARÁMETROS DE 16 A 22.

LIMPIEZAS AUTOMÁTICAS POR SOFTWARE. SALIDA DE IMPRESORA.

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS EXTERNO.

VÁLVULA DE CORTE LIBRE DE MANTENIMIENTO.

SOFTWARE INCLUYE GRÁFICAS LEVEY-JENNINGS Y XB. CAPACIDAD DE HASTA 50'000 MUESTRAS EN MEMORIA. DISPOSITIVO DE PRE-DILUCIÓN.

USA SOLO 2 REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS (LISANTE Y DILUYENTE).

CON CAPACIDAD DE DETERMINAR

22 PARÁMETROS DISPONIBLES: WBC, LYMA, MIDA, GRANA, LYM%, MIO%, GRAN%, RBC, MCV, HCT, PLT, 3MPV, HGB, MCH, MCHC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDWA, P-LCR,

¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

PREGUNTA 16

HEMATOLOGÍA

MEDIANA PRODUCTIVIDAD

ANALIZADOR DE ALTA CALIDAD CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y CONFIABLES. QUE REÚNE UN INSTRUMENTO DE ALTA CALIDAD, REACTIVOS FÁCILES DE MANEJAR Y UNA INTERFAZ DE GRAN FORMATO Y FÁCIL DE USAR. ES UN SISTEMA HEMATOLÓGICO COMPLETO DE 5 PARTES QUE OFRECE RESULTADOS DE CBC PRECISOS Y CONFIABLES CON LA OPCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE AHORRO DE TRABAJO. AL PROPORCIONAR RESULTADOS DE 26 PARÁMETROS,

INCLUIDO EL DIFERENCIAL DE 5 PARTES UTILIZANDO EL MÉTODO ÓPTICO BASADO EN LÁSER.

CON AUTOCARGADOR.

ENTRADA DE TUBO ÚNICO. VÁLVULA DE CORTE. PANTALLA TÁCTIL GRANDE

¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

PREGUNTAS DEL LICITANTE: AMPHARMA

1. EN EL ANEXO 1A NUMERAL 9.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE PARTIDA 25501 CLAVE F18031, SE SOLICITA BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 21 PIEZAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON UNA BOLSA QUE CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN UNA PRESENTACIÓN DE 15 BOLSAS POR CAJA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?

R: SE ACEPTA, MIENTRAS SE CUMPLA CON LA CANTIDAD TOTAL DE BOLSAS NECESARIAS.

2. EN EL ANEXO 1A NUMERAL 9.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE PARTIDA 25501 CLAVE 080.365.0027, SE SOLICITA KIT DE AFÉRESIS SE ENTIENDE QUE EL TOTAL DE KIT QUE SE ESTA SOLICITANDO ES PARA RECOLECCIÓN DE PLAQUETAS LEUCODEPLETADAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTO.

3. EN EL ANEXO 1A NUMERAL 9.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE PARTIDA 25501 CLAVE F18038, SE SOLICITA BOLSA PARA TRANSFERENCIA CON CAPACIDAD DE 150ML CON PRESENTACIÓN DE CAJA CON 25 PIEZAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON UNA BOLSA QUE CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN UNA PRESENTACIÓN UNITARIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?

R: SE ACEPTA

4. EN EL ANEXO 1A NUMERAL 9.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE PARTIDA 25501 CLAVE F18039, SE SOLICITA BOLSA PARA TRANSFERENCIA CON CAPACIDAD DE 300ML CON PRESENTACIÓN DE CAJA CON 25 PIEZAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON UNA BOLSA QUE CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN UNA PRESENTACIÓN UNITARIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?

R: SE ACEPTA

5. EN EL ANEXO 1B NUMERAL 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE SE SOLICITA UN SEPARADOR CELULAR AMICUS Y UN EQUIPO DE AFÉRESIS HAEMONETICS, SE ENTIENDE QUE PODEMOS OFERTAR UNO U OTRO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS OTORGANDO LOS KITS ADECUADOS PARA EL EQUIPO OFERTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTO

6. EN EL ANEXO 1B NUMERAL 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE SE SOLICITA UN EQUIPO COMPOSEAL MOBILE, SE LE ACLARA A LA CONVOCANTE QUE ESTO HACE REFERENCIA A UNA MARCA EN ESPECIFICO POR LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, POR LO QUE LE SOLICITO ME PERMITA PARTICIPAR CON UN SELLADOR DIELÉCTRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA TOTALMENTE AUTOMÁTICO DE SELLADO DE TUBULARES DE PVC, ESPECIALMENTE TUBULARES INCLUIDOS EN SISTEMAS DE BOLSAS DE SANGRE. TRAS EL PROCESO DE SELLADO, EL TUBULAR SE PUEDE SEPARAR EN PARTES FÁCILMENTE GRACIAS A UN DISEÑO DEFINIDO DE LA ZONA DE SELLADO Y SIN DAÑAR LA SANGRE CONTENIDA EN SU INTERIOR. SELLADO HERMÉTICO QUE PERMITE UNA FÁCIL SEPARACIÓN SIN UTILIZAR TIJERAS. EMPLEA ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA (RF) PARA GENERAR EL CALOR UTILIZADO EN EL PROCESO DE SELLADO. ES POSIBLE UTILIZAR TUBULARES DE DIFERENTES TIPOS Y TAMAÑOS, Y EL TIEMPO DE SELLADO NECESARIO SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE SEGÚN LOS TUBULARES UTILIZADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?

R: SE ACEPTA

7. EN EL ANEXO 1B NUMERAL 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE SE SOLICITA 3 SILLONES DE DONADOR CON AGITADOR Y BALANZA INCLUIDA, 3 AGITADOR PARA BOLSA DE DONACIÓN Y 3 BALANZAS PARA BOLSA DE DONACIÓN, ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A QUE SE SOLICITAN 3 SILLONES DE DONACIÓN Y 3 BALANZAS RECOLECTORAS POR SEPARADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R: ES CORRECTO

8. EN EL ANEXO 1B NUMERAL 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE PARTIDA 25501 CLAVE F18022 SE SOLICITA BOLSA CUÁDRUPLE CON 500ML CON CPDA QUE OTROGA UNA VIGENCIA DE 35 DÍAS PARA EL CONCENTRADO ERITROCITARIO, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON UNA BOLSA QUE COMO MEJORA TECNOLÓGICA CUENTA CON CPD COMO ANTICOAGULANTE Y CON SAGMANITOL COMO SOLUCIÓN ADITIVA QUE OFRECE UNA VIGENCIA DEL CONCENTRADO ERITROCITARIO POR 42 DÍAS Y COMPATIBLE CON SISTEMAS DE LEUCORREDUCCIÓN DE MAS DE UN LOGARÍTMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?

R: SE ACEPTA

9. EN EL ANEXO 1B NUMERAL 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE PARTIDA 25501 CLAVE F18024 SE SOLICITA BOLSA COMPOSELECT, SE LE ACLARA A LA CONVOCANTE QUE ESTE NOMBRE PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO POR LO QUE SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, POR LO QUE SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON UNA BOLSA CUÁDRUPLE DE RECOLECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SANGRE, BOLSA PRIMARIA PARA LA COLECCIÓN DE SANGRE TOTAL CON CAPACIDAD DE 450+/- 10% Y UN SISTEMA SECUNDARIO DE TRES BOLSAS FORMADO POR: 1 BOLSA PARA ALMACENAR CE, OTRA PARA ALMACENAR PLAQUETAS Y UNA MÁS PARA ALMACENAR PLASMA FRESCO. CONFIGURACIÓN TOP & BOTTOM OLSA PRIMARIA CON ANTICOAGULANTE: 63ML. DE CPD / BOLSA SECUNDARIA CON CONSERVANTE: 100ML. DE SAG-MANITOL QUE BRINDA 42 DÍAS DE VIGENCIA AL C.E. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?

R: SE ACEPTA

10. EN EL ANEXO 1B NUMERAL 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE PARTIDA 25101 CLAVE F18025 SE SOLICITA EQUIPO PARA AFÉRESIS CON NO. REF. 426-D PARA AFÉRESIS DE PLAQUETAS, SE LE ACLARA A LA CONVOCANTE QUE ESTE NOMBRE PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO POR LO QUE SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, POR LO QUE SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON UN DESECLABLE PARA AFÉRESIS PLAQUETARIA QUE SEA COMPATIBLE A LA MAQUINA A OFERTAR ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?

R: SE ACEPTA

11. EN EL ANEXO 1B NUMERAL 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE PARTIDA 25101 CALVE F17946 SE SOLICITA ANTICOAGULANTE MARCA FRESENIUS KABI, SE LE ACLARA A LA CONVOCANTE QUE ESTE NOMBRE PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO POR LO QUE SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON UNA SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE QUE SEA COMPATIBLE CON EL DESECHABLE OFERTADO ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN?

R: SE ACEPTA

12. ¿SOLICITÓ A AL CONVOCANTE ME ACLARA SI LA ASIGNACIÓN SERÁ POR ANEXO, FAVOR DE ACLARAR?

R: LA ADJUDICACION SERA POR PAQUETE DE RENGLONES DE CADA AREA

PREGUNTAS DEL LICITANTE: EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS

1. SIENDO ESTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS SEA EL PODER OFERTAR PRODUCTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.

R: SE ACEPTA

2. RESPECTO DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE SOLICITADA EN ORIGINAL (ANEXO 7), SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS SEA PERMITIDO EL PODER PRESENTAR COPIA FIEL JUNTO CON UN ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA PRESENTADA ES FIEL A SU ORIGINAL Y ESTA ULTIMA ENTREGARLA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS.

SE ACEPTA

3. RESPECTO DE LA PARTIDAS 8,10,14,16,18. DEL ANEXO 1F SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS SEA PERMITIDO PODER OFERTAR CON CADUCIDAD A 12 MESES, A ESTO PRESENTANDO CARTA COMPROMISO DE CANJE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO SER CONSUMIDOS DENTRO DE LA CADUCIDAD PROPUESTA SIN COSTO ALGUNO PARA LA SECRETARIA DE SALUD.

SE ACEPTA

4. RESPECTO DE LA PARTIDA 10 DEL ANEXO 1F SOLICITAN. TIRA REACTIVA PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 10-600 MG/DL, VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 0.6 µL, CON RANGO DE HEMATOCRITO DE 10 A 65%, CON RESULTADOS EN 5 SEGUNDOS. LAS TIRAS REACTIVAS DEBERÁN SER ESTABLES HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL FRASCO Y NO REQUERIR CODIFICACIÓN. COMPATIBLES CON EQUIPO MEDIDOR DE GLUCOSA CON PANTALLA LCD, CON MÉTODO DE MEDICIÓN ENZIMÁTICO ELECTROQUÍMICO QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA EL RESULTADO EN MG/DL Y QUE NO PRESENTE INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA ¿CUANTOS GLUCOMETROS SERAN SOLICITADOS EN CALIDAD DE COMODATO PARA ESTA PARTIDA?

NO FUERON REQUERIDOS GLUCÓMETROS POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE

5. RESPECTO DE LA PARTIDA 16 DEL ANEXO 1F SOLICITAN: TIRAS REACTIVAS TIRAS O LAMINILLAS REACTIVAS CON CÓDIGO MAGNÉTICO (CÓDIGO DE BARRAS) PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA. UREA CAJA CON 15, 25, 30 O 50 RTC. * SOLICITAR DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS CONFIRMEN LA MARCA DEL EQUIPO PARA EL CONSUMO DE DICHAS TIRAS REACTIVAS SOLICITADAS.

SE ENVIARA EL LISTADO DE LAS MARCAS A LOS PARTICIPANTES

PREGUNTAS DEL LICITANTE: AXMILAB S.A. DE C.V.

1.- EN LA PÁGINA 11 DE LAS PRESENTES BASES SE MENCIONA: "1.- TIPO DE CONTRATACIÓN. LA CONTRATACIÓN SERÁ BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A PRECIOS UNITARIO FIJOS Y LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR RENGLÓN." Y EN LA PÁGINA 15 SE MENCIONA: "8.- REGLAS GENERALES DE EVALUACION Y ADJUDICACION" "UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ POR PARTIDA" "LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR RENGLON SOLICITADO DENTRO DE LOS ANEXOS Y OFERTADO POR EL LICITANTE QUE REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA."

FAVOR DE ACLARAR

R: SE ADJUDICARA POR PAQUETE DE RENGLONES DE CADA AREA.

2.- COMO REFERENCIA, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-924016995-E033-2020, LA ADJUDICACION FUE POR RENGLÓN, FAVOR DE ESPECIFICAR QUE CLAVES COMPRENDEN CADA RENGLÓN YA QUE EN LAS PRESENTES BASES NO SE ESPECIFICA CLARAMENTE.

R: SE ADJUDICARA POR PAQUETE DE RENGLONES CONFORMA CADA AREA Y ANEXO (QUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA, EXTRACCION DE SANGRE, ETC)

3.- EN LA PÁGINA 25 DE LAS PRESENTES BASES SE MENCIONA:

"AE. ESCRITO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE SON DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS BIENES QUE OFERTAN Y ENTREGARAN SERÁ PRODUCIDO EN MÉXICO Y CUENTAN CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO."

POR TRATARSE DE EQUIPOS Y REACTIVOS DE IMPORTACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, PRESENTAR ESCRITO DE "NO APLICA" YA QUE LOS EQUIPOS Y REACTIVOS NO SON PRODUCIDOS EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

4.- EN LA PÁGINA 48 "EQUIPOS DE BAJA PRODUCTIVIDAD", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

EQUIPO 1:

Opción 1

Analizador para Química Clínica con las siguientes características utilizado en la actualidad:

- 1.- Hasta 60 cartuchos de reactivo abordo, pudiendo ser de 18, 50 o 60 slides
- 2.- Potenciométrica ISE selectivo, colorimétrica e inmunocinéticas
- 3.- Longitudes de onda de 340 a 680 nm, efectúa lecturas con corrección bicromática
- 4.- Ocho longitudes de onda, 340, 400, 460, 540, 600, 630, 670 y 680
- 5.- Medición potenciométrica ISE selectivo
- 6.- Que cuente con sistema de enfriador de reactivos, para las pruebas que así lo requieran
- 7.- Rendimiento de hasta 250 pruebas por hora
- 8.- Volumen de muestra de 5-11 µl
- 9.- Tecnología de química seca, 1 slide= a una prueba
- 10.- Tipo de muestras, suero, plasma, orina, LCR, dilución manual o automática, con puntas descartables para evitar contaminación por arrastre
- 11.- Tubos de recolección, de 5, 7 y 10ml, contenedores de microrecolección 1 ml y copillas de micromuestra 0.5 ml y 2ml
- 12.- Calibración y dilución automática, capacidad de procesar urgencias en cualquier momento
- 13.- Que se puedan programar un máximo de 850 muestras u 85 bandejas
- 14.- "Random Access", acceso aleatorio
- 15.- Incubación a 37 °C.
- 16.- Que se puedan cargar 40 muestras de paciente a la vez y se puedan seguir cargando hasta 10 muestras a medida que otras bandejas se completan, cualquier posición puede ser tomada como urgencia
- 17.- Sensado de nivel de líquidos
- 18.- Lector de código de barras para kit de reactivos

- 19.- Control de calidad, con gráficos Leavey-Jennings
- 20.- Que no requiera agua
- 21.- UPS
- 22.- Refacciones según marca y modelo
- 25.- Puntas descartables para eliminar contaminación cruzada y por arrastre
- 26.- Electrodo descartables
- 27.- Detección de coágulos, burbujas, sensado de nivel de líquidos, detección de muestra escasa
- 28.- Reducción de hemolisis, Ictericia y turbidez

DICHO EQUIPO REBASA LO SOLICITADO PARA ESTE APARTADO EN LAS PRESENTES BASES, ¿SE ACEPTA.

R: SE ACEPTA, CONSIDERE QUE EL PAQUETE INCLUYE ALTA, MEDIANA Y BAJA PRODUCTIVIDAD.

5. EN LA PAGINA 125 DE CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL SOFTWARE BANCO DE SANGRE Y EN LA PÁGINA 127

MENCIONA: "motor de base de datos en mysql"

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA UTILIZAR UN MOTOR DE BASE DISTINTO YA QUE NUESTROS SISTEMAS TRABAJAN BOJO EL MOTOR DE BASE DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER MISMO QUE SE INSTALA POR CUENTA NUESTRA EN LOS SERVIDORES DE LA APLICACIÓN, ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA

6. EN LA PAGINA 125 DE CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL SOFTWARE BANCO DE SANGRE:

MENCIONA: "servidor de aplicaciones con iis (microsoft internet information services)"

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TENER LA OPCIÓN UTILIZAR OTRO SERVIDOR DE APLICACIÓN QUE TENGA UN MEJOR DESEMPEÑO SOBRE LA APLICACIÓN COMO LOS ES ORACLE GLASSFISH, ¿SE ACEPTA?

SE ACEPTA

7. EN LA PAGINA 125 DE CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL SOFTWARE BANCO DE SANGRE:

MENCIONA: "desarrollo en .net"

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TENER LA OPCIÓN UTILIZAR OTRO LENGUAJE DE DESARROLLO DISTINTO Y DE GRAN DESEMPEÑO QUE ES JAVA (JEE & SmartGwt)
R: SE ACEPTA

8. EN LA PAGINA 126

MENCIONA: "módulo de reactivos e instrumentos."

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE LA FUNCIONALIDAD DE EL MÓDULO REFERIDO YA QUE EN NUESTROS SISTEMAS CONTAMOS CON UN MODULO DE CONTROL DE LAS INTERFACES DE LOS ANALIZADORES. Y SI EN REALIDAD ES REQUERIDO"

R: NO ES REQUERIDO, ES REFERENCIA DEL SOFTWARE CON QUE SE CUENTA ACTUALMENTE.

9. EN LA PAGINA 127

MENCIONA: "manejo de comprobantes de pacientes con código de barras para agilizar la captura o el registro de los datos generales del donador."

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR A QUE SE REFIERE CON "comprobantes de paciente con código de barras" ¿ES ACASO QUE LOS PACIENTES PUEDEN SER REMITIDOS DE OTRAS INSTITUCIONES O DE OTROS SISTEMA DE EXPEDIENTE?

R: SE REFIERE A QUE LAS UNIDADES DE SANGRE OBTENIDAS SON EFECTIVAMENTE REFERIDAS O HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS EN EL ESTADO.

10. EN LA PÁGINA 128

MENCIONA: "debe disponer informes para la detección de "casi errores transfusionales"."

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVAOCANTE NO PUES ACLARAR A ¿QUÉ SE REFIEREN CON DETECCIÓN DE ERRORES TRANSFUSIONALES? EL SISTEMA CUENTA CON UN CONJUNTO DE REGLAS DE NEGOCIO Y CONTROLES PARA GARANTIZAR QUE UNA UNIDAD ES APTA PARA UN PACIENTE AL MOMENTO DE REALIZAR LA TRANSFUSIÓN Y DE IGUAL MANERA IDENTIFICAR CLARAMENTE AL PACIENTE)

R: NO ES REQUERIDO, ES REFERENCIA DEL SOFTWARE CON QUE SE CUENTA ACTUALMENTE. PUEDE OMITIR ESA NECESIDAD

PREGUNTAS DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA BIOGAMA S.A. DE C.V.

1.- PUNTO 4.2. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA INCISO Y).

DE ACUERDO AL PUNTO REFERIDO ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ACEPTARA LA CARTA CON DIRECCIÓN EN OTRO ESTADO DE LA REPUBLICA NO NECESARIAMENTE DENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTO

2.- PUNTO 4.2. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA INCISO AE).

SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE SIN QUE SEA LIMITANTE PARA LOS DEMAS OFERTANTES, NOS PERMITA OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y EN VIRTUD DE QUE PARA ALGUNOS DE ELLOS NO EXISTE FABRICACION NACIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA

3.- PUNTO 8. REGLAS GENERALES DE EVALUACION Y ADJUDICACION.

ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR SOLO UN ANEXO Y POR RENGLON SIN QUE SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO EL NO OFERTAR TODOS LOS ANEXOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA:

4.- PUNTO 8. REGLAS GENERALES DE EVALUACION Y ADJUDICACION.

PARA EL CRITERIO DE ADJUDICACION SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS ACLARE SI RENGLON SE REFIERE A LAS AREAS DE LOS HOSPITALES, EJEMPLO:

10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE

11.- INMUNOHEMATOLOGIA

R: RENGLON SE REFIERE A CADA ARTICULO QUE COMPONE EL AREA, COMO LA ANTES DESCRITA. EN RELACION A ESO, SE ADJUDICARA POR PAQUETE DE RENGLONES DEL AREA.

O A LAS CONTENIDAS EN LOS CUADROS:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MINIMA	MAXIMA
25101	F17942	DG GEL RH PHENO	caja con 50 tarjetas	1	2
25101	F17943	DIANAGEL COOMBS	caja con 50 tarjetas	6	10
25101	F17944	DIANAGEL CONFIRM ABO	caja con 50 tarjetas	60	80
25101	F17945	DG GEL SOL REF	caja con 2 frascos	50	60

5.- PUNTO 9. CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.

ENTENDEMOS QUE LA ENTREGA SE REALIZARA EN UNA SOLA EXHIBICION EL 100% DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR PARTIDA CON FECHA LIMITE 10 DE AGOSTO DE 2021, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: ES CORRECTO, EL DETALLE DE UNIDADES DE ENTREGA SE HA ACLARADO ANTERIORMENTE.

6- PUNTO 9. CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.

ANEXO 1-B, 10.- EXTRACCION BANCO DE SANGRE.

ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTENIDOS EN EL ANEXO 1-B SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN EL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", FAVOR DE CONFIRMAR.

RESPUESTA: PARA EL PAQUETE 1B ES CORRECTO.

7.- ANEXO 1-B, 10.- EXTRACCIÓN BANCO DE SANGRE.

DE ACUERDO AL EQUIPAMIENTO SOLICITADO EL "EQUIPO PARA AFERESIS HAEMONETICS" NO ES COMPATIBLE CON NINGUNA DE LAS CLAVES REQUERIDAS POR LO QUE ENTENDEMOS QUE HUBO UN ERROR Y DEBE SER OMITIDA OFERTANDO SOLO EL "SEPARADOR CELULAR AMICUS", ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: CABE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR UN EQUIPO U OTRO. POR LO QUE EN SU PROPUESTA DEBERA OFERTAR EL KIT DE PLAQUETA AFERESIS QUE CORRESPONDA.

PREGUNTAS DEL LICITANTE: RBC QUIMICA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

PUNTO: ANEXO: 6

DESCRIPCIÓN: "RENGLÓN"

PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONARNOS UN ANEXO O DOCUMENTO CON LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES A COTIZAR ENUMERADOS CONSECUTIVAMENTE, CON EL FIN DE REALIZAR LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MANERA ÁGIL PARA SU INTERPRETACIÓN, DEBIDO A QUE EN EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA SOLICITAN EL RENGLÓN DEL MATERIAL A OFERTAR SIN EMBARGO NO CONTAMOS CON ESA INFORMACIÓN.

RESPUESTA: SE ENVIARA A LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 2

PUNTO: ANEXO: 6

DESCRIPCIÓN: "FECHA DE CADUCIDAD"

PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS ACLARE SI LA FECHA DE CADUCIDAD REQUERIDA CORRESPONDE A LA FECHA DE CADUCIDAD DEL BIEN O DEL REGISTRO SANITARIO.

RESPUESTA: A CADUCIDAD DEL PRODUCTO

PREGUNTA 3

PUNTO: ANEXO: 6

DESCRIPCIÓN: "FECHA DE CADUCIDAD"

PREGUNTA: SI LA RESPUESTA SOBRE LA PREGUNTA ANTERIOR EXPRESA QUE LA FECHA DE CADUCIDAD CORRESPONDE AL BIEN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR LA COLUMNA "FECHA DE CADUCIDAD" EN CONSECUENCIA DE QUE COMO LICITANTES NO CONTAMOS FÍSICAMENTE CON EL MATERIAL A OFERTAR, TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL ANEXO 5 SE EXPRESA QUE LA GARANTÍA Y CADUCIDAD DE LOS

BIENES COTIZADOS SERÁN DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS EN SUS ALMACENES.

RESPUESTA: YA FUE CONTESTADA

PREGUNTA 4

PUNTO: 4.1 ANEXO:

DESCRIPCIÓN: "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS, LA CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR CONTENIDO DENTRO DEL SOBRE CERRADO DE LA PROPUESTA. INCISO (AE). ESCRITO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE SON DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS BIENES QUE OFERTAN Y ENTREGARAN SERÁ PRODUCIDO EN MÉXICO Y CUENTAN CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO."

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS INSUMOS QUE NOS SON PRODUCIDOS EN MÉXICO POR NINGUNA CASA COMERCIAL, SE PERMITA INCLUIR CARTA FIRMADA BAJO PROTESTA HACIENDO ESTA ACLARACIÓN, CON LA LEYENDA DE "NO APLICA". ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA

PREGUNTA 5

PUNTO: 9.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE ANEXO: 1A

DESCRIPCIÓN: "REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA."

PUNTO 9.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE"

PREGUNTA: LA CONVOCANTE SOLICITA DOS EQUIPOS DE CONEXIÓN ESTÉRIL, PERO NO HAY UNA PARTIDA DE INSUMOS PARA UTILIZAR ESTOS EQUIPOS, ¿FAVOR DE ACLARAR CUÁL ES LA CANTIDAD DE INSUMOS QUE SE ESTARÁN ADQUIRIENDO?

RESPUESTA: YA SE RESPONDIO PREVIAMENTE

PREGUNTA 6

PUNTO: 9.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE ANEXO: 1A

DESCRIPCIÓN: "REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS CLÍNICOS, PUESTOS DE SANGRADO, PUESTOS DE TRANSFUSIÓN Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.

PUNTO 9.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE".

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTA PARTIDA Y EN BÚSQUEDA DE LA MODERNIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL BANCO DE SANGRE, LA BOLSA OFERTADA DEBERÁ SER: SET PARA PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE SANGRE QUE PERMITA EN UN MISMO PROCEDIMIENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO INTEGRAR LOS PROCESOS DE FRACCIONAMIENTO, CENTRIFUGACIÓN, SELLADO, BALANCEO DE UNIDADES, ASÍ COMO TRANSFERENCIA DE DATOS AUTOMÁTICAMENTE AL SOFTWARE DE OPERACIÓN DEL BANCO DE SANGRE CAPAZ DE CENTRIFUGAR 4 UNIDADES A LA VEZ, POR LO QUE REALIZA EL TRABAJO DE 4 FRACCIONADORES, 1 CENTRIFUGA, Y 12 SELLADORES INTEGRADOS EN UN SOLO EQUIPO.

¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: YA SE RESPONDIO PREVIAMENTE

PREGUNTA 7

PUNTO: 9.- EXTRACCIÓN PARA BANCO DE SANGRE, PARTIDA 25501, CLAVE: 080.365.0027 ANEXO: 1A

DESCRIPCIÓN: "VOLUMEN EXTRACORPÓREO 209 ML."

PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA ESTE INSUMO ¿EL VOLUMEN EXTRACORPÓREO DEBE SER NO MAYOR A 196 ML PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL DONANTE?

¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN EXLCUIR LO SOLICITADO.

PREGUNTA 8

PUNTO: 10.- EXTRACCIÓN BANCO DE SANGRE ANEXO: 1B

DESCRIPCIÓN: "REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" PUNTO 10.- EXTRACCIÓN BANCO DE SANGRE LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE:

- 1 SEPARADOR CELULAR ÁMICUS
- COMPOSEAL MOBILEA II SET
- 1 EQUIPO PARA AFÉRESIS HAEMONETICS."

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RETIRE LOS NOMBRES COMERCIALES DADO QUE LA CONVOCANTE ESTÁ SOLICITANDO MARCAS COMERCIALES CON NOMBRE, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, YA QUE POR COMPLETO LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE OTROS OFERTANTES, DIRIGIENDO LAS NECESIDADES A UNA MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: YA SE RESPONDIO PREVIAMENTE

PREGUNTA 9

PUNTO: 10.- EXTRACCIÓN BANCO DE SANGRE ANEXO: 1B

DESCRIPCIÓN: "BOLSA COMPOSELECT 4F 63 ML CPD/100 ML PQ31451

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RETIRE LOS NOMBRES COMERCIALES Y CÓDIGOS DE PRODUCTO COMPOSELECT ML PQ31451 DADO QUE LA CONVOCANTE ESTÁ SOLICITANDO MARCAS COMERCIALES CON NOMBRE, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES YA QUE POR COMPLETO LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE OTROS OFERTANTES, DIRIGIENDO LAS NECESIDADES A UNA MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: YA SE RESPONDIO PREVIAMENTE

PREGUNTA 10

PUNTO: 10.- EXTRACCIÓN BANCO DE SANGRE ANEXO: 1B

DESCRIPCIÓN: "EQUIPO PARA AFÉRESIS ACD-A 500 ML REF. N° 426-D".

PREGUNTA: S SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RETIRE LOS NOMBRES COMERCIALES Y CÓDIGOS DE PRODUCTO DADO QUE LA CONVOCANTE ESTÁ SOLICITANDO MARCAS COMERCIALES CON NOMBRE, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES YA QUE POR COMPLETO LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE OTROS

OFERTANTES, DIRIGIENDO LAS NECESIDADES A UNA MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA.

RESPUESTA: YA SE RESPONDIO PREVIAMENTE

PREGUNTA 11

PUNTO: 10.- EXTRACCIÓN BANCO DE SANGRE, PARTIDA 25501, CALVE: F18026 ANEXO: 1B

DESCRIPCIÓN: "FILTRO LEUCOREDUCTOR CAJA/ 10 PIEZAS".

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CAJA CON 25 UNIDADES.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, MIENTRAS CONSERVE EL TOTAL DE LO SOLICITADO.

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE LAS ACLARACIONES QUE CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN; SE CITA EL DÍA **12 DE JULIO DEL 2021** A LAS **12:00** HORAS PARA LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA TÉCNICA LO ANTERIOR PARA CUMPLIR EL PLAZO DE SEIS DÍAS NATURALES QUE MARCA LA LEY EN SOPORTE.


LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN A CONTINUACIÓN. DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO A LAS 14:08 HORAS DEL DÍA 05 DE JULIO.

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ



C. LIC. ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



POR EL ÁREA CONTABLE

C. C.P. CELENE MORENO JUÁREZ
POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD



POR EL AREA ASESORA

C. LIC. SCARLET NANCY SÁNCHEZ MUÑOZ
ASESOR JURÍDICO

ÁREA TÉCNICA




EL Q.F.B SERGIO OLIMPO RODRÍGUEZ



EL Q.B.P ANTONIO MARTÍNEZ GOVEA


POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



C. ING. MARTIN NICOLAS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO



COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A DE C.V.



LABORATORIOS LICON S.A.